

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением 1 «Методика поверки» РД 50-691-89 ГСИ «Поглощенные дозы фотонного (1-50 МэВ) и электронного (5-50 МэВ) излучений в лучевой терапии. Методы определения».