

Проверка

осуществляется по документу 66000A-US3509 МП «Меры напряжения и тока модульные 66000A со сменными блоками 66101A, 66102A, 66103A, 66104A, 66105A, 66106A. Методика поверки», утвержденному руководителем ГП ФГУП «ВНИИФТРИ» 18.08.2003 г.