

Проверка

осуществляется в соответствии с инструкцией «ГСИ. Влагомер эталонный лабораторный товарной нефти типа ЭУДВН-1л. Методика поверки», утвержденной ВНИИР 04.12.2007 г.