

## **Проверка**

осуществляется в соответствии с документом в составе эксплуатационной документации ДДЖ2.821.170Д1 «Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходным сигналом ТСУ 002-09. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в феврале 2007 г.