

## **Проверка**

осуществляется по документу Р 50.2.041–2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ареометры стеклянные. Методика поверки»