

Проверка

осуществляется по документу НРМА.411.720.000 МП «Комплекс измерительный «ПИКА ИКС». Методика поверки».