

Проверка

осуществляется по документу МКСН.411928.001 Д «Набор мер КСВН и полного сопротивления 1-го разряда ЭК9-140. Методика поверки», утвержденному ФГУП «СНИИМ» 30.08.2007 г.