

Проверка

осуществляется в соответствии с документом «Газосигнализатор «Терминатор ФОВ-1» Методика поверки АС2.840.035 ДЛ», утвержденной Руководителем ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «ИНВЕРСИЯ» в 2008 г.