

Проверка

осуществляется в соответствии с документом ПТМБ.464957.002 МП «Приемник измерительный с оптической развязкой входного сигнала П5-45. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ» 20 февраля 2009 г.