

Проверка

осуществляется по документу МП-2009-4 «Сигнализаторы разлива серной кислоты САКС-1. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 10 декабря 2009 г.