

Проверка

осуществляется:

- по ГОСТ 8.722-2010 «ГСИ. Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методики поверки» при измерении удельной электрической проводимости;
- по ГОСТ 8.857-2013 "ГСИ. pH-метры. Методика поверки" при измерении pH и температуры;
- по ГОСТ 8.754-2011 «ГСИ. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки» при измерении массовой концентрации растворенного кислорода.