

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Н. Щипунов

2021 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ЯЧЕЙКИ ИЗМЕРЕНИЯ УКС-РЦ

Методика поверки

41581-615-00 МП

2021 г.

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	4
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ	4
6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	4
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	9
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	9
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ	14
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	15

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки (далее — МП) распространяется на ячейки измерения УКС-РЦ (далее – ячейки) исполнений 41581-615-00, 41581-615-00-01, изготовленные акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», г. Чебоксары, предназначенные для измерений основных электрических параметров (напряжение переменного тока и частота) сигналов контроля рельсовой линии (КРЛ) тональной частоты и сигналов автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН и АЛС-ЕН) в составе аппаратуры автоблокировки и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками 4 года.

1.3 Методика поверки реализуется посредством методов прямых измерений.

1.3 При проведении поверки обеспечена прослеживаемость результатов измерений к Государственному первичному специальному эталону единицы электрического напряжения в диапазоне частот от 10 до $3 \cdot 10^7$ Гц ГЭТ 89-2008 в соответствии с Приказом Росстандарта от 29 мая 2018 года №1053.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр средства измерений	7	да	да
2 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	да	да
3 Проверка программного обеспечения (далее - ПО) средства измерений	9	да	да
4 Определение метрологических характеристик средства измерений	10	да	да
4.1 Определение погрешностей измерений напряжения переменного тока и частоты синусоидального сигнала	10.1	да	да
4.2 Определение погрешностей измерений напряжения переменного тока и частоты модулированного сигнала	10.2	да	да

П р и м е ч а н и я

1 При получении отрицательных результатов при выполнении операций по пп. 9 и 10 поверка прекращается до выявления и устранения причин.

2 Поверка проводится в полном объеме.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При поверке ячеек должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C от 15 до 30;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106 (от 630 до 795);
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
- питание от сети переменного тока:
 - напряжение, В от 198 до 242;
 - частота, Гц от 49 до 51.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К поверке ячеек допускаются лица, имеющие опыт работы с программируемыми вычислительными устройствами, изучившие настоящую МП, руководство по эксплуатации 41581-615-00 РЭ.

4.2 Поверка должна осуществляться лицами со средним или высшим техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке и имеющими квалификационную группу электробезопасности не ниже третьей.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 Требования к метрологическим и техническим характеристикам средств поверки изложены в таблице 2.

Таблица 2 — Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основных или вспомогательных средств поверки; обозначение нормативных документов, регламентирующих технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средств поверки
<i>Основные средства поверки</i>	
8; 10	Калибратор универсальный Н4-11/1, диапазон воспроизведения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 33 кГц на пределах 0,2 В; 2 В; 20 В; 200 В от 0,001 до 150 В, в диапазоне частот от 20 Гц до 1,2 кГц на пределе 600 В св. 150 до 600 В; пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,1-0,5) \%$; пределы допускаемой погрешности установки частоты выходного переменного напряжения $\pm(0,05\% \text{ от } F + 0,1 \text{ Гц})$, где F — установленное значение частоты, Гц
8; 10	Источник питания Б5-71/2м, диапазон воспроизведения выходного напряжения от 0 до 50 В, пределы допускаемой погрешности $\pm 5 \%$
8	Секундомер Интеграл С-01, диапазон измерений интервала времени от 0 до 59,99 с; пределы допускаемой погрешности $\pm(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$, где T_x — измеренный интервал времени, с
<i>Вспомогательные средства поверки</i>	
8; 10	Стенд поверки УКС-РЦ АСИР .442261.749
8; 10	Ячейка управления 41581-620-00
8; 10	Персональный компьютер с установленным программным обеспечением etsn.exe

5.2 Вместо указанных в таблице 2 средств поверки допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

5.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь сведения о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

5.4 Средства поверки должны быть выдержаны в условиях, указанных в п. 3.1 не менее 6 ч, если находились в условиях отличающихся, указанных в п. 3.1.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда РФ от 15.12.2010 №903н, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.091-2012 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые средства поверки.

6.2 Подключение внешних соединений должно производиться только при отключенном напряжении питания. Установка и извлечение ячейки из крейта (стенда проверки УКС-РЦ) возможны без отключения напряжения питания.

6.3 К работе с ячейкой допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку и инструктаж по технике безопасности с электроустановками напряжением до 1000 В.

6.4 При поверке необходимо пользоваться только исправным инструментом и оборудованием и соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием и средствами измерений, находящимися под нагрузкой. Средства проверки перед включением в сеть должны быть заземлены.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При проведении внешнего осмотра проводится проверка:

- соответствия комплектности требованиям эксплуатационной документации;
- отсутствия механических повреждений корпуса;
- целостности покрытий;
- четкости и ясности маркировки.

7.2 При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и ячейка допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, ячейка к дальнейшей поверке не допускается.


8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 Для поверки ячеек необходимо подготовить калибратор универсальный Н4-11/1 (далее — калибратор), источник питания Б5-71/2м (далее — источник питания), секундомер, стенд проверки УКС-РЦ АСИР.442261.729, ячейку управления УКС-РЦ 41581-620-00, персональный компьютер (далее — ПК) с установленной программой etsn.exe.

8.1.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие работы.

Собрать схему поверки, приведённую на рисунке 1. Ячейку измерения установить в стенд проверки УКС-РЦ с установленной в него ячейкой управления УКС-РЦ. Допускается проводить поверку в составе УКС-РЦ, установив ячейку на место №1 (крайнее левое место). Предварительно на выходе источника питания А3 должно быть установлено напряжение 24 В, на выходе калибратора А1 — сигнал частотой 475 Гц, уровнем 2 В. Работу с калибратором осуществлять согласно его эксплуатационной документации.



A1 – калибратор;

A2 – компьютер (ноутбук);

A3 – источник питания;

A4 – СПК (стенд проверки УКС-РЦ АСИР.442261.749) с установленными в него:

- ячейкой измерения (проверяемой);

- ячейкой управления 41581-620-00;

R1, R2 – резисторы С2-29В-2-Н-51,1 кОм±0,1 %-1,0-А ОЖО.467.130 ТУ;

X1 – розетка 721-203/026-000 Wago.

Положение переключателей на стенде проверки УКС-РЦ:

SA3, SA4 – положение переключателей любое;

SA1 – переключатели «1» и «8» в положении «ON», остальные – в положении «OFF»;

SA2 – переключатели «2» и «8» в положении «ON», остальные – в положении «OFF»;

SA5, SA6 – переключатель «4» в положении «ON», остальные – в положении «OFF».

Примечание - Жгут питания АСИР.685629.020, жгут с резисторами АСИР.685629.547 и патч-корд входят в комплект поставки стенда проверки УКС-РЦ АИР.442261.749

Рисунок 1 – Схема поверки ячейки

8.1.3 Включить источник питания А3. Проконтролировать на ячейке управления УКС-РЦ включение индикатора питания «24В», последовательное включение и выключение четырех светодиодов состояния ячейки, а также включение светодиода разъема Ethernet. Время включения в рабочее состояние с момента подачи электропитания до окончания переключения светодиодов, измеренное секундомером, должно быть не более 1 мин. В противном случае поверка прекращается.

8.1.4 Включить компьютер. Прописать IP-адрес — 192.168.1.100. Для этого выполнить следующие действия:

- выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом»;
- выбрать пункт «Изменение параметров адаптера»;
- нажать правой кнопкой мыши на активном сетевом подключении «Ethernet»;
- в появившемся меню нажать кнопку «Свойства»;
- в открывшемся окне выбрать строку «Протокол Интернета версии 4»;
- нажать кнопку «Свойства»;
- выбрать строку «Использовать следующий IP-адрес»;

- в поле «IP-адрес» вписать 192.168.1.100;
- в поле «Маска подсети» вписать «255.255.255.0»;
- нажать «ОК» и «Заккрыть».

Порты 10500-10502 сетевого стека должны быть открыты, протоколы UDP и ARP должны быть разрешены, что соответствует стандартным настройкам Windows.

Запустить сервисную программу etsn.exe для отображения результатов измерений. При необходимости в окне сетевых параметров вписать адрес «192.168.1.100» в перечень клиентов.

Примечание - По умолчанию (после регулировки в процессе производства) каналы ячейки настроены в соответствии с рисунком 2. При необходимости, изменение конфигурации производится в меню «Настройка каналов измерения прибора».



Рисунок 2 – Конфигурация каналов по умолчанию

8.1.5 По окончании подготовки к поверке выключить источник питания АЗ.

8.2 Опробование

8.2.1 Включить источник питания АЗ и калибратор А1. Проконтролировать включение ячейки при подключении питания по 8.1.3.

8.2.2 В окне «Диагностика» сервисной программы etsn.exe проверить соответствие версии ПО ячейки указанной в описании типа.

8.2.3 Настроить каналы измерений ячейки «генератор» в окне конфигурации (рисунок 2).

8.2.4 Подключить жгут с резисторами к первому каналу измерения ячейки.

8.2.5 При помощи меню «Настройка каналов измерения прибора» сервисной программы etsn.exe (рисунок 3) настроить каналы измерения ячейки на частоту 25 Гц. Выбор канала измерения (1 или 2) согласно рисунку 4.

8.2.6 Проконтролировать определение на первом канале ячейки соответствующего сигнала в окне программы etsn.exe.

8.2.7 Подключить жгут с резисторами ко второму каналу измерения ячейки.

Примечание – Коммутацию входных цепей здесь и далее производить без отключения питания.

8.2.8 Проконтролировать определение на втором канале ячейки соответствующего сигнала в окне программы etsn.exe.




Рисунок 3 – Настройка каналов измерения




Рисунок 4 — Выбор канала

9 ПРОВЕРКА ПО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Номер версии встроенного ПО (для исполнения 41581-615-00 UKS-RC_YI_01_03.ldr, для исполнения 41581-615-00-01 UKS-RC_YI_01_04.ldr) должен появиться в окне «Диагностика» сервисной программы etsn.exe.

9.2 Сравнить номер версии с указанным в описании типа.

9.3 Результаты проверки ПО считать положительными, если номер версии встроенного ПО, указанного на экране ПК, совпадает с описанием типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение погрешностей измерений напряжения переменного тока и частоты синусоидального сигнала

10.1.1 Для определения погрешностей измерений напряжения переменного тока и частоты синусоидального сигнала необходимо собрать схему установки в соответствии с рисунком 1.

Испытания проводить в следующей последовательности.

Выбрать в окне конфигурации режим «генератор».

10.1.2 Подключить жгут с резисторами к первому каналу измерения ячейки.

При помощи меню «Настройка каналов измерения прибора» сервисной программы etsn.exe (рисунок 2) настроить первый канал измерений на частоту 25 Гц.

Установить на калибраторе режим воспроизведения синусоидального сигнала: напряжения переменного тока 10 В, частота 25 Гц.

Результаты измерений записать в графы 5, 6 таблицы 3.

П р и м е ч а н и е - Для отображения результатов измерения здесь и далее необходимо нажать кнопку «Начать прием данных измерений».

10.1.3 Рассчитать относительную погрешность измерений напряжения переменного тока по формуле (1):

$$\delta = \frac{V_{и} - V_{к}}{V_{к}} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где $V_{и}$ – измеренное значение напряжения переменного тока, В;

$V_{к}$ – значение напряжения переменного тока, заданное на калибраторе, В.

Результаты вычислений записать в графу 9 таблицы 3.

Рассчитать абсолютную погрешность измерений частоты Δ_f по формуле (2):

$$\Delta_f = F_{и} - F_{к}, \quad (2)$$

где $F_{и}$ – значение частоты сигнала на экране компьютера, Гц;

$F_{к}$ – значение частоты сигнала, заданного на калибраторе, Гц;

Результаты вычислений записать в графу 7 таблицы 3.

Повторить пп. 10.1.1-10.1.3 для значений напряжения 100 и 450 В при частоте 25 Гц.

10.1.4 Задавая частоты в соответствии с графой 3 таблицы 3 и значения напряжения переменного тока в соответствии с графой 4 таблицы 3, повторить операции пп. 10.1.1-10.1.3. При изменении частоты при помощи меню “Настройка каналов измерения прибора” сервисной программы etsn.exe (рисунок 1) настраивать канал измерения на частоту, на которую настроен калибратор.

10.1.5 Выбрать в окне конфигурации режим «приемник». Повторить пп. 10.1.1-10.1.4 при значениях напряжения 0,02; 0,2; 2 В.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 3.

Таблица 3 — Определение метрологических характеристик синусоидального сигнала

Режим работы	Вид сигнала	Показание калибратора		Результаты измерений (по показаниям на экране компьютера)		Погрешность измерений			
						частота		напряжение переменного тока	
		частота сигнала, Гк, Гц	уровень сигнала, Вк, В	частота сигнала Фи, Гц	напряжение переменного тока Ви, В	абсолютная погрешность измерений, Δ_F , Гц	пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц	относительная погрешность измерений, %	пределы допускаемой относительной погрешности, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генератор	АЛСН	25	10				± 1		± 5
			100						
			450						
		50	10						
			100						
			450						
		75	10						
			100						
			450						
	АЛС-ЕН	174,4	10						
			100						
			450						
	КРЛ	475	10						
			100						
			450						
		525	10						
			100						
			450						
		575	10				± 1		± 5
			100						
			450						
		625	10						
			100						
			450						
		675	10						
			100						
			450						
		725	10						
			100						
			450						
		775	10						
			100						
			450						

Продолжение таблицы 3

Режим работы	Вид сигнала	Показание калибратора		Результаты измерений (по показаниям на экране компьютера)		Погрешность измерений			
						частота		напряжение переменного тока	
		частота сигнала, Гц	уровень сигнала, Вк, В	частота сигнала, Гц	напряжение переменного тока, В	абсолютная погрешность измерений, Δ_F , Гц	пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц	относительная погрешность измерений, %	пределы допускаемой относительной погрешности, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генератор	КРЛ	825	10				± 1		± 5
			100						
			450						
		875	10						
			100						
			450						
		925	10						
			100						
			450						
Приёмник	КРЛ	475	0,02						
			0,2						
			2						
		525	0,02						
			0,2						
			2						
		575	0,02						
			0,2						
			2						
		625	0,02						
			0,2						
			2						
		675	0,02						
			0,2						
			2						
		725	0,02						
			0,2						
			2						
		775	0,02						
			0,2						
			2						
		825	0,02						
			0,2						
			2						

Окончание таблицы 3

Режим работы	Вид сигнала	Показание калибратора		Результаты измерений (по показаниям на экране компьютера)		Погрешность измерений			
						частота		напряжение переменного тока	
		частота сигнала, Гц	уровень сигнала, В	частота сигнала, Гц	напряжение переменного тока, В	абсолютная погрешность измерений, ΔF , Гц	пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц	относительная погрешность измерений, %	пределы допускаемой относительной погрешности, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		875	0,02				± 1		± 5
			0,2						
			2						
		925	0,02						
			0,2						
			2						

По окончании измерений установить на выходе калибратора сигнал частотой 25 Гц уровнем 10 В.

10.1.6 Подключить жгут с резисторами ко второму каналу измерения ячейки и повторить действия по пп. 10.1.1-10.1.5 для второго канала измерения ячейки.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 3.

Результаты поверки считать положительными, если:

-значения абсолютной погрешности измерений частоты находятся в допускаемых пределах ± 1 Гц;

-значения относительной погрешности измерений напряжения переменного тока находятся в допускаемых пределах ± 5 %.

10.2 Определение погрешностей измерений напряжения переменного тока и частоты модулированного сигнала

10.2.1 Подключить жгут с резисторами к первому каналу измерения ячейки.

Настроить каналы измерения ячейки как «генератор» в окне конфигурации (рисунок 2).

10.2.2 Установить на калибраторе режим воспроизведения напряжения переменного тока с амплитудой от 1 мВ до 150 В и фазовой от 10 мВ до 150 В манипуляцией синусоидальной формы в диапазоне частот от 20 Гц до 30 кГц (модулированный сигнал).

Установить на выходе калибратора сигнал с кодоимпульсной манипуляцией режим МЗс «3» напряжение 10 В частота 25 Гц.

10.2.3 При помощи меню «Настройка каналов измерения прибора» сервисной программы etsn.exe (рисунок 1) настроить первый канал на измерение сигнала АЛСН напряжением 10 В частота 25 Гц.

Зафиксировать напряжение, частоту и код сигнала, измеренные ячейкой. Результаты измерений записать в графы 5-13 таблицы 4.

Рассчитать относительную погрешность измерений частоты по формуле (2). Результаты вычислений записать, соответственно, в графы 14 и 16 таблицы 4.

Таблица 4 — Проверка измерения модулированного (манипулированного) сигнала АЛСН

Параметры сигнала на выходе калибратора			Код сигнала АЛСН	Параметры измеренного сигнала (по показаниям в окне программы «etsn.exe»)						Погрешность измерений						
Ре- жим	Ча- сто- та сиг- нала, Гц	Уро- вень сиг- нала, В		Часто- та сиг- нала, Гц	Уро- вень сиг- нала, В	Код сигнала АЛСН	Длительность импульсов и пауз (диапазон значений), мс						Абсо- лют- ная по- греш- ность измерений Δ _Г , Гц	Преде- лы до- пус- каемой абсо- лют- ной по- греш- ности, Гц	Отно- си- тель- ная по- греш- ность измерений δ, %	Преде- лы до- пус- каемой отно- си- тель- ной по- греш- ности, %
							T _{1и} (340 – 360)	T _{1п} (110- 130)	T _{2и} (240- 260)	T _{2п} (110- 130)	T _{3и} (230- 250)	T _{3п} (780- 800)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M3s	25	10	«3»											±1		±10

10.2.4 Настроить каналы измерения ячейки как «генератор» в окне конфигурации (рисунок 2).

Установить на выходе калибратора фазомодулированный (ФМ) сигнал: режим «М6 16», напряжение 100 В, частота 174,4 Гц.

При помощи меню «Настройка каналов измерения прибора» сервисной программы etsn.exe (рисунок 1) настроить первый канал измерения на измерение сигнала АЛС-ЕН.

Зафиксировать напряжение, частоту и код сигнала, измеренные ячейкой. Результаты измерений записать в графы 4–7 таблицы 5.

Рассчитать относительную погрешность измерений напряжения переменного тока по формуле (1) и абсолютную погрешность измерений частоты по формуле (2). Результаты вычислений записать соответственно в графы 6 и 8 таблицы 5.

Таблица 5 - Проверка измерения модулированного (манипулированного) сигнала АЛС-ЕН

Параметры сигнала на выходе калибратора			Параметры измеренного сигнала (по показаниям в окне программы «etsn.exe»)		Погрешность измерения			
Режим калибратора	Частота сигнала Гц	Уровень сигнала Вк, В	Частота сигнала Гц	Уровень сигнала Ви, В	Частота		Напряжение	
					Абсолютная погрешность измерений Δ_f , Гц	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц	Относительная погрешность измерений δ , %	Пределы допускаемой относительной погрешности, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
M6 16	174,4	100				±1		±10

10.2.5 Настроить каналы измерения ячейки как «приемник» в окне конфигурации (рисунок 2).

Установить на выходе калибратора частотно-модулированный (ЧМ) сигнал: напряжение 200 мВ, частота 475 Гц, девиация 8 Гц.

При помощи меню «Настройка каналов измерения прибора» сервисной программы etsn.exe (рисунок 1) настроить первый канал измерения на измерение сигнала КРЛ частотой 475 Гц.

Зафиксировать напряжение, частоту, девиацию и код сигнала, измеренные ячейкой. Результаты измерений записать в графы 4–7 таблицы 6.

Рассчитать относительную погрешность измерений напряжения переменного тока по формуле (1) и абсолютную погрешность измерений частоты по формуле (2). Результаты вычислений записать соответственно в графы 7 и 9 таблицы 6.

Таблица 6 - Проверка измерения модулированного (манипулированного) сигнала КРЛ

Параметры сигнала на выходе калибратора			Параметры измеренного сигнала (по показаниям в окне программы «etsn.exe»)			Погрешность измерения			
						Частота		Напряжение	
Частота сигнала Fк, Гц	Уровень сигнала Vк, В	Девиация, Гц	Частота сигнала Fi, Гц	Уровень сигнала Vi, В	Девиация, Гц	Абсолютная погрешность измерений Δ_f , Гц	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, Гц	Относительная погрешность измерений δ , %	Пределы допускаемой относительной погрешности, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	0,2	8					± 1		± 10

10.2.6 Подключить жгут с резисторами ко второму каналу измерения ячейки и повторить действия по 10.2.2 – 10.2.5 для второго канала измерения.

Результаты измерений записать в таблицы 4-6.

Результаты поверки считать положительными, если:

- абсолютная погрешность измерений частоты находится в допускаемых пределах ± 1 Гц;
- относительная погрешность измерений напряжения переменного тока находится в допускаемых пределах ± 10 %.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Результаты поверки по определению абсолютной погрешности измерений частоты синусоидального сигнала считать положительными, если:

- измеренные значения частоты находятся в допускаемых пределах, указанных в графе 8 таблицы 3, то есть значения абсолютной погрешности измерений частоты находятся в допускаемых пределах.

11.2 Результаты поверки по определению относительной погрешности измерений напряжения переменного тока синусоидального сигнала считать положительными, если:

- измеренные значения напряжения переменного тока находятся в допускаемых пределах, указанных в графе 10 таблицы 3, то есть значения относительной погрешности измерений напряжения переменного тока находятся в допускаемых пределах.

11.3 Результаты поверки по определению абсолютной погрешности измерений частоты модулированного сигнала считать положительными, если:

- измеренные значения частоты находятся в допускаемых пределах, указанных в графе 8 таблицы 4, то есть значения абсолютной погрешности измерений частоты находятся в допускаемых пределах.

11.4 Результаты поверки по определению относительной погрешности измерений напряжения переменного тока моделированного сигнала считать положительными, если:

- измеренные значения напряжения переменного тока находятся в допустимых пределах, указанных в графе 10 таблицы 4, то есть значения относительной погрешности измерений напряжения переменного тока находятся в допустимых пределах.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки ячейки подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включёнными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 По заявлению владельца или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки (когда ячейка подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт.

Сведения о положительных результатах поверки заносятся в паспорт ячейки. Указывается дата поверки, вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.3 По заявлению владельца или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда ячейка не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт.

12.4 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом №2510 от 31.07.2020 г. Минпромторга России.

Начальник НИО-6 ФГУП «ВНИИФТРИ»



В.И. Добровольский

Начальник лаборатории 610 ФГУП «ВНИИФТРИ»



С.В. Шерстобитов