

СОГЛАСОВАНО

**Технический директор
ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»**



М. С. Казаков

2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Модули универсальной кроссовой системы MTL SUM5

Методика поверки

МП-НИЦЭ-025-22

г. Москва

2022 г.

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	3
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ.....	4
6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	5
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	5
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	7
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.....	7
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на модули универсальной кроссовой системы MTL SUM5 (далее – модули), изготавливаемые Фирмой «Eaton Electric Limited», Великобритания, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость модуля к гэт13-01 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3457 и к гэт4-91 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 года № 2091.

1.3 Допускается проведение первичной (периодической) поверки отдельных измерительных каналов и проведение периодической поверки для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.4 Поверка модуля должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки. Интервал между поверками - 4 года.

1.5 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, – косвенный метод.

1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Наименование операции	Необходимость выполнения при	
		первичной поверке	периодической поверке
7	Внешний осмотр средства измерений	Да	Да
8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да
9	Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да
10	Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да
11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды плюс $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность от 30 до 80 %.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые модули и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года № 707 (ред. от

30.12.2020 года) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки
Основные средства поверки		
Разделы 8 и 10	Диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 20 мА Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 0 до 10 В Диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 20 мА Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока от 0 до 10 В Соотношение суммы пределов относительных погрешностей измерений силы и напряжения постоянного тока и воспроизведений силы и напряжения постоянного тока к пределам допускаемой погрешности поверяемого средства измерений должно быть не более 1:3.	Мультиметр 3458А, рег. № 25900-03. Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012», рег. № 56318-14.
Вспомогательные средства поверки		
Разделы 8 -10	Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока от 20 до 30 В	Источник питания постоянного тока GPR-73060D, рег. № 55898-13
Разделы 8 -10	Диапазон измерений температуры окружающей среды от +20 до +30 °С, диапазон измерений относительной влажности от 30 до 80 %	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М», рег. № 32014-11
Разделы 8 -10	-	Персональный компьютер IBM PC; наличие интерфейсов Ethernet и USB; дисковод для чтения CD-ROM; операционная система Windows с установленным программным обеспечением

Допускается применение средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений, установленную в таблице 3.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80. Также должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на поверяемые модули и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Модуль допускается к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид модуля соответствует описанию типа;
- соблюдаются требования по защите модуля от несанкционированного вмешательства согласно описанию типа;
- отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки.

Примечание - При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и модуль допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, модуль к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- изучить эксплуатационную документацию на поверяемый модуль и на применяемые средства поверки;
- выдержать модуль в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1, не менее 2 ч, если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации.
- провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование модуля в режиме аналогового ввода «AI» проводить в следующей последовательности:

- 1) собрать схему согласно рисунку 1:
 - установить модуль на несущую плату MTL-CS16 в соответствии с эксплуатационной документацией (далее – ЭД);
 - подключить к клеммам питания модуля источник питания постоянного тока GPR-73060D (далее – источник питания) в соответствии с ЭД;
 - подключить к клеммам несущей платы калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» (далее - ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012);
 - подключить мультиметр 3458A (далее - мультиметр) к клеммам модуля в соответствии с ЭД;
 - подключить модуль к персональному компьютеру (далее – ПК) в соответствии с ЭД.




Рисунок 1— Схема подключений для поверки модуля в режиме аналогового ввода «АІ»

2) включить эталоны и испытательное оборудование в соответствии с их ЭД, установить на источнике питания значение выходного напряжения постоянного тока 24 В;

3) убедиться, что на корпусе модуля загорелся светодиод, свидетельствующий о наличии питания;

4) запустить программное обеспечение MTL4-PCS и установить связь модуля с ПК;

5) сконфигурировать модуль на определенный тип входного сигнала, тип выходного сигнала и диапазон входного сигнала, диапазон выходного сигнала;

6) убедиться в наличии выходного сигнала модуля по изменению показаний мультиметра.

8.3 Опробование модуля в режиме аналогового вывода «АО» проводить в следующей последовательности:

1) собрать схему согласно рисунку 2:

- установить модуль на несущую плату MTL-CS16 в соответствии с ЭД;
- подключить к клеммам питания модуля источник питания в соответствии с ЭД;
- подключить к клеммам модуля ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012;
- подключить мультиметр к клеммам несущей платы в соответствии с ЭД;
- подключить модуль к ПК в соответствии с ЭД.



Рисунок 2— Схема подключений для поверки модуля в режиме аналогового вывода «АО»

- 2) включить эталоны и испытательное оборудование в соответствии с их ЭД, установить на источнике питания значение выходного напряжения постоянного тока 24 В;
- 3) убедиться, что на корпусе модуля загорелся светодиод, свидетельствующий о наличии питания;
- 4) запустить программное обеспечение MTL4-PCS и установить связь модуля с ПК;
- 5) сконфигурировать модуль на определенный тип выходного сигнала, тип входного сигнала и диапазон выходного сигнала, диапазон входного сигнала;
- 6) убедиться в наличии входного сигнала модуля по изменению показаний мультиметра.

Результат проверки считать положительным, если режиме аналогового ввода «AI» при подаче на модуль входного сигнала, изменяется выходной сигнал, отображаемый на мультиметре, и в режиме аналогового вывода «АО» при подаче на модуль выходного сигнала, изменяется входной сигнал, отображаемый на мультиметре.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения проводить в следующей последовательности:

- 1) установить модуль на несущую плату MTL-CS16 в соответствии с ЭД;
- 2) подключить к клеммам питания модуля источник питания в соответствии с ЭД;
- 3) включить источник питания в соответствии с его ЭД, установить на источнике питания значение выходного напряжения постоянного тока 24 В;
- 4) убедиться, что на корпусе модуля загорелся светодиод, свидетельствующий о наличии питания;
- 5) запустить программное обеспечение MTL4-PCS и установить связь модуля с ПК;
- 6) считать версию встроенного программного и внешнего обеспечения преобразователя в окне программного обеспечения MTL4-PCS.

Модуль допускается к дальнейшей проверке, если программное обеспечение соответствует требованиям, указанным в описании типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение абсолютной основной погрешности преобразований проводить при значениях, равных 0-5, 20-30, 45-55, 70-80, 95-100 % сконфигурированного диапазона входного/выходного сигнала, в следующей последовательности:

- 1) Повторить операции по п.п. 1) - 5) пункта 8.2 и п.п. 1) - 5) пункта 8.3 для всех режимов работы MTL4-ADIO, типов входного сигнала и выходного сигнала и диапазонов входного сигнала и выходного сигнала в соответствии с таблицей 3.
- 2) Последовательно подать с ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 на вход/выход (в зависимости от режима работы) модуля значения, равные 0-5, 20-30, 45-55, 70-80, 95-100 % сконфигурированного диапазона входного/выходного сигнала.

Таблица 3 – Типы входного и выходного сигнала и диапазоны входного и выходного сигнала для режимов работы MTL4-ADIO

Режим работы MTL4-ADIO	Тип входного сигнала	Диапазоны входного сигнала	Тип выходного сигнала	Диапазоны выходного сигнала
Режим аналогового ввода «AI»	Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА	Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА
		от 0 до 20 мА	Напряжение постоянного тока	от 0 до 5 В
		от 0 до 20 мА		от 0 до 10 В
	Напряжение постоянного	от 0 до 5 В	Напряжение по-	от 0 до 5 В

Режим работы MTL4-ADIO	Тип входного сигнала	Диапазоны входного сигнала	Тип выходного сигнала	Диапазоны выходного сигнала
	янного тока	от 0 до 5 В	стоянного тока	от 0 до 10 В
		от 0 до 10 В		от 0 до 10 В
		от 0 до 5 В	Сила постоянного тока	от 0 до 20 мА
		от 0 до 10 В		от 0 до 20 мА
Режим аналогового вывода «АО»	Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА	Напряжение постоянного тока	от 1 до 5 В
		от 4 до 20 мА		от 0 до 10 В
	Напряжение постоянного тока	от 0 до 5 В	Напряжение постоянного тока	от 0 до 10 В
		от 0 до 10 В		от 0 до 10 В

3) считать с мультиметра преобразованные значения силы постоянного тока или напряжения постоянного тока.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Рассчитать значение абсолютной основной погрешности преобразований для модуля в режиме аналогового ввода «AI» по формуле:

$$\Delta = X_{\text{изм}} - X_{\text{эт}} \quad (1)$$

где $X_{\text{изм}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), измеренное мультиметром, подключенным к несущей плате, мА (В);

$X_{\text{эт}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В), рассчитанное по формуле:

$$X_{\text{эт}} = X_{\text{н}} + (X_{\text{в}} - X_{\text{н}}) \cdot \frac{Y_{\text{эт}} - Y_{\text{н}}}{Y_{\text{в}} - Y_{\text{н}}} \quad (2)$$

где $Y_{\text{эт}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), поданное с ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 на модуль, мА (В);

$X_{\text{в}}, X_{\text{н}}$ – соответственно верхний и нижний пределы диапазона выходного сигнала силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В);

$Y_{\text{в}}, Y_{\text{н}}$ – соответственно верхний и нижний пределы диапазона входного сигнала силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В).

11.2 Рассчитать значение абсолютной основной погрешности преобразований для модуля в режиме аналогового вывода «АО» по формуле:

$$\Delta = X_{\text{изм}} - X_{\text{эт}} \quad (3)$$

где $X_{\text{изм}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), измеренное мультиметром, подключенным к модулю, мА (В);

$X_{\text{эт}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В), рассчитанное по формуле:

$$X_{\text{ЭТ}} = X_{\text{Н}} + (X_{\text{В}} - X_{\text{Н}}) \cdot \frac{Y_{\text{ЭТ}} - Y_{\text{Н}}}{Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}}} \quad (4)$$

где $Y_{\text{ЭТ}}$ – значение силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), поданное с ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 на несущую плату, мА (В);

$X_{\text{В}}, X_{\text{Н}}$ – соответственно верхний и нижний пределы диапазона входного сигнала силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В);

$Y_{\text{В}}, Y_{\text{Н}}$ – соответственно верхний и нижний пределы диапазона выходного сигнала силы постоянного тока (напряжения постоянного тока), мА (В).

Модуль подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если полученные значения абсолютной основной погрешности преобразований не превышают пределов, указанных в таблице А.1 Приложения А.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда модуль не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку модуля прекращают, результаты поверки признают отрицательными.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки модуля подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 По заявлению владельца модуля или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки (когда модуль подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт модуля записи о проведенной поверке, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.3 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заявлением владельца средства измерений) в сведениях о поверке указывается информация, для каких измерительных каналов, измеряемых величин, поддиапазонов измерений выполнена поверка.

12.4 По заявлению владельца модуля или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда модуль не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.5 Протоколы поверки модуля оформляются по произвольной форме.

Технический директор ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»



М. С. Казаков

Инженер 1 категории ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»



М. И. Рогова

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основные метрологические характеристики модулей универсальной кроссовой системы MTL SUM5

Таблица А.1 – Метрологические характеристики MTL4-ADIO

Режим работы MTL4-ADIO	Тип входного сигнала	Поддиапазоны входного сиг- нала	Тип выходного сигнала	Поддиапазоны выходного сиг- нала	Пределы до- пускаемой абсолютной по- основной по- грешности преобразова- ний	Допускаемый тем- пературный коэф- фициент, % от диа- пазона выходного сигнала/°С
Режим аналогового ввода «AI»	Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА	Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА	±20,00 мкА	0,01
		от 0 до 20 мА	Напряжение по- стоянного тока	от 0 до 5 В	±20,00 мВ	0,01
		от 0 до 20 мА		от 0 до 10 В	±20,00 мВ	0,01
	Напряжение постоянного тока	от 0 до 5 В	Напряжение по- стоянного тока	от 0 до 5 В	±20,00 мВ	0,01
		от 0 до 5 В		от 0 до 10 В	±30,00 мВ	0,01
		от 0 до 10 В		от 0 до 10 В	±30,00 мВ	0,01
Режим аналогового вывода «АО»	Сила постоянного тока	от 0 до 5 В	Сила постоянного тока	от 0 до 20 мА	±40,00 мкА	0,01
		от 0 до 10 В		от 0 до 20 мА	±40,00 мкА	
		от 4 до 20 мА	Напряжение по- стоянного тока	от 1 до 5 В	±20,00 мВ	0,01
		от 4 до 20 мА		от 0 до 10 В	±30,00 мВ	0,01
	Напряжение постоянного тока	от 0 до 5 В	Напряжение по- стоянного тока	от 0 до 10 В	±20,00 мВ	0,01
		от 0 до 10 В		от 0 до 10 В	±30,00 мВ	0,01