

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
метрологии
ФБУ «УРАЛТЕСТ»



Д.Г. Дедков

М.п.

« 11 »

февраля 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

КОНТРОЛЛЕРЫ АНАЛОГОВЫЕ

АК-1п

АТСГ.426444.008 МП

Методика поверки

г. Екатеринбург

2022 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки контроллера аналогового АК-1п (далее – контроллер), изготавливаемых ООО «Модуль АТИ».

При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость поверяемого контроллера к ГЭТ 14-2014 в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока» (далее – Приказ Росстандарта № 3456), ГЭТ 13-01 в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы» (далее – Приказ Росстандарта № 3457), ГЭТ 89-2008 в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.09.2021 г. № 1942 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц» (далее – Приказ Росстандарта № 1942).

Методика поверки реализуется методом прямых измерений контроллером воспроизводимой эталоном величины.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении поверки контроллера должны быть выполнены операции, указанные в таблицах 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование	Номер раздела (пункта) методики поверки	Обязательность выполнения операций поверки при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7.1	Да	Да
Опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока	10.1	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока	10.2	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли	10.3	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °Cот 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, %от 30 до 80.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие настоящую методику, руководство по эксплуатации контроллеров и средств поверки.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны применяться основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
3	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от 15 °C до 25 °C с пределами абсолютной погрешности $\pm 0,4$ °C; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 % до 80 % с пределами абсолютной погрешности ± 3 %;	Прибор комбинированный Testo 622, рег. № 53505-13
10.1	Рабочий эталон 3 разряда согласно приказу Росстандарта от 03.09.2021 г. № 1942, диапазон воспроизведения напряжения переменного тока от 10 до 330 В	Калибратор многофункциональный Fluke 5522A, рег.№ 70345-18;
10.2	Рабочий эталон 3 разряда согласно приказу Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3457, диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 10 до 330 В	
10.3	Рабочий эталон 4 разряда согласно приказу Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456, диапазон воспроизведения сопротивления от 0,01 до 65 МОм	Магазин сопротивления рычажный P4002, рег. № 2224-66

5.2 Допускается применение средств поверки, отличающихся от приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

5.3 Средства измерений, указанные в таблице 2, должны быть поверены в установленном порядке.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования инструкций по охране труда организации, выполняющей работы и оказывающей услуги по поверке средств измерений, аккредитованной на проведение поверки в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

6.2 При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80 и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

6.3 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на контроллеры и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие контроллера следующим требованиям:

- комплектность и маркировка должны соответствовать формуляру;
- не должно быть механических повреждений, дефектов и неисправностей соединительных элементов, влияющих на работоспособность контроллера;
- должна быть подтверждена целостность пломбы предприятия-изготовителя.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Для опробования средства измерений необходимо:

- 1) Собрать схему в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Схема подключения контроллера к программному обеспечению

- 2) Подать питание 24 В на контроллер. Убедиться, что на лицевой панели контроллера есть индикация, светодиод «Данные» должен непрерывно гореть зелёным светом, что

свидетельствует о готовности устройства к приему информации. В противном случае контроллер считается неисправным.

3) Запустить программу для связи с контроллером: MIP_PMI.exe.

4) Указать COM-порт, к которому подключен контроллер, по интерфейсу RS-485 в соответствии с рисунком 2, нажать кнопку «Поиск АК-1п» – произвести поиск контроллера.




Рисунок 2 – Главное окно внешнего программного обеспечения

5) Обнаруженные контроллеры будут отображены в списке, показанном на рисунке 3. Для найденного контроллера будет показан его адрес и серийный номер.




Рисунок 3 – Список обнаруженных устройств

6) Нажатие кнопки «Опрос» приведет к запуску информационного обмена с контроллером и открытию окна с получаемыми данными в соответствии с рисунком 4.

Опрос АК-1п по адресу: 9 (0x09)	
Напряжение полюса эл. питания:	3.86, В
Сопротивление изоляции отн. земли:	нап, кОм
Напряжение постоянного тока:	3.86, В
Напряжение переменного тока:	0.0, В
Наименование встроенного ПО:	АК-1п
Версия встроенного ПО:	1.0
Контрольная сумма встроенного ПО:	0x33fe
Заводской номер:	60-63-1-7.21
Напряжение на выходе ИОН:	1.12, В
Ток утечки через изоляцию:	1.17, мкА

Рисунок 4 – Отображение данных измерений

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Метрологически значимое программное обеспечение расположено в контроллере, обладает высшей степенью защиты, путем механического опломбирования корпуса АК-1п. При этом исключается несанкционированный доступ третьих лиц с целью модификации метрологически значимой части встроенного программного обеспечения.

Для проверки идентификационных данных встроенного программного обеспечения используется внешнее программное обеспечение: MIP_PMI.exe, версией не ниже 1.0.

Внешнее программное обеспечение не является метрологически значимым и служит для отображения результатов измерений контроллера.

Проверку идентификационных данных встроенного программного обеспечения, проводят путем сличения данных в окне «опроса» контроллера с данными приведенными в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные	Значение
Наименование встроенного ПО	АК-1п
Версия встроенного ПО	не ниже 1.0

В случае несоответствия идентификационных данных встроенного ПО, проверка прекращается, контроллер бракуется.

Внешнее программное обеспечение MIP_PMI.exe служит для отображения данных измерений проводимых АК-1п, не является метрологически значимым и должно быть версией не ниже 1.0.

Внешнее программное обеспечение MIP_PMI.exe доступно для скачивания в сети Интернет по адресу: https://linksa.ru/downloads/MIP_PMI.exe

Идентификационные данные внешнего программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные внешнего ПО


Идентификационные данные	Значение
Наименование внешнего ПО	MIP_PMI.exe
Версия внешнего ПО	не ниже 1.0

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение относительной погрешности измерений напряжения переменного тока

10.1.1 Относительную погрешность измерений напряжения переменного тока определяют методом прямых измерений значений напряжения установленных на выходе калибратора многофункционального Fluke 5522A (далее – калибратор) со значением измеренным контроллером.

10.1.2 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 5.



ИП – источник питания

Рисунок 5 – Схема подключения при измерении напряжения переменного (постоянного) тока

10.1.3 Включают опрос контроллера в программе «MIP_RMI.exe» нажатием кнопки «Опрос», что приведет к открытию окна, изображенного на рисунке 4.

10.1.4 Относительную погрешность измерений напряжения переменного тока определяют для каждой контрольной точки: 10, 160, 330 В частотой 50 Гц.

На калибраторе поочередно устанавливают значения напряжения переменного тока, соответствующие контрольным точкам.

10.1.5 Значение напряжения переменного тока, измеренное контроллером, будет отображаться в поле «Напряжение переменного тока», рисунок 4, время готовности результатов измерений не более 4 секунд.

Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

10.1.6 Рассчитывают значения относительной погрешности измерений, %, по формуле (1)

$$\delta = \frac{X_{\text{изм}} - X_{\text{э}}}{X_{\text{э}}} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где $X_{\text{изм}}$ – значение измеряемой величины, измеренное контроллером, (В, МОм);

X_z – значение измеряемой величины, установленное на эталоне (В, МОм).

Полученные значения относительной погрешности измерений напряжения переменного тока записать в протокол поверки.

10.2 Определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока

10.2.1 Относительную погрешность измерений напряжения постоянного тока определяют методом прямых измерений значений напряжения установленных на выходе калибратора со значением измеренным контроллером.

10.2.2 Повторить операции по п. 10.1.2-10.1.3.

10.2.3 Относительную погрешность измерений напряжения постоянного тока определяют для каждой контрольной точки: 10, 160, 330 В частотой 50 Гц.

На калибраторе поочередно устанавливают значения напряжения постоянного тока, соответствующие контрольным точкам.

10.2.4 Значение напряжения постоянного тока, измеренное контроллером, будет отображаться в поле «Напряжение постоянного тока», рисунок 4, время готовности результатов измерений не более 4 секунд.


Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

10.2.5 Рассчитывают значения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока по формуле (1).

Полученные значения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока записать в протокол поверки.

10.3 Определение относительной погрешности измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли

10.3.1 Относительную погрешность измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли определяют методом прямых измерений непосредственного сличения значений, задаваемых на магазине сопротивлений, со значениями сопротивления изоляции полюса питания относительно земли измеренными контроллером. Схема подключения магазина сопротивлений показана на рисунке 6.



ИП – источник питания

Рисунок 6 – Схема подключения при измерении сопротивления изоляции полюса питания относительно земли

10.3.2 Повторить операцию по п.10.1.3.

10.3.3 Относительную погрешность измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли определяют для каждой контрольной точки: 0,01; 0,1; 10; 30; 65 МОм.

На магазине сопротивления поочередно устанавливают значения сопротивления, соответствующие контрольным точкам

10.3.4 Значение сопротивления изоляции, измеренное контроллером, будет отображаться в поле «Сопротивление изоляции отн.земли», в соответствии с рисунком 4, время готовности результатов измерений не более 60 с.

Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

10.3.5 Рассчитывают значения относительной погрешности измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли по формуле (1).

Полученные значения относительной погрешности измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли занести в протокол поверки.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Контроллер, не удовлетворяющий требованиям п.7, дальнейшей поверке не подлежит.

11.2 Результаты опробования считают положительными, если выполняются требования п.8, при отрицательных результатах поверку прекращают.

11.3 Результаты проверки ПО считают положительными, если установлено полное соответствие идентификационных данных встроенного и внешнего ПО контроллера данным, приведенным в таблицах 3 и 4 соответственно.

11.4 Результат поверки по п.10.1 считают положительным, если полученные значения относительной погрешности измерений напряжения переменного тока для каждой контрольной точки не превышают $\pm 2,5\%$.

11.5 Результат поверки по п.10.2 считают положительным, если полученные значения относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока для каждой контрольной точки не превышают $\pm 2,5\%$.

11.6 Результат поверки по п.10.3 считают положительным, если полученные значения относительной погрешности измерений сопротивления изоляции полюса питания относительно земли для каждой контрольной точки не превышают $\pm 10\%$.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 По результатам поверки оформляют протокол поверки по форме, приведенной в Приложении А.

12.2 Положительные результаты поверки контроллера оформляют в виде электронной записи, передаваемой в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и, по заявлению владельца средства измерений, на средство измерений выдается свидетельство о поверке.

12.3 Отрицательные результаты поверки контроллера оформляют в виде электронной записи, передаваемой в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и, по заявлению владельца средства измерений, на средство измерений выдается извещение о непригодности.

12.4 Информация об объеме проведенной поверки передается в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Приложение А

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ № _____

Поверки контроллера аналогового АК-1п

принадлежность _____

условия проведения поверки: _____

температура окружающей среды: _____

средства поверки: _____

Результаты поверки: _____

Внешний осмотр средства измерений _____

Опробование средства измерений _____

Проверка программного обеспечения _____

Вид измерения	Контрольная точка	Измеренное контроллером значение	Относительная погрешность измерений, %	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %
Напряжение постоянного тока, В	10			±2,5
	100			
	330			
Напряжение переменного тока, В	10			±2,5
	100			
	330			
Сопротивление изоляции полюса питания относительно земли, МОм	0,01			±10
	0,1			
	10			
	30			
	65			

Вывод: _____

Заключение: _____

Поверитель _____
(подпись поверителя)

(расшифровка)

Дата поверки _____ 20 ____ г.