

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Блоки детектирования гамма-излучения БДКГ-230

Назначение средства измерений

Блоки детектирования гамма-излучения БДКГ-230 предназначены для измерений мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения с одновременной передачей результатов измерений аппаратуре потребителя по интерфейсу RS422/RS485.

Описание средства измерений

Принцип действия блоков детектирования гамма-излучения БДКГ-230 (далее – БД) основан на использовании сцинтилляционного метода дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения.

В БД используется тканеэквивалентный сцинтилляционный детектор ионизирующего излучения и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).

Импульсы с выхода ФЭУ поступают на устройство обработки. Устройство обработки подсчитывает число импульсов за единицу времени. Измеренная скорость счета импульсов пропорциональна мощности амбиентного эквивалента дозы. БД по запросу передаёт результаты измерений на внешнее устройство по двух- или четырехпроводному интерфейсу RS422/RS485.

При работе БД в составе аппаратуры возможна реализация следующих режимов:

- режим измерения мощности кермы в воздухе, при котором в случае изменения уровня радиации автоматически сбрасываются показания и начинается новый цикл усреднения измерений;

- режим измерения мощности кермы в воздухе с алгоритмом «скользящего среднего».

При этом оператором может задаваться либо время усреднения в диапазоне от 1 до 65535 с с дискретностью 1 с, либо статистическая погрешность измерения от 1 % до 200 % с дискретностью 1 %;

- режим измерения мощности кермы в воздухе с автоматическим перезапуском. При этом оператором может задаваться либо время усреднения в диапазоне от 1 до 65535 с с дискретностью 1 с, либо статистическая погрешность измерения от 1 % до 200 % с дискретностью 1 %;

- режим измерения мощности кермы в воздухе с перезапуском по команде. При этом оператором может задаваться либо время усреднения в диапазоне от 1 до 65535 с с дискретностью 1 с, либо статистическая погрешность измерения от 1 % до 200 % с дискретностью 1 %.

БД начинают работать с момента подачи на них напряжения питания. В случае возникновения неисправности внутренняя система диагностики БД формирует сообщение о неисправности с указанием кода ошибки.

БД представляют собой конструктивно и функционально законченные изделия, размещённые в пыле-бройзозащищенным корпусе из алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Корпус БД состоит из двух частей: колпачка, под которым располагается детектор, и цилиндрического металлического экрана, в котором расположены электронные узлы. На торцевой поверхности экрана расположен разъём для подключения БД.

Общий вид блоков детектирования приведён на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид блоков детектирования гамма-излучения БДКГ-230

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) БД является встроенным.

Метрологически значимая часть ПО размещается в энергонезависимой части памяти процессора, запись которой осуществляется в процессе производства. ПО защищено от непреднамеренных и преднамеренных изменений наклейкой (пломбой) из разрушающейся пленки, устанавливаемой на корпусе БД. Доступ к микроконтроллеру исключён конструкцией БД. Защитная пломба ограничивает доступ к ПО, при этом ПО не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы. Кроме того, изменение ПО невозможно без специализированного оборудования изготовителя. ПО не требует специальных средств защиты от преднамеренных и непреднамеренных изменений.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	БДКГ-230
Номер версии (идентификационный номер) ПО	11.16.10.30; 11.X.Y.Z*
Цифровой идентификатор ПО	-

* X, Y, Z – составные части номера версии ПО; X принимают равным от 1 до 99, Y – от 1 до 12, Z – от 1 до 31.

Примечания

1 Идентификационные данные версии ПО 11.X.Y.Z вносят в раздел «Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации и в протокол поверки.

2 ПО устанавливается на стадии производства и доступа к цифровому идентификатору нет. Изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования изготовителя.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

В соответствии с Р 50.2.077-2014 уровень защиты встроенного ПО БД от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий».

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения, Гр/ч	от $4 \cdot 10^{-8}$ до 1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения, %: - в диапазоне от 40 нГр/ч до 0,6 мкГр/ч - в диапазоне от 0,6 мкГр/ч до 1 Гр/ч	± 15 ± 10
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения, МэВ	от 0,048 до 10
Энергетическая зависимость, %, в пределах: - от 0,048 до 3 МэВ - от 3 до 10 МэВ	± 25 ± 50
Время установления рабочего режима, мин, не более	1
Время непрерывной работы, ч, не менее	24
Нестабильность показаний, %, не более	5
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения, %: - при изменении температуры окружающего воздуха относительно нормальных условий: - в диапазоне от минус 40 °С до плюс 40 °С - в диапазоне от плюс 40 °С до плюс 55 °С	± 10 ± 25
- при воздействии относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги	± 10
- при изменении атмосферного давления в диапазоне от 66 до 330 кПа относительно нормальных условий	± 5
- при изменении напряжения питания от 6 до 40 В относительно номинального значения 12 В	± 5
- при воздействии синусоидальных вибраций	± 5
- при воздействии многократных механических ударов	± 5
- при сейсмических воздействиях	± 5
- при воздействии постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м	± 10
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа	20 ± 5 от 30 до 80 от 86 до 106,7

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, не более: -диаметр -длина	65 253
Масса, кг, не более:	0,7
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	от 6 до 40

Наименование характеристики	Значение
Мощность, потребляемая при номинальном значении напряжения питания 12 В, В·А, не более	1
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +55
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более	95
- атмосферное давление, кПа	от 66 до 330

Знак утверждения типа

наносится на этикетку, расположенную на боковой поверхности корпуса БД, и на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность блоков детектирования гамма-излучения БДКГ-230

Наименование, тип	Обозначение	Количество	Примечание
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-230	ТИАЯ.418269.104	1	
Комплект монтажных частей	ТИАЯ.412918.105	1	
Комплект принадлежностей для поверки	ТИАЯ.412914.050	1	По заказу
Методика поверки	МРБ МП.2845-2018	1*	
Руководство по эксплуатации	–	1	

* Поставляется в одном экземпляре при отгрузке нескольких БД одному потребителю.

Проверка

осуществляется по документу МРБ МП.2845-2018 «Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-230. Методика поверки», утверждённому БелГИМ 14 декабря 2018 г. (с извещением ТИАЯ.22-2019 об изменении № 1 МРБ МП.2845-2018 от 18 марта 2019 г.).

Основные средства поверки:

- рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ Р 8.804-2012 - установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения с набором источников гамма-излучения из радионуклида ^{137}Cs , диапазон измерений мощности кермы в воздухе от 0,05 мкГр/ч до 1,0 Гр/ч, погрешность не более $\pm 5\%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к блокам детектирования гамма-излучения БДКГ-230

ТУ ВУ 100865348.038-2018 Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-230. Технические условия

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.804-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений.

Изготовитель

Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»)

Адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5

Телефон/факс: (+375 17) 2928142, 2882988

Web-сайт: www.atomtex.com

E-mail: info@atomtex.com

Испытательный центр

Экспертиза проведена Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологи им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14

Web-сайт: <http://www.vniim.ru>

E-mail: info@vniim.ru

Регистрационный номер RA.RU.311541 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.