

СОГЛАСОВАНО

**Технический директор
ООО «НИИ «ЭНЕРГО»**

П. С. Казаков



2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Системы АСК-МКИ 05

Методика поверки

МП-НИЦЭ-046-23

г. Москва

2023 г.

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	4
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ....	5
6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	6
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	6
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	6
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	7
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	7
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.....	10
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	11

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Системы АСК-МКИ 05 (далее – системы), изготавливаемые Акционерным обществом «Ижевский мотозавод «Акцион-холдинг» (АО «Ижевский мотозавод «Акцион-холдинг»), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость систем к:

– гэт14-2014 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;

– гэт89-2008 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 сентября 2021 года № 1942 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^9$ Гц»;

– гэт191-2019 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 года № 2316 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического напряжения переменного тока промышленной частоты и композитного напряжения в диапазоне от 1 до 500 кВ с гармоническими составляющими от 0,3 до 50 порядка, в диапазоне частот от 15 до 2500 Гц»;

1.3 Допускается проведение первичной (периодической) поверки отдельных измерительных каналов из состава средства измерений и проведение периодической поверки для меньшего числа измеряемых величин в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.4 Проверка систем должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки.

1.5 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, – прямой метод измерений.

1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Обязательность выполнения операций поверки при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	Да	Да
Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления	10.1	Да	Да

ского сопротивления постоянному току в режиме ЭТ			
Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 4-х проводной схеме подключения в режиме РТ	10.2	Да	Да
Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 2-х проводной схеме в режиме ПР	10.3	Да	Да
Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме КС	10.4	Да	Да
Определение относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току при контроле сопротивления изоляции в режиме СИ	10.5	Да	Да
Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц до 750 В	10.6	Да	Да
Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц выше 750 В	10.7	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды плюс (20 ± 5) °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые системы и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года № 707 (ред. от 30.12.2020 года) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Основные средства поверки		
п.10 Определение метрологических характеристик	<p>Рабочие эталоны 4-го разряда и выше согласно Приказу № 3456 воспроизведений электрического сопротивления постоянному току в диапазоне от $0,01$ до $1 \cdot 10^9$ Ом.</p>	<p>Магазин сопротивлений Р4831, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) 6332-77;</p> <p>Магазин сопротивлений Р4002, рег. № 2224-66;</p> <p>Магазин сопротивлений Р4007, рег. № 2696-71;</p> <p>Катушка электрического сопротивления Р310, рег. № 1162-58.</p>
	<p>Рабочий эталон 3-го разряда и выше согласно Приказу № 1942 измерений напряжения переменного тока (при частоте 50 Гц) в диапазоне от 100 до 750 В.</p>	<p>Мультиметр цифровой 34450A, рег. № 55261-13.</p>
	<p>Рабочий эталон 3-го разряда и выше согласно Приказу № 1942 измерений напряжения переменного тока (при частоте 50 Гц) в диапазоне от 750 В до 1 кВ.</p>	<p>Вольтметр С-53, рег. № 1838-63.</p>
	<p>Рабочий эталон 2-го разряда и выше согласно Приказу № 2316 измерений напряжения переменного тока (при частоте 50 Гц) в диапазоне от 1 кВ до 1,5 кВ.</p>	
Вспомогательные средства поверки		
п. 8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	<p>Диапазон измерений температуры окружающей среды от $+10$ °C до $+30$ °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 1 °C, диапазон измерений относительной влажности от 10 % до 90 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 3 %.</p> <p>Диапазон измерения давления от 84 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,2$ кПа.</p>	<p>Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, рег. № 15500-12;</p> <p>Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, рег. № 5738-76.</p>
п. 8.1 Определение сопротивления изоляции (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	<p>Верхний предел измерений электрического сопротивления постоянному току не менее 20 МОм.</p>	<p>Мегаомметр Ф4101, рег. № 4542-74.</p>

Допускается применение средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений, установленную Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019г. № 3456, от 03 сентября 2021 года № 1942, от 31 декабря 2020 года № 2316, от 30 декабря 2019 года № 3457.

Все средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Также должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на поверяемые системы и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система допускается к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид систем соответствует описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- соблюдаются требования по защите системы от несанкционированного вмешательства согласно описанию типа;
- отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки.

Примечание – При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и система допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, система к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- изучить эксплуатационную документацию на поверяемую систему и на применяемые средства поверки;
- выдержать систему в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1, не менее 2 ч, если она находилась в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и подготовить ее к работе в соответствии с ее эксплуатационной документацией;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации;
- провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 3.

8.2 Опробование системы

Опробование системы проводить следующим образом:

- подготовить и включить систему в соответствии с руководством по эксплуатации;
- проверить работоспособность всех функциональных узлов системы и наличие контакта всех измерительных каналов в тестовом режиме «Самоконтроль»;
- проверить функционирование системы во всех режимах контроля по тестовой программе testmki5.acs в соответствии с указаниями раздела 2 руководства по эксплуатации.

Проверка электрического сопротивления изоляции.

Проверка сопротивления изоляции цепей сетевого электропитания проводится мегаомметром Ф4101 между корпусом АСК-МКИ 05 и контактами «ФА», «ФВ», «ФС» и «0»

сетевого кабеля БИ6.644.114-01 при измерительном напряжении 500 В. Плата ПВ-01 в блоке питания стойки ТКИ при измерении должна быть отстыкована.

Система допускается к дальнейшей поверке, если:

– при опробовании в режиме «Самоконтроль» все тесты завершены с результатом «Норма», а проверка по тестовой программе testmki5.acs выявила все ошибки, описанные в руководстве по эксплуатации;

– при проверке электрического сопротивления изоляции измеренное значение электрического сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Проверку соответствия программного обеспечения (далее – ПО) проводить следующим образом:

– запустить управляющую программу MK5W в соответствии с руководством по эксплуатации;

– сравнить идентификационное наименование ПО и номер версии, отображенные в всплывающем окне, с данными в описании типа.

Система допускается к дальнейшей поверке, если программное обеспечение соответствует требованиям, указанным в описании типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме ЭТ проводить при значениях входного сигнала, равных 0,2; 0,5; 1 Ом при значении силы постоянного тока, равном 50 мА, и 2; 25; 100 Ом при значении постоянного тока, равном 10 мА.

10.1.1 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме ЭТ и измерение сопротивления соединительных проводов проводить при помощи программы RETPGR;

10.1.2 Подключить одну клемму магазина сопротивлений P4831 к контакту X1:1 блока БК1, другую – к контакту X1:100 блока БК1 с помощью перемычек КПАМ.685521.004;

10.1.3 Выставить на магазине сопротивлений P4831 значение электрического сопротивления постоянному току, равное 0 Ом;

10.1.4 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма магазина сопротивлений P4831 – «1.1.1»;

10.1.5 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма магазина сопротивлений P4831 – «1.1.100»;

10.1.6 На запрос «R, Ом: » ввести значение сопротивления «0.1»;

10.1.7 На запрос «I, мА : » ввести значение силы постоянного тока «50» и нажать «Enter»;

10.1.8 Считать показание сопротивления соединительных проводов $R_{\text{пр1}}$;

10.1.9 Рассчитать требуемое значение электрического сопротивления постоянному току по формуле (1):

$$R_{\text{эт}} = (R_m + R_{\text{пр1}}), \quad (1)$$

где R_m – значение, установленное на магазине сопротивлений P4831, Ом;

$R_{\text{пр1}}$ – сопротивление соединительных проводов, определенное в 10.1.2-10.1.8.

10.1.10 Нажать «M», на запрос «R, Ом» ввести значение $R_{\text{эт}}$, вычисленное по формуле (1);

10.1.11 На запрос «I, мА : » ввести «50» и нажать «Enter»;

10.1.12 Считать показание $R_{\text{изм}}$;

10.1.13 Повторить пункты 10.1.9-10.1.12 при значении постоянного тока, равном 10 мА;

10.1.14 Повторить пункты 10.1.1-10.1.13 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

10.2 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 4-х проводной схеме подключения в режиме РТ проводить при значениях входного сигнала, равных 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1 Ом при значении силы постоянного тока, равном 50 мА, и 2; 10; 25; 50; 100 Ом при значении силы постоянного тока, равном 10 мА.

10.2.1 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 4-х проводной схеме подключения в режиме РТ проводить при помощи программы R4TPGR по четырехпроводной схеме подключения;

10.2.2 Подключить одну клемму катушки электрического сопротивления Р310 к контактам X1:1 блоков БК1 и БК2, другую – к контактам X1:100 блоков БК1 и БК2 с помощью перемычек КПАМ.685521.004;

10.2.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма катушки электрического сопротивления Р310 – «1.1.1»;

10.2.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма катушки электрического сопротивления Р310 – «1.1.100»;

10.2.5 На запрос «R, Ом: » ввести значение сопротивления «0.01»;

10.2.6 На запрос «I, мА : » ввести значение силы постоянного тока «50» и нажать «Enter»;

10.2.7 Считать показание $R_{изм}$;

10.2.8 Повторить пункты 10.2.2-10.2.7, используя магазин сопротивлений Р4831 с установленным значением электрического сопротивления постоянному току 0 Ом. Полученное значение будет начальным сопротивлением магазина сопротивлений Р4831;

10.2.9 Рассчитать требуемое значение электрического сопротивления постоянному току по формуле (1);

10.2.10 Нажать «M», на запрос «R, Ом» ввести значение $R_{эт}$, вычисленное по формуле (1);

10.2.11 На запрос «I, мА : » ввести «50» и нажать «Enter»;

10.2.12 Считать показание $R_{изм}$;

10.2.13 Повторить пункты 10.2.9-10.2.12 при значении постоянного тока 10 мА;

10.2.14 Повторить пункты 10.2.1-10.1.13 для последних блоков коммутации последней коммутационной стойки.

10.3 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 2-х проводной схеме в режиме ПР проводить при значениях входного сигнала, равных 0,001; 0,009; 0,02; 0,09; 0,2; 0,9; 2; 9; 20; 90 кОм.

10.3.1 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 2-х проводной схеме в режиме ПР проводить при помощи программы RACPPGR.

10.3.2 Подключить одну клемму магазина сопротивлений Р4831 к контакту X1:1 блока БК1, другую – к контакту X1:100 блока БК1 при помощи перемычек КПАМ.685521.004.

10.3.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма магазина сопротивлений Р4831 – «1.1.1».

10.3.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма магазина сопротивлений Р4831 – «1.1.100».

10.3.5 На запрос «R, кОм: » ввести значение сопротивления, заданное с магазина сопротивлений Р4831.

10.3.6 Считать показание $R_{изм}$.

10.3.7 Повторить пункты 10.3.1-10.3.6 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

10.4 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме КС проводить при значениях входного сигнала, равных 0,001; 0,009; 0,01; 0,09; 0,2; 0,9; 2; 9; 20; 90; 200; 900; 2000; 10000 кОм.

10.4.1 Определение абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме КС проводить при помощи программы RV7PGR;

10.4.2 Подключить магазин сопротивлений Р4831 и магазин сопротивлений Р4002, соединенные последовательно, к контактам X1:1 и X1:100 блока БК1 с помощью перемычек КПАМ.685521.004..

10.4.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма магазина сопротивлений Р4831 – «1.1.1».

10.4.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма магазина сопротивлений Р4002 – «1.1.100».

10.4.5 На запрос «R, кОм: » ввести значение сопротивления, заданное с магазина сопротивлений Р4831 и магазина сопротивлений Р4002 в сумме.

10.4.6 Считать показание $R_{изм}$.

10.4.7 Повторить пункты 10.4.1-10.4.6 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

10.5 Определение относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току при контроле сопротивления изоляции в режиме СИ проводить при значениях, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 - Значения электрического сопротивления постоянному току при значениях напряжения постоянного тока

Значение электрического сопротивления постоянному току, МОм	Значение напряжения постоянного тока (ДУ)
0,2	1(5 В), 2(30 В), 3(100 В)
0,6	1(5 В), 2(30 В), 3(100 В), 4(250 В)
2	1(5 В), 2(30 В), 3(100 В), 4(250 В), 5(500 В)
5	1(5 В), 2(30 В), 3(100 В), 4(250 В), 5(500 В)
15	1(5 В), 2(30 В), 3(100 В), 4(250 В), 5(500 В)
50	2(30 В), 3(100 В), 4(250 В), 5(500 В)
250	3(100 В), 4(250 В), 5(500 В)
900	4(250 В), 5(500 В)

10.5.1 Определение относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току проводить при помощи программы PKIPGR.

10.5.2 Подключить магазин сопротивлений Р4002 и магазин сопротивлений Р4007, соединенные последовательно, к контактам X1:1 и X1:100 блока БК1 с помощью перемычек КПАМ.685521.004..

10.5.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма магазина сопротивлений Р4002 – «1.1.1».

10.5.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается вторая клемма магазина сопротивлений Р4007 – «1.1.100».

10.5.5 На запрос «R, МОм: » ввести значение сопротивления, установленное на магазине сопротивлений Р4002 и магазине сопротивлений Р4007 в сумме.

10.5.6 На запрос «DUпки:» ввести номер требуемого диапазона напряжения.

10.5.7 Считать показание $R_{изм}$.

10.5.8 Повторить пункты 10.5.1-10.5.7 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

10.6 Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц до 750 В проводить при значениях входного сигнала, равных 100; 250; 500; 700 В.

10.6.1 Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц проводить при помощи программы UPPUPGR.

10.6.2 Подключить потенциальный вход мультиметр цифрового 34450А к контакту X1:1 блока БК1, а общий вход –к контакту X1:1 блока БК2, с помощью кабелей-заглушек КПАМ.685612.001.

10.6.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма мультиметра цифрового 34450А – «1.1.1».

10.6.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма мультиметра цифрового 34450А – «1.2.1».

10.6.5 На запрос «Уппу, В: » ввести требуемое значение напряжения переменного тока.

10.6.6 Считать с мультиметра цифрового 34450А измеренное значение напряжения переменного тока.

10.6.7 Повторить пункты 10.6.1-10.6.6 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

10.7 Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц выше 750 В проводить при значениях входного сигнала, равных 900; 1200; 1450 В.

Примечание – Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц проводить при значениях входного сигнала 1200; 1450 В только для модификаций с индексом «В».

10.7.1 Определение относительной погрешности воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при частоте 50 Гц проводить при помощи программы UPPUPGR.

10.7.2 Подключить вольтметр С-53 к контактам X1:1 блока БК1 и X1:1 блока БК2 с помощью кабелей-заглушек КПАМ.685612.001.

10.7.3 На запрос «Начальная точка : » ввести номер точки, к которой подключается первая клемма вольтметра С-53 – «1.1.1».

10.7.4 На запрос «Конечная точка : » ввести номер точки, к которой подключается другая клемма вольтметра С-53 – «1.2.1».

10.7.5 На запрос «Уппу, В: » ввести требуемое значение напряжения переменного тока.

10.7.6 Считать с вольтметра С-53 измеренное значение напряжения переменного тока.

10.7.7 Повторить пункты 10.7.1-10.7.6 для последнего блока коммутации последней коммутационной стойки.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Абсолютная погрешность измерений электрического сопротивления постоянному току рассчитывать по формуле(2), Ом/кОм/МОм:

$$\Delta_{\Omega} = X_{изм\Omega} - X_{эт\Omega}, \quad (2)$$

где $X_{изм\Omega}$ – значение сопротивления, измеренное системой, Ом/кОм/МОм;

$X_{\text{эт}\Omega}$ – значение сопротивления, заданное магазином сопротивлений Р4831/магазином сопротивлений Р4002/катушкой электрического сопротивления Р310, Ом/кОм/МОм.

11.2 Относительную погрешность измерений электрического сопротивления постоянному току рассчитать по формуле (3), %:

$$\delta_\Omega = \frac{X_{\text{изм}\Omega} - X_{\text{эт}\Omega}}{X_{\text{эт}\Omega}} \cdot 100, \quad (3)$$

где $X_{\text{изм}\Omega}$ – значение сопротивления, измеренное системой, МОм;

$X_{\text{эт}\Omega}$ – значение сопротивления, заданное магазином сопротивлений Р4002 и магазином сопротивлений Р4007, МОм.

11.3 Относительную погрешность воспроизведений напряжения переменного тока при значении частоты 50 Гц рассчитать по формуле (4), %:

$$\delta_V = \frac{X_{\text{изм}V} - X_{\text{эт}V}}{X_{\text{эт}V}} \cdot 100, \quad (4)$$

где $X_{\text{изм}V}$ – значение напряжения переменного тока, заданное системой, В;

$X_{\text{эт}V}$ – значение напряжения переменного тока, измеренное мультиметром цифровым 34450A/вольтметром С-53, В.

Система подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если полученные значения погрешностей не превышают пределов, указанных в приложении А.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда система не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку системы прекращают, результаты поверки признают отрицательными.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки системы подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заявлением владельца средства измерений) в сведениях о поверке указывается информация, для каких измерительных каналов из состава средства измерений / измеряемых величин / поддиапазонов измерений выполнена поверка.

12.3 По заявлению владельца системы или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки (когда система подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.4 По заявлению владельца системы или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда система не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.5 Протоколы поверки системы оформляются по произвольной форме.

Ведущий инженер ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»

Инженер 2 категории ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»

Казаков М. С

Тарханова Т. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Основные метрологические характеристики систем

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме ЭТ при значениях силы постоянного тока, Ом: – 50 мА – 10 мА	от 0,2 до 1 включ. св. 1 до 100 включ.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме ЭТ, Ом	$\pm(0,1+0,01 \cdot R_x)$
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току по 4-х проводной схеме подключения в режиме РТ при значениях силы постоянного тока, Ом – 50 мА – 10 мА	от 0,01 до 1 включ. св. 1 до 100 включ.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 4-х проводной схеме подключения в режиме РТ, Ом	$\pm(0,005+0,01 \cdot R_x)$
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току по 2-х проводной схеме в режиме ПР с помощью АЦП, кОм	от 0,001 до 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току по 2-х проводной схеме в режиме ПР с помощью АЦП, Ом	$\pm(0,8+0,01 \cdot R_x)$
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме КС с помощью цифрового вольтметра, кОм	от 0,001 до 10000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току в режиме КС с помощью цифрового вольтметра, Ом: – от 0,001 до 1000 кОм включ. – св. 1000 до 10000 кОм включ.	$\pm(5,0+0,01 \cdot R_x)$ $\pm 0,05 \cdot R_x$
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току при контроле сопротивления изоляции в режиме СИ при значениях испытательного напряжения постоянного тока, МОм: – 5, 30, 100 В – 5, 30, 100, 250 В – 5, 30, 100, 250, 500 В – 30, 100, 250, 500 В – 100, 250, 500 В – 250, 500 В	от 0,1 до 0,3 включ. св. 0,3 до 1 включ. св. 1 до 30 включ. св. 30 до 100 включ. св. 100 до 300 включ. св. 300 до 1000 включ.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току при контроле сопротивления изоляции в режиме СИ, %	± 10
Диапазон воспроизведений действующих значений испытательного напряжения переменного тока при значении частоты 50 Гц при проверке прочности изоляции, В: – для модификаций без индекса «В» – для модификаций с индексом «В»	от 100 до 950 от 100 до 1500
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведенний действующих значений испытательного напряжения переменного тока при значении частоты 50 Гц при проверке прочности изоляции, %	± 5

Наименование характеристики	Значение
<p><i>П р и м е ч а н и я:</i></p> <p>ЭТ, РТ, ПР, КС – режимы измерения в одноименных командах языка АСК-МКИ; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; Rx – измеренное значение сопротивления, Ом.</p>	