

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» ноября 2024 г. № 2634

Регистрационный № 31057-09

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух

Назначение средства измерений

Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух (далее по тексту - калибраторы) предназначены для точного воспроизведения единицы давления.

Описание средства измерений

Принцип действия калибраторов основан на динамическом взаимодействии сферического поршня и потока воздуха, вытекающего из сопла, в котором поршень самоцентрируется и самоуравновешивается.

Поршень устанавливается в сопло калибратора. На поршень надевается грузоприемное устройство (в дальнейшем навеска), на которое навешиваются грузы. Совместный вес поршня, навески и грузов преобразуется в пневматическое выходное давление, которое подается на вход поверяемого средства измерений давления.

При смене навесок и грузов автоматически изменяется выходное давление калибратора пропорционально изменившемуся совместному весу.

Калибраторы выполнены в виде настольного прибора. Поршни, навески и грузы накладываются вручную. В состав калибраторов входит укладка с поршнем, навесками и грузами (в дальнейшем укладка).

Калибраторы давления имеют три модификации: Метран-504-Воздух-I, Метран-504-Воздух-II и Метран-504-Воздух-III. В зависимости от модификации, калибраторы имеют различный диапазон воспроизведения давления.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Общий вид калибраторов приведен на рисунке 1.

Пломбирование калибраторов не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид калибраторов

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон воспроизведения давления, кПа:	
- Метран-504 Воздух-I	от 3 до 400
- Метран-504 Воздух-II	от 40 до 1000
- Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63
Дискретность воспроизведения давления, кПа	
- Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II	0,25
- Метран-504 Воздух-III	0,1

Таблица 2 – Пределы допускаемой погрешности калибраторов

Калибратор давления пневматический	Диапазон воспроизводимого давления, кПа	Класс точности 0,01	Класс точности 0,015	Класс точности 0,02
Метран-504 Воздух-I	$3 \leq P_h \leq 400$			
Метран-504 Воздух-II	$40 \leq P_h \leq 1000$	$\pm 0,01 \%$	$\pm 0,015 \%$	$\pm 0,02 \%$
Метран-504 Воздух-III	$0,6 \leq P_h < 3$	$\pm 0,3 \text{ Па}$	$\pm 0,45 \text{ Па}$	$\pm 0,6 \text{ Па}$
	$3 \leq P_h \leq 63$	$\pm 0,01 \%$	$\pm 0,015 \%$	$\pm 0,02 \%$

Примечания:

1 При значениях воспроизводимого давления меньше 3 кПа нормируются пределы допускаемой абсолютной погрешности.

2 При значениях воспроизводимого давления 3 кПа и выше нормируются пределы допускаемой относительной погрешности калибратора в процентах от номинального значения воспроизводимого давления.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
	Метран-504 Воздух-I	Метран-504 Воздух-II	Метран-504 Воздух-III
Питание калибраторов осуществляется сжатым воздухом класса загрязненности 1 по ГОСТ 17433-80 со следующими параметрами: - давление воздуха питания от сети (компрессора), кПа - давление воздуха питания на входе в регулятор расхода, кПа - расход воздуха питания, приведенный к условиям, указанным в ГОСТ 2939-63, в установившемся режиме м ³ /ч (л/мин), не более	от 700 до 800 600±20 0,48 (8)	1600±50 1600±50 1,2 (20)	от 300 до 400 200±10 0,18 (3)
Время установления выходного давления, с, не более		30	
Габаритные размеры калибратора (длина x ширина x высота), мм, не более: - без укладки - укладки в отдельности	380x260x230 350x240x115	380x260x240 350x240x115	380x260x230 350x240x115
Масса, кг, не более: - без учета укладки - укладки в отдельности	8,5 13,8	7,5 13,5	9,5 5
Среднее время наработки на отказ, ч		8000	
Средний срок службы, лет, не менее		8	
Вид климатического исполнения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69		
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 15 до 35 от 30 до 80 от 84 до 106,7 (от 630 до 800)		

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации и на табличку калибратора способом, принятым на предприятии изготовителе.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки калибратора Метран-504 Воздух-І приведен в таблице 4.

Комплект поставки калибратора Метран-504 Воздух-ІІ приведен в таблице 5.

Комплект поставки калибратора Метран-504 Воздух-ІІІ приведен в таблице 6.

Таблица 4 – Комплектность калибратора Метран-504 Воздух-І

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Калибратор давления пневматический Метран-504 Воздух-І	1554.100.00	1	
Укладка	1554.300.00	1	
Пневмошланг	1554.200.00	1	
Трубка ТРЕ 6/4 Camozzi		1 м	
Комплект переходных штуцеров: M10x1 / M10x1; M10x1 / M20x1,5; M10x1 / K1/2"; M10x1 / K1/4".	1551.000.70 1551.000.72 1551.000.75 1551.000.76	1 1 1 1	
Прокладка	1551.000.74	1	для 1551.000.72
Кольцо 012-015-19-2-4 ГОСТ 9833-73/18829-2017		1	для 1551.000.70
Приспособление для проверки герметичности	1554.400.00	1	
ГСИ. Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух. Методика поверки	–	1	
Паспорт	1554.000.00 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	1554.000.00 РЭ	1	
Таблица масс грузов		1	

Таблица 5 – Комплектность калибратора Метран-504 Воздух-ІІ

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Калибратор давления пневматический Метран-504 Воздух-ІІ	1559.100.00	1	
Укладка	1559.300.00	1	
Пневмошланг	1554.200.00	1	
Трубка TRN 6/4 Camozzi		1 м	
Комплект переходных штуцеров: M10x1 / M10x1; M10x1 / M20x1,5; M10x1 / K1/2"; M10x1 / K1/4".	1551.000.70 1551.000.72 1551.000.75 1551.000.76	1 1 1 1	
Прокладка	1551.000.74	1	для 1551.000.72
Кольцо 012-015-19-2-4 ГОСТ 9833-73/18829-2017		1	для 1551.000.70
Приспособление для проверки герметичности	1554.400.00	1	
ГСП. Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух. Методика поверки	–	1	
Паспорт	1559.000.00 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	1559.000.00 РЭ	1	
Таблица масс грузов		1	

Таблица 6 – Комплектность калибратора Метран-504 Воздух-III

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Калибратор давления пневматический Метран-504 Воздух-III	2060.100.00	1	
Укладка	2060.300.00	1	
Пневмошланг	1554.200.00	1	
Трубка TPE 6/4 Camozzi		1 м	
Комплект переходных штуцеров: M10x1 / M10x1; M10x1 / M20x1,5; M10x1 /K1/2"; M10x1 / K1/4".	1551.000.70 1551.000.72 1551.000.75 1551.000.76	1 1 1 1	
Прокладка	1551.000.74	1	для 1551.000.72
Кольцо 012-015-19-2-4 ГОСТ 9833-73 / 18829-2017		1	для 1551.000.70
Приспособление для проверки герметичности	1554.400.00	1	
ГСИ. Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух. Методика поверки	–	1	
Паспорт	2060.000.00 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	2060.000.00 РЭ	1	
Таблица масс грузов		1	

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационных документах.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования
к калибраторам давления пневматическим Метран-504 Воздух**

Приказ Росстандарта от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

ГОСТ 8.187-76 Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до $4 \cdot 10^4$ Па;

ТУ 4381-058-51453097-2009 Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух. Технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество «Промышленная группа «Метран» (АО «ПГ «Метран»)
ИНН 7448024720

Адрес места осуществления деятельности: 454103, Челябинская обл.,
г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, пр-кт Новоградский д. 15
Телефон: +7 (351) 799-51-52; факс: +7 (351) 799-55-90

E-mail: CIS-Support@emerson.com, Info.Metran@emerson.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области» (ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 101

Телефон/факс: +7 (351) 232-04-01

E-mail: stand@chelcsm.ru

Web-сайт: www.chelcsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311280.