

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальномеры лазерные Leica DISTO D810 touch

Назначение средства измерений

Дальномеры лазерные Leica DISTO D810 touch предназначены для измерения расстояний и углов наклона относительно горизонта.

Описание средства измерений

Принцип измерения расстояний дальномеров лазерных Leica DISTO D810 touch основан на определении разности фаз излучаемых и принимаемых модулированных сигналов. Модулируемое излучение лазера с помощью оптической системы направляется на цель. Отраженное целью излучение принимается той же оптической системой, усиливается и направляется на блок, где происходит измерение разности фаз, излучаемых и принимаемых сигналов, на основании, которого вычисляется расстояния до цели.

Принцип измерения угла наклона относительно горизонта основан на применении сенсора «MEMS» (Микро Электро Механическая Система). Он представляет собой конденсатор с неподвижным основанием, на котором закреплена подвижная часть. При перемещении подвижной части во время наклона дальномера меняется ёмкость конденсатора, сигнал с сенсора преобразовывается и выдаётся на дисплей в виде угла наклона, в установленных единицах измерения.

Длина волны лазерного излучения – 635 нм, мощность – < 1 мВт, класс 2 в соответствии с ИЕС 60825-1 «Безопасность лазерных изделий».

Нулевой (начальной) точкой отсчёта дальномеров лазерных Leica DISTO D810 touch может быть:

- нижний торец корпуса;
- верхний торец корпуса;
- край многофункциональной позиционной скобы;
- центр резьбовой втулки при измерении со штатива;
- адаптер Leica DISTO FTA 360.

Результаты измерений выводятся на сенсорном дисплее, регистрируются во внутренней памяти. Конструктивно дальномеры лазерные Leica DISTO D810 touch выполнены единым блоком, в котором размещены оптические и электронные компоненты. Управление дальномерами лазерными Leica DISTO D810 touch осуществляется при помощи встроенной 12-кнопочной клавиатуры.

Фотография общего вида дальномеров лазерных Leica DISTO D810 touch



Опломбирование узлов дальномеров лазерных Leica DISTO D810 touch не производится, ограничение доступа к узлам обеспечено конструкцией крепёжных винтов, которые могут быть сняты только при наличии специальных ключей.

Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений: - расстояний, м - углов наклона, ...°	0,05 – 200 360
Допускаемая СКП измерений, не более: - расстояний до 10 метров, мм* - расстояний св. 10 до 30 метров, мм* - расстояний св. 30 до 100 метров, мм* - расстояний св. 100 метров, мм* - расстояний до 10 метров, мм** - расстояний св. 10 до 30 метров, мм** - расстояний св. 30 до 100 метров, мм** - расстояний св. 100 метров, мм** - углов наклона, ...°, не более:	±1,0 (1,0 + 0,1 мм/м) (1,0 + 0,2 мм/м) (1,0 + 0,3 мм/м) ±2,0 (2,0 + 0,1 мм/м) (2,0 + 0,2 мм/м) (2,0 + 0,3 мм/м) ±0,1
Наименьшая единица измерения: - расстояний, мм - углов наклона, ...°	0,1 0,1
Диаметр лазерной точки, мм, не более: - на расстоянии 10 м - на расстоянии 50 м - на расстоянии 100 м	6 30 60
Объём внутренней памяти:	30 измерений
Источник электропитания: - напряжение, В	Литий-ионный аккумулятор 5
Диапазон рабочих температур, °С:	от минус 10 до плюс 50
Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм, не более:	61 x 31 x 164
Масса с элементами питания, не более:	238 г

* - измерения на поверхность со 100% отражательной способностью (стена окрашенная в белый цвет), слабая окружающая освещённость, +25 °С;

** - измерения на поверхность с (10 – 100)% отражательной способностью, сильная окружающая освещённость, от минус 10 до плюс 50°С

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на корпус дальномеров лазерных Leica DISTO D810 touch.

Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Дальномер лазерный	1
Чехол для дальномера	1
Зарядное устройство	1
Страховочный темляк	1
Краткое руководство по эксплуатации	1
Компакт - диск с полным руководством по эксплуатации	1
Упаковочная коробка	1
Методика поверки МП АПМ 45-13	1

Поверка

осуществляется в соответствии с МП АПМ 45-13 «Дальномеры лазерные Leica DISTO D810 touch. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» в ноябре 2013 г.

Перечень основного оборудования необходимого для поверки:

- контрольные расстояния (не менее трёх), длины которых равномерно располагаются в диапазоне измерения дальномеров и определены с погрешностью не более $\pm 0,3$ мм;
- квадрант оптический КО-60 ГОСТ 14967-80.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Дальномеры лазерные Leica DISTO D810 touch. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дальномерам лазерным Leica DISTO D810 touch

1. ГОСТ 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия».
2. ГОСТ 19223-90 «Светодальномеры геодезические. Общие технические условия».
3. Техническая документация компании «Leica Geosystems AG», Швейцария.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление геодезической, картографической деятельности.

Изготовитель

Компания «Leica Geosystems AG», Швейцария
CH-9435 Heerbrugg, Switzerland
Тел.: +41 71 727 31 31, факс: +41 71 727 46 74
E-mail: info@leica-geosystems.com

Заявитель

ООО «НАВГЕОКОМ»
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2
Тел./факс: +7 (495) 781-7777 / +7 (495) 747-5130
E-mail: info@navgeocom.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, офис 501Н
Тел.: +7 (499) 155-0445, факс: +7 (495) 785-0512
E-mail: info@autoproggress-m.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30070-07 от 26.04.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«____» _____ 2014 г.