

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «07» февраля 2024 г. № 326

Регистрационный № 58753-14

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Плотномер-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц

Назначение средства измерений

Плотномер-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц (далее по тексту - спиртомеры) предназначены для измерения объемной доли этилового спирта, приведенной к температуре 20 °С, в этиловом спирте, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Описание средства измерений

Принцип действия спиртомеров - вибрационный: частота колебаний чувствительного элемента, погруженного в контролируемый раствор, функционально связана с плотностью раствора. Для измерения температуры контролируемого раствора в спиртомер встроен датчик температуры. Обработку измерительной информации производит встроенный контроллер.

Во всех спиртомерах используются однотипные датчики плотности-температуры. Спиртомеры выпускаются в 2-х модификациях:

- ПЛОТ-3С-М-Ц предназначены для измерения объемной доли этилового спирта, плотности и температуры раствора при условиях перекачки по технологическим трубопроводам, Датчик плотности-температуры размещен внутри корпуса цилиндрической формы, имеющего штуцеры (или фланцы) для подключения к трубопроводу (электронный преобразователь размещен снаружи корпуса датчика).

- ПЛОТ-3С-Б-Ц предназначены для измерения объемной доли этилового спирта, плотности и температуры раствора в резервуарах. Датчик плотности-температуры и электронный преобразователь размещены в едином неразборном корпусе цилиндрической формы.

Спиртомеры модификаций ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц имеют маркировку взрывозащиты «0ExiaПBT5 и применяются в комплекте с барьерами искрозащитными «Бастион» («Бастион-М») или «Бастион-4» («Бастион-4М») в зависимости от используемого интерфейса.

Спиртомеры предназначены для стационарного использования. Для подключения к измерительным системам имеют интерфейс RS-232, RS-485, ИРПС, а при использовании цифро-аналогового преобразователя, могут выдавать аналоговый токовый сигнал (4–20) мА.

Для визуального считывания измеренных значений объемной доли этилового спирта плотности и температуры спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц имеют встроенный индикатор.

Фотографии общего вида спиртомеров представлены на рисунке 1.



Рисунок 1

Схема пломбировки представлена на рисунке 2.



Рисунок 2

Программное обеспечение

Программное обеспечение спиртомеров является их составной частью.

Встроенное программное обеспечение (ПО) является неотъемлемой частью спиртомеров. Конструкция спиртомеров исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Идентификационные данные ПО спиртомеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного кода
3C_Modbus_101	PLOT5452_010814	v1.552	215214179928b7d a a1bc23a6b011c63c	MD5
3C_P11_Vodka	PLOT6115_301210	v1.515	9595387ddcedb301 e339cddf89eb195a	MD5
3C_P11_Spirt	PLOT6203_130111	v1.523	0bcd1da1753ce8e4 5e82adb96c0d841b	MD5
3C_ADAM	PLOT3962_080207	v1.432	fb8c0339a5e0e120 2d94ebc598b48e94	MD5

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений по Р 50.2.077-2014 соответствует высокому уровню.

Метрологические и технические характеристики

Наименование параметров			Значение параметров
1			2
Диапазон измерений объемной доли этилового спирта, приведенной к температуре 20 °С, %.			от 3 до 99,99
Диапазон измерений температуры контролируемого раствора, °С			от минус 40 до плюс 85
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемого раствора, °С			± 0,2
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений объемной доли этилового спирта в растворе при преобразовании в токовый аналоговый сигнал, %			± 0,25
Исполнение	Диапазон измерений объемной доли этилового спирта в растворе, %	Диапазон измерений температуры раствора, °С	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной доли этилового спирта (Δ) раствора, %
А	от 3 до 60	от плюс 5 до плюс 85	± 0,2
Б	от 36 до 50 (включит.) от 50 до 99,99	от минус 10 до плюс 50 от минус 40 до плюс 50	± 0,2 ± 0,2
В	от 85 до 99,99	от минус 40 до плюс 50	± 0,1
Г	3 %-ный диапазон, нижнюю границу которого назначает потребитель при заказе в пределах от 36 до 85	от плюс 5 до плюс 35	± 0,1
Выходные сигналы			RS-232, RS-485, ИРПС, 4...20 мА
Диапазон температур окружающей воздуха (для модификации М), °С			от минус 40 до плюс 50
Напряжение питания, В			от 7,5 до 18
Потребляемый ток, мА, не более			30
Габаритные размеры (модификация М), мм, не более: - со штуцерами; - с фланцами Габаритные размеры (модификация Б), мм, не более: - длина; - диаметр			272x178x110 272x205x115 160 96
Масса (модификация М), кг, не более: - со штуцерами; - с фланцами Масса (модификация Б), кг			4 6 2,5
Наработка на отказ, ч, не менее			50000
Средний срок службы, лет, не менее			12

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на шильдик спиртомера методом фотопечати и на титульные листы эксплуатационной документации - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование	Кол.	Примечание
Плотномер-спиртомер ПЛОТ-3С-М-Ц (ПЛОТ-3С-Б-Ц)	1 шт.	
Плотномер-спиртомер ПЛОТ-3С-М-Ц (ПЛОТ-3С-Б-Ц). Паспорт	1 шт.	
Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц (ПЛОТ-3С-Б-Ц). Руководство по эксплуатации	1 шт.	
Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц. Методика поверки	1 шт.	
Барьер искрозащитный "БАСТИОН-4" («БАСТИОН-4М»)	1 шт.	Для интерфейса RS-485
Барьер искрозащитный "БАСТИОН-4" («БАСТИОН-4М»). Этикетка	1 шт.	
Барьер искрозащитный "БАСТИОН" («БАСТИОН-М»)	1 шт.	Для интерфейса ИРПС
Барьер искрозащитный "БАСТИОН" («БАСТИОН-М»). Этикетка	1 шт.	
Адаптер (RS-485/4...20 мА)	1 шт.	Для интерфейса 4-20 А
Адаптер (RS-485/4...20 мА). Этикетка	1 шт.	
Адаптер (ИРПС/RS-232)	1 шт.	Для интерфейса ИРПС
Адаптер (ИРПС/RS-232). Этикетка	1 шт.	
Адаптер ((RS-485/RS-232)	1 шт.	Для интерфейса RS-485
Адаптер ((RS-485/RS-232). Этикетка	1 шт.	

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений приведены в руководствах по эксплуатации: «Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц. Руководство по эксплуатации» АУТП.414122.008 РЭ и «Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-Б-Ц. Руководство по эксплуатации» АУТП.414122.010 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к плотномерам-спиртомерам ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц

ГОСТ 8.024-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема измерений плотности жидкости;

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;

Плотномеры-спиртомеры ПЛОТ-3С-М-Ц, ПЛОТ-3С-Б-Ц. Технические условия АУТП.414122.008 ТУ.

Изготовитель

Акционерное общество «Авиатех» (АО «Авиатех»)

Адрес: 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Льва Толстого, д. 14

Телефоны: (831-47) 6-36-66, 6-34-95

Факс: (831-47) 6-36-66, 6-21-31

e-mail: avia-tech@inbox.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1

Телефон: (831) 428-57-27, факс: (831) 428-78-78

E-mail: ncsmnnov@sinn.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.