

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «16» мая 2024 г. № 1187

Регистрационный № 76209-19

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы измерительные волоконно-оптические ОНИКС

Назначение средства измерений

Комплекс измерительный волоконно-оптический ОНИКС (далее по тексту - комплекс ОНИКС) предназначен для измерений линейных перемещений, температуры, давления и деформации в высотных зданиях, жилых комплексах, элементах конструкций, туннелях метро и других инженерных сооружениях.

Описание средства измерений

Комплексы конструктивно состоят из блока измерительного (интэрроратора), специального программного обеспечения, комплекта волоконно-оптических датчиков (далее по тексту – ВОД) и волоконных линий связи.

Принцип действия комплекса ОНИКС заключается в измерении мощности отраженного от ВОД оптического сигнала при сканировании по длине волны с помощью перестраиваемого лазера. В процессе измерений регистрируется зависимость длины волны от физических воздействий на датчик, с последующим сканированием и фиксированием экстремумом и определением (пересчётом) соответствующих данных (физических величин) экстремумам значений длины волны.

Основной измерительный элемент волоконно-оптического датчика - дифракционная решётка Брэгга (волоконно-оптическая Брэгговская решётка (далее – ВБР) с длиной волны от 1450 до 1650 нанометров). ВБР включает множество элементов отражения, записанных внутри оптического одномодового волокна с определенным интервалом (методом фазовых масок эксимерным лазером, методом интерференции эксимерным лазером, методом последовательной записи фемтосекундным лазером). ВБР обладает высокими метрологическими и разрешающими способностями (разрешающая способность от 0,01 до 0,001 нанометров). ВБР определяет высокую чувствительность датчика, т.е. его разрешающую способность - минимальный интервал определения изменения физических величин. ВБР только один из элементов датчика - первичный преобразователь, остальные конструкционные элементы служат для защиты ВБР и передачи на ВБР физических усилий с внешней среды.

Оптический сигнал (излучение) генерируется в блоке измерительном (интэррораторе) с помощью широкополосного диода (лазера). При прохождении лазерного излучения через ВБР часть его отражается на определенной длине волны. Пик отраженного излучения регистрируется в фотоприёмном модуле блока измерительного и выдаётся в виде абсолютного значения длины волны, измеряемой в нанометрах (нм).

Любые усилия на ВБР (в т.ч. температурное влияние) ведут к линейной деформации вдоль центральной оси ВБР, что вызывает увеличение расстояния между элементами отражения и меняет коэффициент преломления волокна. Соответственно, изменяется длина волны отражённого излучения.

Комплексы включают в себя следующие элементы:

- интеррораторы моделей ОНИКС Р710, ОНИКС Р730 и ОНИКС Р740, производства ООО «МОНСОЛ РУС», Россия;

- Sm225-800 Micron Optics, производства компании "Micron Optics Inc.", США;

- датчики деформации серии Т10xx;

- датчики температуры серии Т20xx;

- датчики избыточного давления Т30xx;

- датчики линейных перемещений серии Т40xx.

Общий вид комплексов, схема пломбирования от несанкционированного доступа и место нанесения знака утверждения типа представлены на рисунках 1-2.



Рисунок 1 - Общий вид комплексов



Рисунок 2 - Место нанесения знака утверждения

Пломбированию подлежит блок измерительный (интерроратор). Пломбирование производится этикетками изготовителя, что обеспечивает ограничение доступа к определенным частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.

Программное обеспечение

Блок измерительный (инетрроратор), входящий в комплекс ОНИКС, имеет специализированное программное обеспечение (в зависимости от модификации и исполнения). Специализированное ПО комплекса ОНИКС является полностью метрологически значимым и обеспечивает измерение, сбор, обработку, анализ, передачу данных на компьютер, самотестирование.

Уровень защиты специализированного программного обеспечения «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные специализированного программного обеспечения комплекса ОНИКС представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Модификация блока измерительного (интэрроратор)	ОНИКС	Micron Optics sm225-800
Идентификационное наименование ПО	ENLIGHT	GLnet
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.7.7	2.2.4
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °C	от -40 до +85
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C	± 0,5
Диапазон измерений деформации, мкм/м	± 1500
Пределы допускаемой приведённой погрешности к диапазону измерений деформации, %	±1
Диапазон измерений избыточного давления, МПа	от 0 до 1
Пределы допускаемой приведенной погрешности к диапазону измерений избыточного давления, %	± 0,25
Диапазон измерений линейных перемещений, мм	от 0 до 100
Пределы допускаемой приведённой погрешности к диапазону измерений линейных перемещений, %	± 0,5

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
	ОНИКС		Micron Optics sm225-800
Модификация блока измерительного (интерrogатор)	P710	P730	P740
Количество оптических каналов	4	16	32
Интерфейс	Ethernet		
Габаритные размеры блока измерительного, (ШхГхВ), мм	435×450×90		435×450×45
Масса, кг, не более	5		4,2
Температура окружающего воздуха, °C, - для блока измерительного (интерrogатор); - датчики линейных перемещений, датчики деформации, датчики давления, датчики температуры	от 0 до +50 от -40 до +85		
Относительная влажность воздуха, % (при температуре +50 °C, без конденсации), не более	80		
Параметры электрического питания: - напряжение переменного электрического тока, В - частота сети, Гц	от 198 до 242 50		
Средняя наработка на отказ, ч	175200		
Срок службы комплекса, лет, не менее	20		

Знак утверждения типа

наносится на фирменных бланках, которые крепятся на лицевой части корпуса блока измерительного и на датчиках фототехническим способом, теснением или другим способом и на первом листе формуляра – типографическим способом или оттиск штампа с изображением знака.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Комплекс измерительный волоконно-оптический	ОНИКС	1 шт.
ПО на электронном носителе	-	1 экз.
Паспорт	ДРГФ.406229.002ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ДРГФ.406229.002РЭ	1 экз.
Методика поверки	МП-109/06-2019	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительным волоконно-оптическим ОНИКС

Технические условия ДРГФ.406229.002ТУ.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МОНСОЛ РУС» (ООО «МОНСОЛ РУС»)

ИНН 7734722468

Адрес места осуществления деятельности: 124527, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ старое Мрюково, г. Зеленоград, к. 836, помещ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 25, 28, 28В

Адрес: 124527, г. Москва, г. Зеленоград, 8-й микрорайон, к. 836

Телефон: +7(495) 640-90-77

Web-сайт: www.monsol.ru

E-mail: zapros@monsol.ru

Испытательные центры

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, помещ. VII, ком. 6

Телефон: +7 (495) 775-48-45

E-mail: info@prommashtest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00, +7 (499) 129-19-11, факс: +7 (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Web-сайт: www.rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.