

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ -  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»  
ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала  
ВНИИР – филиала ФГУП  
«ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»



А.С. Тайбинский

2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ГЕСНЕР

Методика поверки  
МП 1510-1-2023

Начальник научно-  
исследовательского отдела  
Р.А. Корнеев  
Тел. отдела: +7(843) 272-12-02

г. Казань  
2023 г.

## 1 Общие положения

Настоящий документ распространяется на установки поверочные Геснер (далее – установки).

Прослеживаемость установок к Государственному первичному специальному эталону единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2019, к Государственному первичному эталону единицы объема жидкости в диапазоне от 1,0·10<sup>-9</sup> м<sup>3</sup> до 1,0 м<sup>3</sup> ГЭТ 216-2018 и к Государственному первичному эталону единицы массы-килограмма ГЭТ 3-2020 обеспечивается в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356.

В методике поверки реализованы методы передачи единиц величин сличием при помощи эталона сравнения и непосредственным сличием.

В результате поверки установки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические требования

Наименование характеристики	Значение		
1	2	3	
Диапазон измерений (воспроизведения) массового расхода жидкости при применении в качестве средств измерений весовых устройств <sup>1) 2)</sup> , т/ч		от 0,001 до 500	
Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости при применении в качестве средств измерений весовых устройств <sup>1) 2)</sup> , м <sup>3</sup> /ч		от 0,001 до 600	
Диапазон измерений (воспроизведения) массового расхода жидкости при применении в качестве средств измерений расходомеров массовых <sup>1) 2)</sup> , т/ч		от 0,001 до 500	
Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости при применении в качестве средств измерений расходомеров массовых <sup>1) 2)</sup> , м <sup>3</sup> /ч		от 0,001 до 600	
Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости при применении в качестве средств измерений расходомеров объемных <sup>1) 2)</sup> , м <sup>3</sup> /ч		от 0,001 до 600	
Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости при применении в качестве средств измерений мерников металлических <sup>1) 2)</sup> , м <sup>3</sup> /ч		от 0,001 до 600	
Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости при применении в качестве средств измерений ТПУ <sup>1) 2)</sup> , м <sup>3</sup> /ч		от 0,001 до 600	
Индекс точности установки	1	2	3
Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные границы суммарной погрешности) установок при измерении (воспроизведении единиц) массы жидкости в потоке и массового расхода жидкости при применении весовых устройств <sup>1) 3)</sup> , %	от ±0,040 до ±0,055	от ±0,06 до ±0,10	от ±0,10 до ±0,30
Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные границы суммарной погрешности) установок при измерении (воспроизведении единиц) объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости при применении весовых устройств, мерников металлических <sup>1) 3)</sup> , %	от ±0,045 до ±0,055	от ±0,06 до ±0,10	от ±0,10 до ±0,30

1	2		
Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные границы суммарной погрешности) установок при измерении (воспроизведении единиц) объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости при применении ТПУ <sup>1)</sup> , %	от ±0,045 до ±0,055	от ±0,06 до ±0,10	от ±0,10 вкл. до ±0,30
Пределы допускаемой относительной погрешности установок (доверительные границы суммарной погрешности) при измерении (воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости при применении расходомеров массовых <sup>1) 3)</sup> , %	—	от ±0,06 до ±0,10	от ±0,10 вкл. до ±0,30
Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные границы суммарной погрешности) установок при измерении (воспроизведении единиц) объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости при применении расходомеров объемных <sup>1) 3)</sup> , %	—	—	от ±0,10 вкл. до ±0,30

<sup>1)</sup> – конкретное значение указано в паспорте на установку  
<sup>2)</sup> – при отсутствии в составе установки автоматизированной системы измерений управления и контроля и системы сбора и обработки информации – установка расход не измеряет (не воспроизводит)  
<sup>3)</sup> – при отсутствии в составе установки автоматизированной системы измерений управления и контроля и системы сбора и обработки информации – пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные границы суммарной погрешности) при измерении (воспроизведении единиц) массового и объемного расходов не нормируются

## 2 Перечень операций поверки

При проведении поверки выполняют следующие операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	Номер раздела	Проведение операции при:	
		первой проверке	периодической проверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к проверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да

Примечание: первую и периодическую поверки установок с индексом точности 1 проводят сличением при помощи эталона сравнения.

### 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки соблюдаются следующие условия, если не оговорено особо:

Измеряемая среда – жидкость с параметрами:

- температура,  $^{\circ}\text{C}^1)$  от +10 до +30
- давление, МПа, от 0,1 до 5

Окружающая среда – воздух с параметрами:

- температура,  $^{\circ}\text{C}^1)$  от +10 до +30
- относительная влажность, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 107

Попадание воздуха в измерительный участок установок не допускается.

Примечание:

<sup>1)</sup> – для установок с индексом точности 1 при применении весовых устройств и/или мерников металлических и/или трубопоршневых установок (далее – ТПУ) температура окружающего воздуха и измеряемой среды – от +15  $^{\circ}\text{C}$  до +25  $^{\circ}\text{C}$ .

3.2 Средства измерений, предназначенные для измерений условий окружающей среды и измеряемой среды, на момент поверки установки должны иметь действующие сведения о положительных результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

При проведении поверки специалисты должны соответствовать следующим требованиям:

- знать требования руководства по эксплуатации на установку и на применяемые средства поверки;
- знать требования данного документа.

### 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

Метрологические и технические требования к средствам поверки приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений	Изложены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ГЭТ 63-2019) (для установок с индексом точности 1)	Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2019 (далее – эталон)
п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений	Вторичный эталон согласно ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356) с необходимым диапазоном расходов (для установок с индексом точности 2)	Установки поверочные Эрмитаж, регистрационный номер 71416-18 (далее – эталон)

1	2	3
п. 10 Определение метрологических характеристик измерений	Рабочий эталон 1-го разряда согласно ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356 с необходимым диапазоном расходов (для установок с индексом точности 3)	Установки поверочные Эрмитаж, регистрационный номер 71416-18 (далее – эталон)
п. 10 Определение метрологических характеристик измерений	Средство измерений согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2360, диапазон измерений от 1 Гц до 20 кГц; Рабочий эталон 2 разряда согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 01.10.2018 № 2091, диапазон измерений $\pm 25$ мА.	Калибратор многофункциональный модели МС5-Р, регистрационный № 22237-08 (далее – калибратор)
п. 10 Определение метрологических характеристик измерений	Рабочий эталон 4 разряда согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2360, диапазон частот от 100 Гц до 10 кГц;	Частотомер электронно-счетный ЧЗ-85/3, регистрационный № 32359-06 (далее – частотомер)
<p><b>Примечания:</b></p> <p>1 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью;</p> <p>2 Допускается проводить поверку установки, используемой для измерений (воспроизведения) меньшего числа единиц величин (масса жидкости в потоке и/или объем жидкости в потоке и/или массовый расход жидкости и/или объемный расход жидкости) и/или с меньшим диапазоном измерений (воспроизведения) единиц величин (массы жидкости в потоке и/или объема жидкости в потоке и/или массового расхода жидкости и/или объемного расхода жидкости) и/или проведения поверки отдельных автономных блоков (установка на базе: весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ) на основании письменного заявления владельца установки, оформленного в произвольной форме, с соответствующим занесением информации в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.</p>		

## 6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки соблюдают следующие требования (условия):

– правил техники безопасности, действующих на месте проведения поверки;

– правил безопасности при эксплуатации средств поверки и установки, приведенных в их эксплуатационных документах;

– правил по охране труда, действующих на месте проведения поверки.

6.2 К средствам поверки и установке обеспечивают свободный доступ.

6.3 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость средств поверки и установки, а также снятие показаний с них.

6.4 При появлении течи жидкости и других ситуаций, нарушающих процесс проведения поверки, поверка должна быть прекращена или приостановлена до устранения неисправностей.

## **7 Внешний осмотр средства измерений**

При внешнем осмотре устанавливают соответствие установки следующим требованиям:

– комплектность и маркировка установки должны соответствовать эксплуатационным документам;

– на установке не должно быть внешних механических повреждений и дефектов, препятствующих ее применению;

– на установке должна быть возможность нанесения знака поверки в целях защиты от несанкционированного вмешательства (при наличии в составе установки расходомера и/или мерника металлического и/или ТПУ).

Результат внешнего осмотра считают положительным, если комплектность и маркировка установки соответствует эксплуатационным документам, на установке отсутствуют внешние механические повреждения и дефекты, препятствующие ее применению, на установке присутствует возможность нанесения знака поверки в целях защиты от несанкционированного вмешательства (при наличии в составе установки расходомера и/или мерника металлического и/или ТПУ), или отрицательным, если комплектность и маркировка установки не соответствуют эксплуатационным документам, на установке присутствуют внешние механические повреждения и/или дефекты, препятствующие ее применению, и/или на установке отсутствует возможность нанесения знака поверки в целях защиты от несанкционированного вмешательства (при наличии в составе установки расходомера и/или мерника металлического и/или ТПУ). При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

## **8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

### **8.1 Подготовка к поверке**

При подготовке к поверке выполняют следующие работы:

– проверка выполнения условий разделов 3, 4, 5 и 6 настоящего документа;

– подготовка к работе установки и средств поверки согласно их эксплуатационным документам;

– проверка герметичности соединений и узлов гидравлической системы рабочим давлением.

### **8.2 Опробование**

При опробовании проверяют работоспособность установки путем увеличения или уменьшения расхода жидкости в пределах рабочего диапазона измерений.

При подаче расхода жидкости в пределах диапазона измерений установки фиксируют изменения показаний установки.

Результат опробования установки считают положительным, если при увеличении или уменьшении расхода жидкости соответствующим образом меняются показания установки или отрицательным, если при увеличении или уменьшении расхода жидкости соответствующим образом не меняются показания установки. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

## **9 Проверка программного обеспечения средства измерений**

Операцию подтверждения соответствия программного обеспечения (далее – ПО) заявленным идентификационным данным выполняют с использованием персонального компьютера (далее – ПК), входящего в состав установки, и ПО установки.

Для определения идентификационных данных ПО установки необходимо:

– запустить ПО установки;

– выбрать в основном меню программы установки поверочной пункт «Справка»;

– активизировать данный пункт меню;

– в выпавшем подменю выбрать пункт «О программе» и активизировать его;

– считать с монитора ПК идентификационные данные ПО;

– сравнить полученные данные с идентификационными данными ПО, указанными в разделе «Программное обеспечение» описания типа на установки.

Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если полученные идентификационные данные ПО установки: идентификационное наименование ПО и номер версии (идентификационный номер ПО) соответствуют идентификационным данным, указанным в разделе «Программное обеспечение» описания типа на установку или отрицательным, если полученные идентификационные данные ПО установки: идентификационное наименование ПО и номер версии (идентификационный номер ПО) не соответствуют идентификационным данным, указанным в разделе «Программное обеспечение» описания типа на установку. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

## **10 Определение метрологических характеристик средства измерений**

### **10.1 Определение диапазона расхода, воспроизводимого установкой**

Данный пункт выполняется только при наличии автоматизированной системы измерений, управления и контроля (далее – АСИУК) или системы сбора и обработки информации (далее – ССОИ).

Диапазон расхода жидкости, воспроизводимый установкой, определяется нижним и верхним значениями расхода на измерительных линиях:

– верхний предел определяется наибольшим значением расхода, зафиксированным средством измерений (суммой показаний средств измерений) расхода, находящимся в соответствующей линии установки;

– нижний предел определяется наименьшим значением расхода, зафиксированным средством измерений расхода наименьшего номинального диаметра, находящимся в соответствующей линии установки;

Для этого согласно руководству по эксплуатации устанавливают поочередно наименьший и наибольший расходы жидкости в измерительных линиях установки, и не менее 30 секунд регистрируют значение расхода по показаниям установки.

### **10.2 Определение погрешности измерительного канала частотно-импульсных сигналов**

Данный пункт выполняется при наличии АСИУК или ССОИ с измерительным каналом частотно-импульсных сигналов.

Определение относительной погрешности измерительного канала частотно-импульсных сигналов осуществляется при помощи калибратора и частотомера.

Собирают схему, указанную в руководстве по эксплуатации на установку (Приложение А).

На калибраторе устанавливают последовательно значения частоты выходного сигнала равные 100, 5000 и 10000 Гц.

Измерения проводятся в режиме поверки средства измерений с частотно-импульсным сигналом. Интервал измерений выбирают так, чтобы набранное количество импульсов было не менее 10000 (время измерений не менее 30 с).

После команды «начать измерение» АСИУК или ССОИ отрабатывает команду «старт», которая разрешает подсчет импульсов выбранным измерительным каналом частотно-импульсных сигналов и одновременно разрешает прохождение импульсов с калибратора на выбранный измерительный канал частотно-импульсных сигналов и частотомер. После истечения необходимого интервала времени АСИУК или ССОИ отрабатывает команду «стоп», которая прекращает подсчет импульсов выбранным измерительным каналом частотно-импульсных сигналов и одновременно запрещает прохождение импульсов с калибратора на выбранный измерительный канал частотно-импульсных сигналов и частотомер.

Набранное количество импульсов АСИУК или ССОИ сравнивают с количеством импульсов по показаниям частотомера. Измерения повторяют не менее 5 раз на каждой частоте следования импульсов.

Операцию проводят для каждого измерительного канала частотно-импульсных сигналов установки.

### 10.3 Определение погрешности измерительного канала аналоговых сигналов

Данный пункт выполняется при наличии АСИУК или ССОИ с измерительным каналом аналоговых сигналов.

Собирают схему, указанную в руководстве по эксплуатации на установки (Приложение А).

Определение относительной погрешности измерительного канала аналоговых сигналов осуществляется при помощи калибратора.

Предварительно активируют первый измерительный канал аналоговых сигналов и выбирают тип сигнала, диапазон измерений.

Подготавливают калибратор к работе в режиме воспроизведения соответствующей аналоговой величины и подсоединяют его к входным клеммам соответствующего измерительного канала аналоговых сигналов. На калибраторе последовательно устанавливают значения величины, соответствующие точкам измерений 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % от верхнего значения предела измерений аналогового сигнала. На каждой точке проводят не менее 5 измерений.

Допускается смещать: точку измерений 20 % от верхнего значения предела измерений аналогового сигнала на значение +10 % от выбранной точки; точки измерений 40 %, 60 %, 80 % от верхнего значения предела измерений аналогового сигнала на значение  $\pm 10$  % от выбранной точки; точку измерений 100 % от верхнего значения предела измерений аналогового сигнала на значение -10 % от выбранной точки.

С устройства индикации установки считывают результаты измерений выбранного канала.

Операцию повторяют для каждого измерительного канала аналоговых сигналов установки.

### 10.4 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости сличением при помощи эталона сравнения и/или непосредственным сличением

10.4.1 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости сличением при помощи эталона сравнения

Для каждого средства измерений установки (весовые устройства и/или расходомеры и/или мерники металлические и/или ТПУ), в зависимости от его диапазона расходов, выбираются следующие точки расхода:  $Q_{\text{наим}}$ ,  $(Q_{\text{наим}} + Q_{\text{наиб}})/2$ ,  $Q_{\text{наиб}}$  (допускается в силу особенностей установки смещать точки расхода +10 % от  $Q_{\text{наим}}$ , -10 % от  $Q_{\text{наиб}}$ ). В случае если расход превышает 300 т/ч ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ), то точку  $Q_{\text{наиб}}$  выбирают равной 300 т/ч ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ). В случае если наименьший расход меньше 0,1 т/ч ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ), то точку  $Q_{\text{наим}}$  выбирают равной 0,1 т/ч ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ).

После транспортировки эталона сравнения (далее – ЭС) к месту расположения установки устанавливают поочередно расходомеры эталона сравнения (далее – РЭС) в измерительный стол поверяемой установки. Проводят электрические соединения, запускают программное обеспечение согласно эксплуатационному документу на блок измерительный эталона сравнения.

После монтажа РЭС, перед началом измерений, необходимо провести процедуру установки нуля «Zero» РЭС согласно эксплуатационному документу (в случае применения массовых расходомеров в качестве РЭС).

Исходя из выбранных точек расхода, поочередно устанавливают расходы с допуском  $\pm 5$  % от номинального значения.

При поверке по массе и объему жидкости в потоке, массовому и объемному расходу на каждой точке расхода соответствующего РЭС проводят не менее 7 измерений для установок с индексом точности 1, не менее 5 измерений для установок с индексом точности 2-3.

10.4.2 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости непосредственным сличением

Для каждого расходомера, входящего в состав установки, в зависимости от его диапазона расходов, выбираются следующие точки расхода:  $Q_{\text{наим}}$ ,  $(Q_{\text{наим}} + Q_{\text{наиб}})/2$ ,  $Q_{\text{наиб}}$  (допускается в силу особенностей установки смещать точки расхода +10 % от  $Q_{\text{наим}}$ , -10 % от  $Q_{\text{наиб}}$ ).

Количество измерений в каждой точке расхода должно быть не менее 5. Расход устанавливается с допуском  $\pm 5\%$ .

Допускается для проведения поверки установки при применении расходомеров применять весовые устройства и/или мерники металлические и/или ТПУ, входящие в состав установки (при их наличии), при условии, что установка при применении весовых устройств и/или мерников металлических и/или ТПУ предварительно прошла п. 10.4.1 и п. 11.4.1 с положительным результатом (с необходимой для проведения испытаний относительной погрешностью (доверительной границей суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении) необходимой единицы величины при применении весовых устройств и/или мерников металлических и/или ТПУ).

## 11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

### 11.1 Определение диапазона расхода, воспроизводимого установкой

Данный пункт выполняется только при наличии АСИУК или ССОИ.

Результат считается положительным, если показания средств измерений стабильны (не превышают  $\pm 5\%$  от номинального значения) в каждой точке расхода, а их значения соответствуют нормированным данным диапазонов измерений для каждой измерительной линии или отрицательным, если показания средств измерений не стабильны (превышают  $\pm 5\%$  от номинального значения) в каждой точке расхода, а их значения не соответствуют нормированным данным диапазонов измерений для каждой измерительной линии. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

### 11.2 Определение погрешности измерительного канала частотно-импульсных сигналов

Данный пункт допускается выполнять только при наличии в составе установки АСИУК или ССОИ с измерительным каналом частотно-импульсных сигналов.

11.2.1 Определение среднего квадратического отклонения (далее – СКО) измерительного канала частотно-импульсных сигналов и неисключенной систематической погрешности (далее – НСП) измерительного канала частотно-импульсных сигналов

Отклонение показаний измерительного канала частотно-импульсных сигналов от показаний частотомера  $\delta_{\text{ЧК},j}$  %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\text{ЧК},j} = \left( \frac{N_{\text{ЧК},j} - N_{\text{ЭТ},j}}{N_{\text{ЭТ},j}} \right) \cdot 100, \quad (1)$$

где  $N$  – количество импульсов по показаниям установки;

$N_{\text{ЭТ}}$  – количество импульсов по показаниям частотомера;

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки.

Среднее арифметическое отклонение показаний измерительного канала частотно-импульсных сигналов от показаний частотомера  $\overline{\delta}_{\text{ЧК},j}$  %, вычисляют по формуле

$$\overline{\delta}_{\text{ЧК},j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{\text{ЧК},j}, \quad (2)$$

где  $n$  – количество измерений.

СКО измерительного канала частотно-импульсных сигналов в  $j$ -ой точке  $S_{\text{ЧК(РС ЧК)}_j}$ , % вычисляют по формуле

$$S_{\text{ЧК}_j} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_{\text{ЧК},ji} - \bar{\delta}_{\text{ЧК},j})^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (3)$$

СКО с учетом влияния частотомера  $S_{\text{ЧК}}$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\text{ЧК}} = \sqrt{S_{\text{ЧК ЭТ}}^2 + S_{\text{ЧК},j \max}^2}, \quad (4)$$

где  $S_{\text{ЧК ЭТ}}$  – СКО частотомера при измерении (воспроизведении единицы) импульсов, % (берут из паспорта на частотомер или из свидетельства о поверке (протокола поверки));  $\max$  – индекс наибольшего из значений.

Примечание – если у частотомера не нормировано СКО при измерении (воспроизведении единицы) импульсов  $S_{\text{ЧК ЭТ}}$ , то СКО при измерении (воспроизведении единицы) импульсов  $S_{\text{ЧК}}$  определяют без него.

НСП измерительного канала частотно-импульсных сигналов  $\Theta_{\text{ЧК}}$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta_{\text{ЧК}} = \pm 1,1 \sqrt{\Theta_{\text{ЧК ЭТ}}^2 + \delta_{\text{ЧК},j \max}^2}, \quad (5)$$

где  $\Theta_{\text{ЧК ЭТ}}$  – НСП частотомера при измерении (воспроизведении единицы) импульсов, %, (берут из паспорта на частотомер).

Примечание – если у частотомера не нормировано НСП при измерении (воспроизведении единицы) импульсов  $\Theta_{\text{ЧК ЭТ}}$ , то допускается вместо НСП брать пределы допускаемой относительной погрешности частотомера при измерении (воспроизведении единицы) импульсов  $\delta_{\text{ЧК ЭТ}}$ .

Фиксируют значения  $S_{\text{ЧК}}$ ,  $\Theta_{\text{ЧК}}$  из серии измерений.

### 11.3 Определение погрешности измерительного канала аналоговых сигналов

Данный пункт выполняется при наличии АСИУК или ССОИ с измерительным каналом аналоговых сигналов.

11.3.1 Определение СКО измерительного канала аналоговых сигналов и НСП измерительного канала аналоговых сигналов

Отклонение показаний измерительного канала аналоговых сигналов от показаний калибратора %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\text{AK},ji} = \left( \frac{I_{ji} - I_{\text{ЭТ},ji}}{I_{\text{ЭТ},ji}} \right) \cdot 100 \quad (6)$$

где  $I_{ji}$  – значение аналогового сигнала по показаниям установки;

$I_{\text{ЭТ},ji}$  – значение аналогового сигнала по показаниям калибратора;

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки.

Среднее арифметическое отклонение показаний измерительного канала аналоговых сигналов от показаний калибратора  $\overline{\delta}_{\text{AK},j}$ , %, вычисляют по формуле

$$\overline{\delta}_{\text{AK},j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{\text{AK},ji}, \quad (7)$$

где  $n$  – количество измерений.

СКО измерительного канала аналоговых сигналов в  $j$ -ой точке  $S_{\text{AK},j}$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\text{AK},j} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_{\text{AK},ji} - \overline{\delta}_{\text{AK},j})^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (8)$$

СКО с учетом влияния калибратора  $S_{\text{AK}}$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\text{AK}} = \sqrt{S_{\text{AK ET}}^2 + S_{\text{AK max}}^2}, \quad (9)$$

где  $S_{\text{AK ET}}$  – СКО калибратора при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока, % (берут из паспорта на калибратор или из свидетельства о поверке (протокола поверки));  
 $\text{max}$  – индекс наибольшего из значений.

Примечание – если у калибратора не нормировано СКО при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока  $S_{\text{AK ET}}$ , то СКО при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока  $S_{\text{AK}}$  определяют без него.

НСП измерительного канала аналоговых сигналов  $\Theta_{\text{ак}}$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta_{\text{ак}} = \pm 1,1 \sqrt{\Theta_{\text{ак эт}}^2 + \delta_{\text{ак}j \max}^2}, \quad (10)$$

где  $\Theta_{\text{ак эт}}$  – НСП калибратора при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока, %, (берут из паспорта на калибратор).

Примечание – если у калибратора не нормировано НСП при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока  $\Theta_{\text{ак эт}}$ , то допускается брать вместо НСП пределы допускаемой относительной погрешности калибратора при измерении (воспроизведении единицы) постоянного тока  $\delta_{\text{ак эт}}$ .

Фиксируют значения  $S_{\text{ак}}$ ,  $\Theta_{\text{ак}}$  из серии измерений.

11.4 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости сличением при помощи эталона сравнения и/или непосредственным сличением

11.4.1 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объема жидкости в потоке

Данный пункт выполняется при определении относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ при измерении (воспроизведении единицы) объема жидкости в потоке.

Отклонение показания установки от показания эталона при передаче единицы объема жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода при  $i$ -ом измерении  $\delta(V)_{ji}$ , % вычисляют по формуле

$$\delta(V)_{ji} = \left( \frac{V_{ji} - V_{\text{эт}(\text{ЭС})ji}}{V_{\text{эт}(\text{ЭС})ji}} \right) \cdot 100, \quad (11)$$

где  $V$  – объем жидкости в потоке по показаниям установки,  $\text{дм}^3$ ;

$V_{\text{эт}(\text{ЭС})}$  – объем жидкости в потоке по показаниям эталона (ЭС),  $\text{дм}^3$ ;

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки расхода.

Среднее арифметическое отклонение показаний установки от показаний эталона при передаче единицы объема жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода  $\overline{\delta(V)}_j$ , %, вычисляют по формуле

$$\overline{\delta(V)}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(V)_{ji}, \quad (12)$$

где  $n$  – количество измерений.

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (СКО) установки при передаче единицы объема жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода  $S(V)_j$ , %, вычисляют по формуле

$$S(V)_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left( \delta(V)_{ji} - \overline{\delta(V)}_j \right)^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (13)$$

СКО установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $S(V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S(V) = \sqrt{S(V)_{\text{ЭТ}}^2 + S(V)_{\text{ЭС}}^2 + S(V)_{j \text{ max}}^2 + S_{\text{ЧК(АК)}}^2}, \quad (14)$$

где  $S(V)_{\text{ЭТ}}$  – СКО эталона при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке, % (берут из паспорта на эталон или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S(V)_{\text{ЭС}}$  – СКО ЭС при воспроизведении единицы объема жидкости потоке, % (берут из паспорта на эталон или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение СКО измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 4 (9);  $\text{max}$  – индекс наибольшего из значений.

Примечания:

1. Если у эталона не нормировано СКО при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $S(V)_{\text{ЭТ}}$ , то СКО установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $S(V)$  определяют без него;

2. При непосредственном сличении СКО ЭС при воспроизведении единицы объема жидкости потоке  $S(V)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Значение  $S(V)_{\text{ЭС}}$  не должно превышать 1/10 пределов допускаемой относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) измерений установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке, указанной в Государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.09.2022 № 2356;

4. Для установок с индексом точности 1, при определении  $S_{\text{ЧК(АК)}}$  вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

Неисключенную систематическую погрешность (далее – НСП) установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $\Theta(V)$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta(V) = \pm 1,1 \sqrt{\left( \frac{\Theta(V)_{\text{ЭТ}}}{1,1} \right)^2 + \Theta(V)_{\text{ЭС}}^2 + \overline{\delta(V)}_{j \max}^2 + \left( \frac{\Theta_{\text{ЧК(АК)}}}{1,1} \right)^2}, \quad (15)$$

где  $\Theta(V)_{\text{ЭТ}}$  – НСП эталона при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta(V)_{\text{ЭС}}$  – НСП ЭС при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение НСП измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 5 (10).

Примечания:

1. Допускается вместо НСП эталона при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $\Theta(V)_{\text{ЭТ}}$ , брать относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) эталона при измерении объема жидкости в потоке  $\delta(V)_{\text{ЭТ}}$ ;

2. При непосредственном сличении НСП ЭС при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $\Theta(V)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Для установок с индексом точности 1, при определении  $\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

СКО НСП установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $S_{\Theta}(V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Theta}(V) = \frac{\Theta(V)}{1,1\sqrt{3}}. \quad (16)$$

Суммарное СКО установки при воспроизведении единицы объема жидкости в потоке  $S_{\Sigma}(V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma}(V) = \sqrt{S(V)^2 + S_{\Theta}(V)^2}. \quad (17)$$

Коэффициент, определяемый доверительной вероятностью  $P$  ( $P=0,95$ ) и отношением случайных погрешностей и НСП,  $K_{\Sigma}(V)$ , вычисляют по формуле

$$K_{\Sigma}(V) = \frac{t_{0,95} \cdot S(V) + \Theta(V)}{S(V) + S_{\Theta}(V)}, \quad (18)$$

где  $t_{0,95}$  – коэффициент Стьюдента при  $P=0,95$  и количестве измерений  $n$ .

Относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объема жидкости в потоке  $\delta_{\Sigma}(V)$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\Sigma}(V) = \pm K_{\Sigma}(V) \cdot S_{\Sigma}(V). \quad (19)$$

Результат считают положительным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объема жидкости в потоке при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ не превышают значений, указанных в таблице 1 или отрицательным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объема жидкости в потоке при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ превышают значения, указанные в таблице 1. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

11.4.2 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объемного расхода жидкости.

Данный пункт выполняется при определении относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ при измерении (воспроизведении единицы) объемного расхода жидкости.

Отклонение показания установки от показания эталона при передаче единицы объемного расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода, при  $i$ -ом измерении  $\delta(Q_V)_{ji}$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta(Q_V)_{ji} = \left( \frac{Q_{V_{ji}} - Q_{V_{\text{эт}(\mathcal{ЭС})ji}}}{Q_{V_{\text{эт}(\mathcal{ЭС})ji}}} \right) \cdot 100, \quad (20)$$

где  $Q_V$  – объемный расход жидкости по показаниям установки,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$Q_{V_{\text{эт}(\mathcal{ЭС})}}$  – объемный расход жидкости по показаниям эталона (ЭС),  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки расхода.

Среднее арифметическое отклонение показаний установки от показаний эталона при передаче единицы объемного расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода, %, определяют по формуле

$$\overline{\delta(Q_V)}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(Q_V)_{ji}. \quad (21)$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (СКО) установки при передаче единицы объемного расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода  $S(Q_V)_j$ , %, вычисляют по формуле

$$S(Q_V)_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta(Q_V)_{ji} - \overline{\delta(Q_V)}_j)^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (22)$$

СКО установки при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S(Q_V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S(Q_V) = \sqrt{S(Q_V)_{\text{ЭТ}}^2 + S(Q_V)_{\text{ЭС}}^2 + S(Q_V)_{j \text{ max}}^2 + S_{\text{ЧК(АК)}}^2}, \quad (23)$$

где  $S(Q_V)_{\text{ЭТ}}$  – СКО эталона при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости, % (берут из паспорта на этalon или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S(Q_V)_{\text{ЭС}}$  – СКО ЭС при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости, % (берут из паспорта на этalon или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение СКО измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 4 (9);  $\text{max}$  – индекс наибольшего из значений.

Примечания:

1. Если у эталона не нормировано СКО при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S(Q_V)_{\text{ЭТ}}$ , то СКО установки при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S(Q_V)$  определяют без него;

2. При непосредственном сличении СКО ЭС при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S(Q_V)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Значение  $S(Q_V)_{\text{ЭС}}$  не должно превышать 1/10 пределов допускаемой относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) измерений установки при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости, указанной в Государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2356;

4. Для установок с индексом точности 1, при определении  $S_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

НСП установки при передаче единицы объемного расхода жидкости в  $j$ -ой точке,  $\Theta(Q_V)$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta(Q_V) = \pm 1,1 \sqrt{\left(\frac{\Theta(Q_V)_{\text{ЭТ}}}{1,1}\right)^2 + \Theta(Q_V)_{\text{ЭС}}^2 + \delta(Q_V)_{j \text{ max}}^2 + \left(\frac{\Theta_{\text{ЧК(АК)}}}{1,1}\right)^2}, \quad (24)$$

где  $\Theta(Q_V)_{\text{ЭТ}}$  – НСП эталона при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости, %, (берут из паспорта на этalon);

$\Theta(Q_V)_{\text{ЭС}}$  – НСП ЭС при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости, %, (берут из паспорта на этalon);

$\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение НСП измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученная по формуле 5 (10).

Примечания:

1. Допускается вместо НСП эталона при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $\Theta(Q_V)$ , брать относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) эталона при измерении объемного расхода жидкости  $\delta(Q_V)_{\text{ЭТ}}$ ;

2. При непосредственном сличении НСП ЭС при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $\Theta(Q_V)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Для установок с индексом точности 1, при определении  $\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

СКО НСП установки при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S_{\Theta}(Q_V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Theta}(Q_V) = \frac{\Theta(Q_V)}{1,1\sqrt{3}}. \quad (25)$$

Суммарное СКО установки при воспроизведении единицы объемного расхода жидкости  $S_{\Sigma}(Q_V)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma}(Q_V) = \sqrt{S(Q_V)^2 + S_{\Theta}(Q_V)^2}. \quad (26)$$

Коэффициент, определяемый доверительной вероятностью  $P$  ( $P=0,95$ ) и отношением случайных погрешностей и  $K_{\Sigma}(Q_V)$  НСП, вычисляют по формуле

$$K_{\Sigma}(Q_V) = \frac{t_{0,95} \cdot S(Q_V) + \Theta(Q_V)}{S(Q_V) + S_{\Theta}(Q_V)}. \quad (27)$$

Относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объемного расхода жидкости  $\delta_{\Sigma}(Q_V)$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\Sigma}(Q_V) = \pm K_{\Sigma}(Q_V) \cdot S_{\Sigma}(Q_V). \quad (28)$$

Результат считают положительным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объемного расхода жидкости при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ не превышают значений, указанных в таблице 1 или отрицательным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) объемного расхода жидкости при применении весовых устройств и/или расходомеров и/или мерников металлических и/или ТПУ превышают значения, указанные в таблице 1. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

11.4.3 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массы жидкости в потоке

Данный пункт выполняется при определении относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при применении весовых устройств и/или расходомеров при измерении (воспроизведении единицы) массы жидкости в потоке.

Отклонение показания установки от показания эталона при передаче единицы массы жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода при  $i$ -ом измерении  $\delta(M)_{ji}$ , % вычисляют по формуле

$$\delta(M)_{ji} = \left( \frac{M_{ji} - M_{\text{ЭТ(ЭС)}ji}}{M_{\text{ЭТ(ЭС)}ji}} \right) \cdot 100, \quad (29)$$

где  $M$  – масса жидкости в потоке по показаниям установки, кг;

$M_{\text{ЭТ(ЭС)}}$  – масса жидкости в потоке по показаниям эталона (ЭС), кг;

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки расхода.

Среднее арифметическое отклонение показаний установки от показаний эталона при передаче единицы массы жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода  $\overline{\delta(M)}_j$ , %, вычисляют по формуле

$$\overline{\delta(M)}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(M)_{ji}, \quad (30)$$

где  $n$  – количество измерений.

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (СКО) установки при передаче единицы массы жидкости в потоке в  $j$ -ой точке расхода  $S(M)_j$ , %, вычисляют по формуле

$$S(M)_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta(M)_{ji} - \overline{\delta(M)}_j)^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (31)$$

СКО установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S(M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S(M) = \sqrt{S(M)_{\text{ЭТ}}^2 + S(M)_{\text{ЭС}}^2 + S(M)_{j \text{ max}}^2 + S_{\text{ЧК(АК)}}^2}, \quad (32)$$

где  $S(M)_{\text{ЭТ}}$  – СКО эталона при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке, % (берут из паспорта на эталон);

$S(M)_{\text{ЭС}}$  – СКО ЭС при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке, % (берут из паспорта на эталон);

$S_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение СКО измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 4 (9);  
 $\text{max}$  – индекс наибольшего из значений.

Примечания:

1. Если у эталона не нормировано СКО при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S(M)_{\text{ЭТ}}$ , то СКО установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S(M)$  определяют без него;

2. При непосредственном сличении СКО ЭС при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S(M)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Значение  $S(M)_{\text{ЭС}}$  не должно превышать 1/10 пределов допускаемой относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) измерений установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке, указанной в Государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2356;

4. Для установок с индексом точности 1, при определении  $S_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

НСП установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $\Theta(M)$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta(M) = \pm 1,1 \sqrt{\left( \frac{\Theta(M)_{\text{ЭТ}}}{1,1} \right)^2 + \Theta(M)_{\text{ЭС}}^2 + \delta(M)_{j \max}^2 + \left( \frac{\Theta_{\text{ЧК(АК)}}}{1,1} \right)^2}, \quad (33)$$

где  $\Theta(M)_{\text{ЭТ}}$  – НСП эталона при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta(M)_{\text{ЭС}}$  – НСП ЭС при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение НСП измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 5 (10).

Примечания:

1. Допускается вместо НСП эталона при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $\Theta(M)$ , брать относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) эталона при измерении массы жидкости в потоке  $\delta(M)_{\text{ЭТ}}$ ;

2. При непосредственном сличении НСП ЭС при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $\Theta(M)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Для установок с индексом точности 1, при определении  $\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

СКО НСП установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S_{\Theta}(M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Theta}(M) = \frac{\Theta(M)}{1,1\sqrt{3}}. \quad (34)$$

Суммарное СКО установки при воспроизведении единицы массы жидкости в потоке  $S_{\Sigma}(M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma}(M) = \sqrt{S(M)^2 + S_{\Theta}(M)^2}. \quad (35)$$

Коэффициент, определяемый доверительной вероятностью  $P$  ( $P=0,95$ ) и отношением случайных погрешностей и НСП,  $K_{\Sigma}(M)$ , вычисляют по формуле

$$K_{\Sigma}(M) = \frac{t_{0,95} \cdot S(M) + \Theta(M)}{S(M) + S_{\Theta}(M)}, \quad (36)$$

где  $t_{0,95}$  – коэффициент Стьюдента при  $P=0,95$  и количестве измерений  $n$ .

Относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массы жидкости в потоке  $\delta_{\Sigma}(M)$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\Sigma}(M) = \pm K_{\Sigma}(M) \cdot S_{\Sigma}(M). \quad (37)$$

Результат считают положительным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массы жидкости в потоке при применении весовых устройств и/или расходомеров не превышают значений, указанных в таблице 1 или отрицательным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массы жидкости в потоке при применении весовых устройств и/или расходомеров превышают значения, указанные в таблице 1. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

11.4.4 Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массового расхода жидкости.

Данный пункт выполняется при определении относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при применении весовых устройств и/или расходомеров при измерении (воспроизведении единицы) массового расхода жидкости.

Отклонение показания установки от показания эталона при передаче единицы массового расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода, при  $i$ -ом измерении  $\delta(Q_M)_{ji}$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta(Q_M)_{ji} = \left( \frac{Q_{M_{ji}} - Q_{M_{\text{ЭС},ji}}}{Q_{M_{\text{ЭС},ji}}} \right) \cdot 100, \quad (38)$$

где  $Q_M$  – массовый расход жидкости по показаниям эталона, т/ч;

$Q_{M_{\text{ЭС},ji}}$  – массовый расход жидкости по показаниям эталона (ЭС), т/ч.

$i$  – индекс измерения;

$j$  – индекс точки расхода.

Среднее арифметическое отклонение показаний установки от показаний эталона при передаче единицы массового расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода, %, определяют по формуле

$$\overline{\delta(Q_M)}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta(Q_M)_{ji}. \quad (39)$$

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (СКО) установки при передаче единицы массового расхода жидкости в  $j$ -ой точке расхода  $S(Q_M)_j$ , %, вычисляют по формуле

$$S(Q_M)_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta(Q_M)_{ji} - \overline{\delta(Q_M)}_j)^2}{n \cdot (n-1)}}. \quad (40)$$

СКО установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S(Q_M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S(Q_M) = \sqrt{S(Q_M)_{\text{ЭТ}}^2 + S(Q_M)_{\text{ЭС}}^2 + S(Q_M)_{j \text{ max}}^2 + S_{\text{ЧК(АК)}}^2}, \quad (41)$$

где  $S(Q_M)_{\text{ЭТ}}$  – СКО эталона при воспроизведении единицы массового расхода жидкости, % (берут из паспорта на эталон или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S(Q_M)_{\text{ЭС}}$  – СКО ЭС при воспроизведении единицы массового расхода жидкости, % (берут из паспорта на эталон или из свидетельства о поверке (протокола поверки));

$S_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение СКО измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 4 (9);  $\text{max}$  – индекс наибольшего из значений.

Примечания:

1. Если у эталона не нормировано СКО при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S(Q_M)_{\text{ЭТ}}$ , то СКО установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S(Q_M)$  определяют без него;

2. При непосредственном сличении СКО ЭС при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S(Q_M)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Значение  $S(Q_M)_{\text{ЭС}}$  не должно превышать 1/10 пределов допускаемой относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) измерений установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости, указанной в Государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2356;

4. Для установок с индексом точности 1, при определении  $S_{\text{ЧК(АК)}}$  вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

НСП установки при передаче единицы массового расхода жидкости в  $j$ -ой точке,  $\Theta(Q_M)$ , %, вычисляют по формуле

$$\Theta(Q_M) = \pm 1,1 \sqrt{\left( \frac{\Theta(Q_M)_{\text{ЭТ}}}{1,1} \right)^2 + \Theta(Q_M)_{\text{ЭС}}^2 + \overline{\delta(Q_M)}_{j \max}^2 + \left( \frac{\Theta_{\text{ЧК(АК)}}}{1,1} \right)^2}, \quad (42)$$

где  $\Theta(Q_M)_{\text{ЭТ}}$  – НСП эталона при воспроизведении единицы массового расхода жидкости, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta(Q_M)_{\text{ЭС}}$  – НСП ЭС при воспроизведении единицы массового расхода жидкости, %, (берут из паспорта на эталон);

$\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$  – наибольшее значение НСП измерительного канала частотно-импульсных или аналоговых сигналов (измерительного канала аналоговых сигналов), полученное по формуле 5 (10).

Примечания:

1. Допускается вместо НСП эталона при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $\Theta(Q_M)$ , брать относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) эталона при измерении массового расхода жидкости  $\delta(Q_M)_{\text{ЭТ}}$ ;

2. При непосредственном сличении НСП ЭС при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $\Theta(Q_M)_{\text{ЭС}}$  отсутствует;

3. Для установок с индексом точности 1, при определении  $\Theta_{\text{ЧК(АК)}}$ , вычисляют только наибольшую погрешность, %, измерительного канала частотно-импульсных сигналов.

СКО НСП установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S_{\Theta}(Q_M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Theta}(Q_M) = \frac{\Theta(Q_M)}{1,1\sqrt{3}}. \quad (43)$$

Суммарное СКО установки при воспроизведении единицы массового расхода жидкости  $S_{\Sigma}(Q_M)$ , %, вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma}(Q_M) = \sqrt{S(Q_M)^2 + S_{\Theta}(Q_M)^2}. \quad (44)$$

Коэффициент, определяемый доверительной вероятностью  $P$  ( $P=0,95$ ) и отношением случайных погрешностей и  $K_{\Sigma}(Q_M)$  НСП, вычисляют по формуле

$$K_{\Sigma}(Q_M) = \frac{t_{0,95} \cdot S(Q_M) + \Theta(Q_M)}{S(Q_M) + S_{\Theta}(Q_M)}. \quad (45)$$

Относительную погрешность (доверительные границы суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массового расхода жидкости  $\delta_{\Sigma}(Q_M)$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta_{\Sigma}(Q_M) = \pm K_{\Sigma}(Q_M) \cdot S_{\Sigma}(Q_M). \quad (46)$$

Результат считают положительным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массового расхода жидкости при применении весовых устройств и/или расходомеров не превышают значений, указанных в таблице 1 или отрицательным, если значения относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единицы) массового расхода жидкости при применении весовых устройств и/или расходомеров превышают значения, указанные в таблице 1. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

### 11.5 Проверка соответствия средства измерений обязательным требованиям к эталону

При положительных результатах поверки установка в зависимости от пределов допускаемой относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности), указанных в паспорте на установку, при применении весовых устройств может соответствовать вторичному эталону или рабочему эталону 1 разряда/2 разряда единиц массы жидкости в потоке и/или объема жидкости в потоке и/или массового расхода жидкости и/или объемного расхода жидкости в соответствии с ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356, при применении мерников металлических может соответствовать вторичному эталону или рабочему эталону 1 разряда/2 разряда объема жидкости в потоке и/или объемного расхода жидкости в соответствии с ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356, при применении ТПУ может соответствовать вторичному эталону или рабочему эталону 1 разряда/2 разряда объема жидкости в потоке и/или объемного расхода жидкости в соответствии с ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356, при применении расходомеров может соответствовать рабочему эталону 1 разряда/2 разряда единиц массы жидкости в потоке и/или объема жидкости в потоке и/или массового расхода жидкости и/или объемного расхода жидкости в соответствии с ГПС (часть 2), утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2356.

## 12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты измерений и вычислений вносят в протокол поверки (рекомендуемая форма указана в Приложении А).

Сведения о результатах поверки передают в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

12.2 При положительных результатах поверки по заявлению заказчика оформляют свидетельство о поверке, подтверждающее соответствие установки обязательным требованиям к эталонам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, к которому прилагают протокол поверки. Знак поверки наносится давлением на свинцовые (пластмассовые) пломбы и/или специальную мастику, которыми пломбируются при наличии: шкала, и/или накидная гайка смотрового глазка (диоптра) сливного трубопровода, и/или сливной кран (клапан трубопровода) нижнего донного налива, и/или отверстия завернутых винтов крепления детекторов положения шарового поршня, и/или через отверстия в двух шпильках, расположенных диаметрально на всех присоединительных фланцах измерительного участка ТПУ.

12.3 При отрицательных результатах поверки установку к применению не допускают, по заявлению заказчика выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

## Приложение А

### Форма протокола поверки средства измерений (Рекомендуемая)

#### ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № \_\_\_\_\_

Стр. \_\_\_\_ из \_\_\_\_

Наименование средства измерений: \_\_\_\_\_

Тип, модель, изготовитель: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес заказчика: \_\_\_\_\_

Методика поверки: \_\_\_\_\_

Место проведения поверки: \_\_\_\_\_

Поверка выполнена с применением: \_\_\_\_\_

**Условия проведения поверки:** \_\_\_\_\_

Температура окружающей среды \_\_\_\_\_

Атмосферное давление \_\_\_\_\_

Относительная влажность \_\_\_\_\_

#### Результаты поверки:

1 Внешний осмотр средства измерений: (положительный/отрицательный, пункт 7) \_\_\_\_\_

2 Подготовка к поверке и опробование средства измерений: (положительный/отрицательный, пункт 8) \_\_\_\_\_

3 Проверка программного обеспечения: (положительный/отрицательный, пункт 9) \_\_\_\_\_

4 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

#### Определение диапазона расхода, воспроизводимого установкой

Наименьший зафиксированный расход при применении в качестве средств измерений \_\_\_\_\_

Наибольший зафиксированный расход при применении в качестве средств измерений \_\_\_\_\_



Таблица А.2 – Определение погрешности измерительного канала аналоговых сигналов

Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов жидкости сличием при помощи эталона сравнения или непосредственным сличием

Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов жидкости сличением при помощи эталона сравнения

Таблица А.3 – Исходные данные

Таблица А.4 – Результаты измерений

Таблица А.5 – Обработка полученных данных

### Продолжение таблицы А.5

Результат: (положительный/отрицательный) \_\_\_\_\_

Определение относительной погрешности (доверительных границ суммарной погрешности) установки при измерении (воспроизведении единиц) массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов жидкости непосредственным сличением

Таблица А.6 – Исходные данные

Таблица А.7 – Результаты измерений

Таблица А.8 – Обработка полученных данных

№ изм.	$Q_{\text{ном.}}$ $\text{м}^3/\text{ч}$ (т/ч)	$\delta(V)$ , %	$\delta(Q_V)$ , %	$\delta(M)$ , %	$\delta(Q_M)$ , %	$\delta(\bar{V})$ , %	$\delta(\bar{Q}_V)$ , %	$\delta(\bar{M})$ , %	$\delta(\bar{Q}_M)$ , %
1									
...									
$i$									
1									
...									
$i$									
1									
...									
$i$									

Продолжение таблицы А.8

$Q_{\text{ном.}}$ $\text{м}^3/\text{ч}$	$S(V)$ , %	$S(Q_V)$ , %	$S(V)$ , %	$S(Q_V)$ , %	$\Theta(V)$ , %	$\Theta(Q_V)$ , %	$S_{\Theta}(V)$ , %	$S_{\Theta}(Q_V)$ , %	$S_{\Sigma}(V)$ , %	$S_{\Sigma}(Q_V)$ , %	$K_{\Sigma}(V)$ %	$K_{\Sigma}(Q_V)$ %	$\delta_{\Sigma}(V)$ , %	$\delta_{\Sigma}(Q_V)$ , %
1														
...														
$j$														
$Q_{\text{ном.}}$ $\text{т/ч}$	$S(M)$ , %	$S(Q_M)$ , %	$S(M)$ , %	$S(Q_M)$ , %	$\Theta(M)$ , %	$\Theta(Q_M)$ , %	$S_{\Theta}(M)$ , %	$S_{\Theta}(Q_M)$ , %	$S_{\Sigma}(M)$ , %	$S_{\Sigma}(Q_M)$ , %	$K_{\Sigma}(M)$ %	$K_{\Sigma}(Q_M)$ %	$\delta_{\Sigma}(M)$ , %	$\delta_{\Sigma}(Q_M)$ , %
1														
...														
$j$														

Результат: (положительный/отрицательный) \_\_\_\_\_

Заключение по результатам поверки (годен / негоден): \_\_\_\_\_

Подпись поверителя \_\_\_\_\_ /  
подпись \_\_\_\_\_ И. О. Фамилия

Дата «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.