

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ЗАО КИП «МЦЭ»

А.В. Федоров



05 апреля 2024 г.

**«ГСИ. Манометры показывающие дифференциальные ТМД.
Методика поверки»**

МП 406130-2023

2024 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на манометры показывающие дифференциальные ТМД (далее – дифманометры), выпускаемые ЗАО «РОСМА» и устанавливает порядок, методы и средства их первичной и периодической, в том числе внеочередной, поверки.

Поверка дифманометров проводится методом непосредственного сличения с рабочим эталоном давления.

При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается передача единицы давления:

– для разности давления в диапазоне измерений до 100 кПа включительно по государственной поверочной схеме для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2021 № 1904, подтверждающая прослеживаемость к государственному первичному специальному эталону ГЭТ 95-2020;

– для разности давления в диапазоне измерений выше 100 кПа по государственной поверочной схеме для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2022 № 2653, подтверждающая прослеживаемость к государственным первичным эталонам ГЭТ 23-2010 и ГЭТ 43-2022.

Первичной поверке подвергаются дифманометры при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

Периодической поверке подвергается каждый экземпляр дифманометров, находящийся в эксплуатации, через установленный интервал между поверками.

Первичную и периодическую поверку осуществляют аккредитованные в установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Первичная поверка при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию может проводиться методом выборочной поверки.

При выборочной поверке:

– критерии и параметры достоверности – не превышение погрешности поверяемым манометром пределов допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности, указанных в таблице 1;

– план и схема выборочного контроля по ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества» - одноступенчатый;

- приемлемый уровень качества (AQL) 1 %;
- уровень контроля специальный S-4;
- объем выборки в соответствии с таблицей 1;
- браковочное число – ноль.

Таблица 1 – Зависимость количества поверяемых дифманометров от объема партии.

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.
от 2 до 15 включ.	2
от 16 до 25 включ.	3
от 26 до 90 включ.	5
от 91 до 150 включ.	8
от 151 до 500 включ.	13

Периодической (внеочередной) поверке могут не подвергаться дифманометры, находящиеся на длительном хранении. При вводе в эксплуатацию после длительного хранения (более одного

интервала между поверками) проводится периодическая поверка. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр средств измерений, находящихся в эксплуатации.

Обязательное представление дифманометров на периодическую поверку чаще установленного интервала между поверками (внеочередная поверка) осуществляется в случаях:

- повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют несанкционированному доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции дифманометров;

- возникновение сомнений в показаниях.

2 Перечень операций поверки средства измерений (далее – поверка)

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Требования к условиям проведения поверки	Да	Да	3
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	6
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	7
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	8
Оформление результатов поверки	Да	Да	9

2.2 Поверка прекращается при получении отрицательных результатов хотя бы одной из операций поверки, приведенных в таблице 2. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с п. 9.4 раздела 9.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- диапазон температуры окружающей среды (воздух), °C от +18 до +28;
- диапазон относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- диапазон атмосферного давления, кПа от 86 до 106,7.

3.2 Вибрация, тряска, удары, наклоны, магнитные поля (кроме земного) и другие воздействия, влияющие на работу и метрологические характеристики дифманометра, должны отсутствовать.

4 Метрологические и технические требования к средствам поверки

4.1 При проведении поверки применяют средства поверки, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Рекомендуемый перечень образцовых приборов, средств измерений (СИ) и вспомогательного оборудования

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки
п. 3.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений).	Прибор комбинированный Testo 608-H1, рег. № 53505-13	Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 15 % до 85 % с погрешностью не более 3 % и измерения температуры окружающей среды от 0 до 50 °C с абсолютной погрешностью не более 0,5 °C
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, рег. № 5738-76	Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа, абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа
п. 8 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям.	Эталон 3 разряда, рег. № 1652-62; Эталон 3 разряда, рег. № 39151-12; Эталон 3 разряда, рег. № 54409-13	Эталоны единицы давления, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 2,5 МПа в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 2653 «Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа».

Примечания:

1. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны быть аттестованы, средства измерений, применяемые в качестве эталонов и вспомогательные средства измерений должны быть поверены.
2. Допускается применение аналогичных средств измерений, разрешенных к применению в Российской Федерации, и обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

5 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, определяемые:

- эксплуатационной документацией на поверяемые дифманометры и средства поверки;
- правилами техники безопасности, действующими в месте проведения поверки.

5.2 Ко всем используемым средствам поверки должен быть обеспечен свободный доступ для настройки и измерений.

5.3 К работе должны допускаться лица имеющие необходимую квалификацию, обученные работе со средствами поверки и правилам техники безопасности.

5.4 Запрещается создавать давление, превышающее верхний предел измерений перепада давления дифманометра.

5.5 Запрещается снимать дифманометр с устройства для создания давления при значениях давления более 50 кПа.

6 Внешний осмотр средства измерений

6.1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие механических повреждений корпуса, штуцеров (препятствующих присоединению и не обеспечивающих герметичность прочность соединения), которые могут повлиять на его метрологические характеристики, правильность маркировки.

6.2 Дифманометры, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

6.3 Дифманометры, выпускаемые из ремонта, должны иметь, на манометре (корпусе) или в паспорте надпись «ремонт» (или «рем.») и наименование (или фирменный знак) ремонтного предприятия.

7 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

7.1 Проверку работоспособности и герметичности проводят с помощью основных средств поверки в соответствии с таблицей 3.

7.2 Дифманометр должен предварительно выдерживаться в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха, указанной в п. 3.1 не менее:

- 12 ч - при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда вносится дифманометр, более 10 °C;
- 1 ч - при разнице температур воздуха в помещении для поверки и местом, откуда вносится дифманометр, от 1 °C до 10 °C.

При разнице указанных температур менее 1 °C выдержка не требуется.

7.3 Проверку герметичности дифманометра проводят между плюсовой и минусовой камерами измерительного блока до определения основной погрешности. При минусовой камере, сообщенной с атмосферой, в плюсовой камере дифманометра создается избыточное давление, равное предельному номинальному перепаду давления, после чего источник давления отключают. Система считается герметичной, если после трехминутной выдержки под давлением не наблюдаются падения давления в течение последующих двух минут.

7.4 Дифманометр должен быть плюсовой камерой присоединен к устройству источника давления. Давление создается нейтральной средой (газом или жидкостью при отсутствии особых указаний в качестве среды), передающей давление, должны быть:

- нейтральный газ - для приборов с верхним пределом измерений до 250 кПа (2,5 кгс/см²);
- неагрессивная жидкость плотностью от 0,8 до 1,2 кг/дм³ - для приборов с верхним пределом измерений выше 250 кПа (2,5 кгс/см²).

7.5 Рабочие среды средств поверки должны соответствовать их документации. Допускается применение других сред, не вызывающих, коррозии деталей и узлов средств поверки, если они оговорены в техдокументации на поверяемый дифманометр.

7.6 Стрелка дифманометров при отсутствии давления должна устанавливаться на нулевую отметку с отклонением, не превышающим половины предела допускаемой основной погрешности действительного значения перепада давления.

7.7 Средства поверки должны обеспечивать плавное повышение и понижение давления, а также постоянство давления во время отсчета показаний и выдержке дифманометров под давлением, равным верхнему пределу измерений.

7.8 Если рабочей средой при поверке является жидкость, то торец штуцера дифманометра и торец штуцера образцового манометра или торец поршня грузопоршневого манометра должны находиться в одной горизонтальной плоскости с допускаемой погрешностью

$$\Delta H \leq 10^{-3} \cdot \gamma \cdot \frac{P_{max}}{r \cdot g}, \quad (1)$$

где γ - предел допускаемой основной погрешности дифманометра в процентах от нормирующего значения (верхнего предела измерений P_{max});

r - плотность рабочей среды;

g - ускорение свободного падения.

7.10 При отсутствии технической возможности выполнения требований п. 7.8 настоящей методики в показания средства поверки или поверяемого дифманометра должна быть внесена поправка Δp , учитывая влияние столба рабочей среды

$$\Delta p = r \cdot g \cdot \Delta H. \quad (2)$$

Поправка прибавляется к показаниям средств поверки или поверяемого дифманометра, уровень расположения торца, которого выше.

Примечание. Допускается учитывать поправку путем установки нулевого значения после подсоединения к эталону.

8 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

8.1 Определение основной погрешности и вариации:

Основная погрешность определяется как разность между показаниями дифманометра и действительным значением измеряемого давления, определяемого по образцовому прибору одним из следующих способов:

- 1) заданное действительное давление устанавливают по образцовому прибору, а показания отсчитывают по поверяемому дифманометру;
- 2) стрелку поверяемого дифманометра устанавливают на проверяемую отметку, а действительное значение отсчитывают по образцовому прибору.

8.2 Выбор средств поверки осуществляется метрологическая служба предприятия, исходя из технико-экономических расчетов и технических возможностей с учётом критериев достоверности поверки, по таблице А.1 (приложение А).

8.3 При выборе средств поверки для определения погрешности дифманометров должно быть соблюдено следующее условие

$$\frac{\Delta_0}{D} \cdot 100 \leq \alpha_r \cdot \gamma, \quad (3)$$

где Δ_0 - предел допускаемой абсолютной погрешности средства поверки на проверяемых отметках шкалы;

D - диапазон показаний поверяемого дифманометра;

α_r - отношение предела допускаемого значения погрешности средства поверки, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности дифманометра (для государственной и арбитражной поверки α_r не должно превышать 0,25);

γ - предел допускаемой основной погрешности дифманометра в процентах от нормированного значения.

Значения Δ_0 и D должны быть выражены в одинаковых единицах давления.

8.4 Погрешность при поверке дифманометров, выпускаемых из производства или ремонта, не должна превышать $0,8 \gamma$, а при поверке дифманометров, находящихся в эксплуатации - γ .

8.5 Основную приведенную погрешность дифманометра определяют при значении измеряемого давления при приближении к нему как стороны меньших, так и со стороны больших значений (при прямом и обратном ходе) методом сличения показаний дифманометра с образцовым прибором.

8.6 Отсчет показаний дифманометров проводят на равномерно заданных отметках диапазона.

8.7 Число проверяемых, точек шкалы дифманометров должно быть не менее 5 и включать нижнее и верхнее предельное значение перепада давления.

8.8 При поверке давление плавно повышают и проводят отсчитывание показаний. Затем дифманометр выдерживают в течение 5 мин. под давлением, равном верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают и проводят отсчитывание показаний при тех же значениях давления, что и при повышении давления. Скорость изменения давления не должна превышать 10 % диапазона показаний в секунду.

8.9 Невозвращение стрелки к нулевой отметке не должно превышать половины значения предела допускаемой основной погрешности.

8.10 Основную приведенную погрешность показаний измеренного давления (γ) вычисляют по формуле

$$\gamma = \frac{P_{\text{Инд}} - P_{\mathcal{E}}}{P_{\mathcal{D}}} \cdot 100, \quad (4)$$

где $P_{\text{Инд}}$ – значение давления, проверяемого дифманометра;

$P_{\mathcal{E}}$ – значение давления, установленное на образцовом приборе;

$P_{\mathcal{D}}$ – диапазон измерений проверяемого дифманометра.

Значения основной приведенной к диапазону измерений погрешности, рассчитанные по формуле 4, не должны превышать пределов допускаемой основной приведенной погрешности, указанных в описании типа для соответствующего класса проверяемого манометра.

8.11 Вариацию показаний определяют, как разность между значениями показаний дифманометра, соответствующую одному и тому же значению измеряемого давления, полученного при прямом и обратном ходе для каждой проверяемой точки, кроме значений, соответствующих верхнему и нижнему, пределам измерений, вычисляют по формулам:

а) при поверке по способу 1:

$$B = \frac{N_2 - N_1}{D} \cdot 100, \quad (5)$$

б) при поверке по способу 2:

$$B = \frac{N_{02} - N_{01}}{D} \cdot 100, \quad (6)$$

где N_1 и N_{01} – показания проверяемого дифманометра и средства поверки соответственно при повышении давления (прямой ход);

N_2 и N_{02} – показания проверяемого дифманометра и средства поверки соответственно при понижении давления (обратный ход);

N и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.

Перед поверкой при обратном ходе дифманометр выдерживают в течение 1 мин под воздействием верхнего предельного значения измеряемого параметра.

Значения вариации, рассчитанные по формуле 5 или 6, не должны превышать пределов, указанных в описании типа для соответствующего класса проверяемого манометра.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Сведения о результатах поверки дифманометров в целях её подтверждения передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

9.2 По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, положительные результаты поверки дифманометров удостоверяются знаком поверки и(или) свидетельством о поверке, и(или) записью в паспорте (формуляре), заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

9.3 Знак поверки наносится на корпус дифманометров, в соответствии с рисунком 1.



Рисунок 1 – Обозначение возможных мест нанесения знака поверки

9.4 При отрицательных результатах поверки дифманометр к эксплуатации не допускают, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению.

Приложение А (справочное)

Выбор образцовых приборов при поверке

1. Выбор средств поверки осуществляется в соответствии с МИ187-86 и МИ188-86.
2. Устанавливают следующие критерии достоверности поверки:

$P_{ВАМ}$ – наибольшая вероятность ошибочно признанного годным любого в действительности дефектного экземпляра дифманометра;

$(\delta m)_{VA}$ – отношение наибольшего возможного модели основной погрешности дифманометра, который может быть ошибочно признан годным, к пределу допускаемой основной погрешности;

P_F – наибольшая вероятность ошибочного признанного дефектным любого в действительности годного экземпляра дифманометра (фактивный брак).

Допускаемые значения критериев достоверности поверки принимают равными:

$[P_{ВАМ}] = 0,20$ $[\delta m]_{VA} = 1,25$, если иное не установлено в документации на дифманометр.

3. В соответствии с принятыми критериями достоверности для однократной поверки значения g_k и a_p приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – критерии достоверности для однократной поверки.

a_p	0,2	0,25	0,33	0,4	0,5
g_k	0,94	0,93	0,91	0,82	0,70
$P_{ВАМ}$	0,20	0,20	0,20	0,10	0,05
$(\delta m)_{VA}$	1,14	1,18	1,24	1,22	1,20
P_F	0,001	0,003	0,012	0,047	0,133

Примечание - Вероятность пропустить брак при поверке для параметров, приведённых в таблице А.1 не превышает при любом a_p соответствующего значения фактического брака P_F