

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «18» апреля 2025 г. № 769

Регистрационный № 44953-15

Лист № 1
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры показывающие МДМ

Назначение средства измерений

Манометры показывающие МДМ (далее манометры) предназначены для измерений избыточного давления некристаллизующихся жидкостей, паров, газов, в том числе кислорода и ацетилена.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации трубчатой пружины (трубка Бурдона), один конец которой неподвижно соединен с держателем, а другой (подвижный) конец связан с трибко-секторным механизмом. Перемещение конца трубчатой пружины преобразуется в угол поворота указательной стрелки.

Общий вид манометров показывающих МДМ представлен на рисунке 1.



МДМ-4,

МДМ-6,

МДМ-10,

МДМ-16,



МДМ-25

МДМ-40

МДМ-60

МДМ-100



Рисунок 1 – Общий вид манометров показывающих МДМ

Знак поверки, в случае нанесения в виде наклейки, наносится на боковую поверхность корпуса, а в виде оттиска каучукового клейма наносится на стекло манометра таким образом, чтобы оттиск не мешал снятию показаний.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений, МПа

МДМ-4	от 0 до 0,4
МДМ-6	от 0 до 0,6
МДМ-10	от 0 до 1
МДМ-16	от 0 до 1,6
МДМ-25	от 0 до 2,5
МДМ-40	от 0 до 4
МДМ-60	от 0 до 6
МДМ-100	от 0 до 10
МДМ-160	от 0 до 16
МДМ-250	от 0 до 25
МДМ-400	от 0 до 40

Пределы допускаемой основной приведенной
погрешности, % от диапазона измерений:

$\pm 1,5; \pm 2,5$

Вариация показаний, %:

1,5; 2,5

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 50 до плюс 50

Пределы допускаемой дополнительной погрешности,

вызванной изменением температуры от нормальных

условий, в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C, %:

$\pm 1,0$

(для приборов с пределами допускаемой
основной приведенной погрешности 1,5%)

1,5

(для приборов с пределами допускаемой
основной приведенной погрешности 2,5%)

Габаритные размеры, мм, не более (диаметр корпуса × глубина × высота):	45×35×80; 55×35×80; 65×35×80; 85×35×80
Масса, кг, не более:	0,3
Средний срок службы, лет:	10

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта манометра и фотохимическим или иным методом на циферблат манометра.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки приборов соответствует таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Манометр	1 шт.
Паспорт	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в паспорте на манометры показывающие МДМ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам показывающим МДМ

ГОСТ Р 8.802-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»;

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»;

Техническая документация компании «NINGBO JIANGBEI XINGDA REGULATOR FACTORY», Китай.

Изготовитель

Компания «NINGBO JIANGBEI XINGDA REGULATOR FACTORY», Китай

Адрес: JIANGBEI PRIVATE INDUSTRIAL ZONE, NINGBO, CHINA, 315031

Тел: 0574-87526319

Web-сайт. www.nb-xingda.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт. www.vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.