

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 25 » декабря 2025 г. № 2876

Регистрационный № 68156-17

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы почтовые электронные ВП-І

Назначение средства измерений

Весы почтовые электронные ВП-І (далее весы) предназначены для взвешивания почтовых отправлений при оказании услуг почтовой связи.

Описание средства измерений

Конструктивно весы состоят из грузоприемного, грузопередающего и весоизмерительного устройств. Весоизмерительное устройство содержит весоизмерительный датчик, устройство обработки результатов измерений, генерируемый датчиком, и терминал.

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, частота которого изменяется пропорционально массе груза. Электрический сигнал поступает в устройство обработки результатов измерений. Результат измерения массы отображается на цифровом дисплее, входящим в состав терминала, а также может быть отображен на вторичном дисплее. Информация о взвешиваемом грузе может быть передана на периферийное устройство по интерфейсам связи (RS-232, USB, Ethernet, WiFi и другие виды интерфейсов).

Весы относятся к многодиапазонным весам неавтоматического действия и выпускаются в 4-х модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками и цифровым дисплеем.

Обозначение модификаций - ВП-І-М/30-Н, где:

- М – количество диапазонов взвешивания, принимает значение 3 или 4;
- Н – принимает значение «ЖКИ» для весов с жидкокристаллическим цифровым дисплеем или «СД» для весов со светодиодным цифровым дисплеем.

Весы имеют устройства, реализующие следующие функции:

- вывод на цифровой дисплей значений массы брутто, нетто, тары;
- выборки массы тары;
- установки по уровню;
- полуавтоматической установки нуля;
- первоначальной установки нуля;
- слежения за нулем.

Общий вид весов показан на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид весов почтовых электронных ВП-І с вторичным цифровым дисплеем




Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Программное обеспечение (далее - ПО) весов реализовано аппаратно и является встроенным.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	ВП-І-М/30-СД	ВП-І-М/30-ЖКИ
Идентификационное наименование ПО	-	
Номер версии (идентификационный номер ПО)	6.02	6.01
Цифровой идентификатор ПО	-	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

№/№	Наименование характеристики	Значение характеристики	
		ВП-І-3/30-Н	ВП-І-4/30-Н
1	2	3	4
1	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1—2011		III
Диапазон взвешивания W1			
2	Минимальная нагрузка Min, г	5	5
	Максимальная нагрузка Max, кг	3,0	3,0
	Поверочный интервал e и действительная цена деления шкалы d , г	1	1
	Число поверочных интервалов n	3000	3000
Диапазон взвешивания W2			
3	Минимальная нагрузка Min, г	40	40
	Максимальная нагрузка Max, кг	6,0	6,0
	Поверочный интервал e и действительная цена деления шкалы d , г	2	2
	Число поверочных интервалов n	3000	3000
Диапазон взвешивания W3			
4	Минимальная нагрузка Min, г	100	100
	Максимальная нагрузка Max, кг	32,0	20,0
	Поверочный интервал e и действительная цена деления шкалы d , г	5	5
	Число поверочных интервалов n	6400	4000
Диапазон взвешивания W4			
5	Минимальная нагрузка Min, г	-	200
	Максимальная нагрузка Max, кг	-	32,0
	Поверочный интервал e и цена деления шкалы d , г	-	10
	Число поверочных делений n	-	3200

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Максимальное значение диапазона выборки массы тары, кг	от 0 до 5,0
Параметры электрического питания: - от внешнего источника постоянного тока: - напряжение, В - потребляемая мощность, В·А, не более - от встроенного источника постоянного тока: - напряжение, В	от 4,5 до 5,5 5 от 2,0 до 2,8
Диапазон рабочих температур, °C - ВП-І-3/30-Н - ВП-І-4/30-Н	от 0 до 40 от - 10 до +40
Габаритные размеры, мм, не более - высота - ширина - длина	215 375 375
Масса, кг, не более	6

Знак утверждения типа

наносят графическим способом на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе весов, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы почтовые электронные	ВП-1-М/30-Н	1 шт.
Комплект принадлежностей:		
- вторичный дисплей*		1 шт.
- кабель связи*		1 шт.
- адаптер сетевого питания		1 шт.
Руководство по эксплуатации	ЭК1162.00.00.000 РЭ	1экз.
Методика поверки	-	1 экз.

* При заказе.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам почтовым электронным ВП-1

ГОСТ 8.021-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

ГОСТ OIML R-76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Технические условия ТУ 4274-021-49290937-2016

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Мера-ТСП»
(ООО «Мера-ТСП»)
ИНН 7733081596

Юридический адрес: 115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пр-д 2-й Рощинский, д. 8, стр. 3

Телефон (факс): (495) 411-99-28

Web-сайт: <https://www.mera-device.ru>

E-mail: info@mera-device.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437 5577, факс: (495) 437 5666

E-mail: Office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.