

КОПИЯ

КОПИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦІІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15985 от 27 января 2023 г.

Срок действия до 27 января 2028 г.

Наименование типа средств измерений:
Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529М

Производитель:
ОАО «Ратон», г. Гомель, Республика Беларусь

Документ на поверку:
МП ГМ 057-99 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529, АН-7560, АН-7529М, АН-7560М. Методика
проверки»

Интервал времени между государственными поверками: 12 месяцев

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 27.01.2023 № 5

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока
действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений,
или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются
к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым
описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.Бурак



Верно:



Верно:

директор
по тех. работам
А. А. Шевченко