



Государственная система обеспечения единства измерений

Расходомеры электромагнитные Aimag

## ***МЕТОДИКА ПОВЕРКИ***

МП-900/06-2024

г. Чехов, 2024 г.

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая методика распространяется на Расходомеры электромагнитные Aimag (далее по тексту – расходомеры), и устанавливает методику его первичной и периодической поверки.

1.2 Реализация данной методики обеспечивает метрологическую прослеживаемость расходомеров к Государственному первичному специальному эталону единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2019 в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2356 от 26 сентября 2022 года.

1.3 Метрологические характеристики расходомера определяются методом непосредственного сличения.

1.4 Сведения об объеме проведенной поверки должна быть передана в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее – ФИФОЕИ).

1.5 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Метрологические характеристики расходомеров.

Наименование параметра	Значение
Диапазон расходов, м <sup>3</sup> /ч	от 0,01 до 500
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода*, %	±0,5/±0,2

\*Конкретное значение погрешности приведено в паспорте и на прибор и идентификационной табличке

## 2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		Первичной поверке	Периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	10	Да	Да
Оформление результатов поверки средства измерений	11	Да	Да

Примечание – При получении отрицательных результатов поверки по какому-либо пункту методики поверки поверку расходомера прекращают.

## 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки расходомер должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20±5
- температура рабочей среды, °C 20±10
- относительная влажность воздуха, %, не более 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

#### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационные документы расходомера и средств поверки.

#### 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень средств поверки

Номер пункта методики поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Пример возможного средства поверки с указанием наименования, заводского обозначения, а при наличии – обозначения типа, модификации
7, 8, 10	Средство измерений температуры окружающей среды: диапазон измерений от 15 до 25 °C, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm 0,5$ °C	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д (регистрационный номер 71394-18 в ФИФОЕИ)
	Средство измерений относительной влажности окружающей среды: диапазон измерений от 30 до 80 %, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений $\pm 5$ %	
	Средство измерений атмосферного давления: диапазон измерений от 84 до 106,7 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления $\pm 0,5$ кПа	
8, 10	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке, объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне объемного расхода жидкости в соответствии с частью 1 ГПС, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356	Установка поверочная Эрмитаж (регистрационный № 71416-18 в ФИФОЕИ), класс точности А (далее – эталон расхода жидкости)
<p><b>Примечания</b></p> <p>1. Допускается использование других средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений.</p> <p>2. Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть зарегистрированы в ФИФОЕИ, утвержденного типа, поверены в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, и допущены к применению.</p> <p>3. Эталоны единиц величин, применяемые при поверке, должны быть аттестованы в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.</p>		

#### 6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

##### 6.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и расходомера, приведенных в

их эксплуатационных документах;

– инструкций по охране труда.

6.2 Монтаж и демонтаж расходомера на ПУ, все электрические подключения должны проводиться в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационных документах расходомера и средств поверки.

## 7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре проверяют:

- внешний вид и комплектность расходомера;
- отсутствие механических повреждений, препятствующих применению расходомера;
- четкость надписей и обозначений.

7.2 Результаты поверки по пункту 7 считают положительными, если:

- внешний вид и комплектность расходомера соответствуют описанию типа и эксплуатационным документам расходомера;
- механические повреждения, препятствующие применению расходомера, отсутствуют;
- надписи и обозначения четкие и позволяют провести идентификацию расходомера.

## 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- расходомер выдерживают в условиях, указанных в пункте 3, не менее двух часов;
- монтируют расходомер на ПУ в соответствии с требованиями эксплуатационных документов расходомера и ПУ;

– средства поверки и расходомер устанавливают в рабочее положение с соблюдением указаний эксплуатационных документов;

– контролируют фактические условия поверки на соответствие требованиям раздела 3 настоящей методики поверки;

– проводят проверку герметичности мест соединения фланцев под давлением жидкости: отсутствие утечек и каплей жидкости в трубопроводе ПУ после выдержки не менее 5 минут.

8.2 Опробование расходомер проводят путем увеличения/уменьшения расхода жидкости (газа) через расходомер. Показания расходомера при этом должны изменяться соответствующим образом.

8.3 Результаты поверки по пункту 8 считают положительными при выполнении требований, изложенных в 8.1 – 8.2.

## 9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Проверку идентификационных данных ПО расходомеров проводят в соответствии с разделом 3 руководства по эксплуатации расходомеров.

9.2 Результаты поверки по 9 считают положительными, если идентификационные данные ПО совпадают с указанными в описании типа расходомеров.

## 10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

### 10.1 Определение относительной погрешности измерений объемного расхода

Определение относительной погрешности измерений проводят на поверочных установках в следующей последовательности:

- 10.1.1 задают на установках значение расхода соответствующее значением:  $(1,00-1,10) \cdot Q_{\min}$ ;  $(0,20-0,30) Q_{\max}$ ;  $(0,45-0,55) Q_{\max}$ ;  $(0,75-0,80) Q_{\max}$ ;  $(0,90-1,00) Q_{\max}$ ; где,  
 $Q_{\min}$  – минимальное значение расхода по шкале расходомера;
- $Q_{\max}$  – максимальное значение объемного расхода по шкале расходомера.

10.2 определяют значение относительной погрешности расходомеров методом сравнения показаний расходомера с показаниями эталонного средства измерений.

Относительную погрешность расходомера  $\Delta_i$  определяют по формуле (1):

$$\Delta_i = \frac{Q_{измi} - Q_{этi}}{Q_{этi}} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $Q_{измi}$  – объемный расход,  $\text{м}^3/\text{ч}$ , измеренный расходомером;  
 $Q_{этi}$  – объемный расход,  $\text{м}^3/\text{ч}$ , измеренный установкой поверочной.

10.3 Результаты испытаний считают положительными, если значения относительной погрешности расходомеров, в каждой точке не превышает значений, в таблице 1.

## 11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

11.2 При положительных результатах поверки расходомер признается пригодным к применению. Сведения о положительных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке, на которое наносится знак поверки.

11.3 При отрицательных результатах поверки расходомер признается непригодным к применению. Сведения об отрицательных результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности.

инженер по метрологии



В.С. Патрикеев