

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при
Совете Министров
Союза ССР

МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,
ДОПУЩЕННЫЕ К ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИЕ В СССР

**ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ
РТУТНЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НОРМАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ II КЛАССА**

с заводским обозначением ТЛ-16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР

№ 1161—58

НАЗНАЧЕНИЕ

Термометры с заводским обозначением ТЛ-16 предназначены для измерения температуры электролита в международных нормальных элементах II класса.

ОПИСАНИЕ

Термометры для международных нормальных элементов II класса являются стеклянными ртутными термометрами палочного типа и изготовляются из массивных капиллярных трубок, на внешней поверхности которых нанесены отметки и цифровые обозначения шкалы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термометры ТЛ-16 по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 2045—43.

Пределы измерений термометров: нижний от -5°C ,
верхний от $+35^{\circ}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

Цена деления $0,5^{\circ}\text{C}$.

Допустимая погрешность $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Градуировка производится при погружении термометра на глубину 90 мм.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытания термометров ТЛ-16 производятся по инструкции Комитета стандартов, мер и измерительных приборов 159—54 „По поверке жидкостных термометров“.

Термометры ТЛ-16 утверждены и допущены к выпуску в обращение в СССР 6 марта 1958 г.
и внесены в Государственный реестр под № 1161—58