

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЛ-18	Внесены в Государственный реестр под № 2534—69
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Термометры стеклянные ртутные с вложенной шкалой из молочного стекла предназначены для точного измерения температуры в условиях специальных лабораторий.		
ОПИСАНИЕ		
Принцип действия стеклянного ртутного термометра с вложенной шкалой основан на видимом изменении объема ртути, наполняющей резервуар и частично капилляр, при изменении температуры окружающей среды.		
Термометр состоит из резервуара, представляющего собой стеклянный сосуд с сужающимся окончанием. Внутри этого резервуара помещается шкала из молочного стекла, к которой крепится капилляр.		
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Температурный интервал от 8 до 38°C.		
Цена деления 0,1 град.		
Допустимая погрешность показаний $\pm 0,2$ град.		
ПОВЕРКА		
Термометры лабораторные ТЛ-18 поверяются по инструкции 159—60 «По поверке стеклянных жидкостных термометров».		
<i>Испытания проводил Всесоюзный научно-исследовательский институт Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР (ВНИИК).</i>		
<i>Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.</i>		
Утверждены Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 12/1 1970 г.	Выпуск разрешен до 1/1 1974 г.	