

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 05 » мая 2026 г. № 845

Регистрационный № 54909-13

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тахометры электронные ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55

Назначение средства измерений

Тахометры электронные ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55 (далее по тексту – тахометры) предназначены (в зависимости от модификации) для контактного и/или бесконтактного измерения частоты вращения вращающихся частей машин, механизмов и приборов.

Описание средства измерений

Тахометры электронные ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55 представляют собой портативные измерительные приборы, конструктивно выполненные в специальном пластмассовом защитном корпусе. Принцип работы тахометров заключается в подсчете количества импульсов, поступающих от первичного преобразователя, в течение определенного стабильного интервала времени.

Модификации тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55 различаются между собой способом измерений, а также метрологическими и техническими характеристиками:

– фототахометры ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-54 предназначены для измерения частоты вращения в диапазоне от 2,5 до 99999 об/мин;

– тахометры ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-55 предназначены для измерения частоты вращения контактным способом в диапазоне от 0,5 до 19999 об/мин, а также линейной скорости перемещения;

– универсальные тахометры ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В предназначены для измерения частоты вращения в диапазоне от 2,5 до 19999 об/мин в режиме контактного тахометра и в диапазоне от 2,5 до 99999 об/мин в режиме фототахометра, а также линейной скорости перемещения.

Фотографии общего вида тахометров представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Фотографии общего вида тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55 представлены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-54

Характеристика	Значение		
	ПрофКиП ТЦ-34	ПрофКиП ТЦ-34В	ПрофКиП ТЦ-54
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин	от 2,5 до 99999		
Разрешающая способность, об/мин	0,1 (в диапазоне измерений до 1000 об/мин); 1 (в диапазоне измерений свыше 1000 об/мин)		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения	$\pm (0,0005 \cdot n + 1 \text{ е.м.р.})$		
Питание	4 элемента питания 1,5 В типа АА для модификаций ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В 3 элемента питания 1,5 В типа ААА для модификации ПрофКиП ТЦ-54		
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	190 × 72 × 37	210 × 74 × 37	150 × 56 × 31
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %	от 0 до плюс 50 от 0 до 90		
Примечания: n – измеренное значение частоты вращения; е.м.р. – единица младшего разряда.			

Таблица 2 – Основные метрологические и технические характеристики тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-55

Характеристика	Значение		
	ПрофКиП ТЦ-35	ПрофКиП ТЦ-35В	ПрофКиП ТЦ-55
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин	от 0,5 до 19999		
Разрешающая способность, об/мин	0,1 (в диапазоне измерений до 1000 об/мин); 1 (в диапазоне измерений свыше 1000 об/мин)		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения	$\pm (0,001 \cdot n + 1 \text{ е.м.р.})$		
Питание	4 элемента питания 1,5 В типа АА для модификаций ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В 3 элемента питания 1,5 В типа ААА для модификации ПрофКиП ТЦ-55		
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	190 × 72 × 37	210 × 74 × 37	155 × 55 × 35
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %	от 0 до плюс 50 от 0 до 90		
Примечания: n – измеренное значение частоты вращения; е.м.р. – единица младшего разряда.			

Таблица 3 – Основные метрологические и технические характеристики тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В

Характеристика	Значение	
	ПрофКиП ТЦ-36	ПрофКиП ТЦ-36В
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин	от 2,5 до 99999 в режиме фототахометра; от 0,5 до 19999 в режиме контактного тахометра	
Разрешающая способность, об/мин	0,1 (в диапазоне измерений до 1000 об/мин); 1 (в диапазоне измерений свыше 1000 об/мин)	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения	$\pm (0,0005 \cdot n + 1 \text{ е.м.р.})$ в режиме фототахометра; $\pm (0,001 \cdot n + 1 \text{ е.м.р.})$ в режиме контактного тахометра	
Питание	4 элемента питания 1,5 В типа АА	
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	190 × 72 × 37	210 × 74 × 37
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %	от 0 до плюс 50 от 0 до 90	
Примечания: n – измеренное значение частоты вращения; е.м.р. – единица младшего разряда.		

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель тахометров методом трафаретной печати и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки тахометров представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество
Тахометр	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью тахометров электронных ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55 указаны в документе «Тахометры электронные ПрофКиП ТЦ-34, ПрофКиП ТЦ-34В, ПрофКиП ТЦ-35, ПрофКиП ТЦ-35В, ПрофКиП ТЦ-36, ПрофКиП ТЦ-36В, ПрофКиП ТЦ-54, ПрофКиП ТЦ-55. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Технические условия ТУ 4278-242-66145830-2013

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКИП»

(ООО «ПРОФКИП»)

ИНН 5029212906

Юридический адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 2, этаж 3, помещ. 7 лит. А

Телефон (факс) (495) 921-16-18

Web-сайт: www.profskip.ru

E-mail: info@profskip.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «ТестИнТех»

123308, г. Москва, ул. Мневники, д.1

Тел./факс: +7(499) 944-40-40

Аттестат аккредитации № 30149-11