

Регистрационный № 66585-17

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи измерительные концентрации газов в воздухе

Назначение средства измерений

Преобразователи измерительные концентрации газов в воздухе (далее ИП) предназначены для измерений и преобразования в токовый сигнал концентрации токсичных газов и горючих веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны и могут быть использованы в составе газоаналитических систем или как самостоятельное устройство.

Описание средства измерений

ИП представляют собой автоматические стационарные приборы непрерывного действия с унифицированным токовым выходом (4-20) мА.

В ИП используются следующие методы измерения:

- электрохимический - для измерения массовой концентрации аммиака, оксида углерода, хлора, сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, хлористого водорода, синильной кислоты и объемной доли кислорода, водорода;

- термодаталитический - для измерения объемной доли водорода, аммиака, метана и других углеводородов;

- полупроводниковый - для измерения массовой концентрации аммиака и хладонов;

- оптико-абсорбционный - для измерения объемной доли диоксида углерода.

Способ отбора пробы - диффузионный.

ИП выпускаются в нескольких модификациях, имеющих обозначение ААВВ-ХХ (табл.1).

Таблица 1

АА - наименование определяемого компонента	ВВ - код диапазона измерения	ХХ - наименование исполнения
АМ - аммиак	1.0 2.0 3.0	ПК - пластиковый корпус
АМП- аммиак	1.0 2.0	МК - металлический корпус
СО - оксид углерода	1.0 2.0	ВУ - повышенная виброустойчивость
СВ - сероводород	1.0 2.0	ЭМС - полностью экранированный корпус с повышенной помехозащищенностью.
ВД - водород	1.0 2.0	Т - выносной сенсор
ОА - диоксид азота	2.0 3.0	
КС - кислород	1.0	
СД - диоксид серы	1.0	
СК - синильная кислота	1.0 2.0	
ХЛВ - хлористый водород	1.0	
ГР - горючие газы	1.0 2.0	
ИКДУ - диоксид азота	1.0	
ФРП - хладоны	1.0	

Пломбирование ИП не предусмотрено.

Общий вид преобразователей измерительных представлен на рисунке 1 и 2.



Место нанесения знака поверки

Рисунок 1 – Общий вид преобразователей измерительных с выносным датчиком



Место нанесения знака поверки

Рисунок 2 – Общий вид преобразователей измерительных без выносного датчика

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики ИП приведены в таблице 2 - 4.

Таблица 2

Наименование ИП	Определяемый компонент	Единица измерений	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (Δ_d) в диапазоне измерений	Время установления показаний $T_{0,9}$, с	Время прогрева, мин
АМ1.0-XX	Аммиак	мг/м ³	от 0 до 20 включ.	± 4	45	30
			св. 20 до 100	$\pm(4+0,2 \cdot (C_{ВХ}-20))$		
АМ2.0-XX		мг/м ³	от 0 до 200 включ.	± 40	45	
			св. 200 до 2000	$\pm(40+0,2 \cdot (C_{ВХ}-200))$		
АМ3.0-XX		мг/м ³	от 0 до 60 включ.	± 15	45	
			св. 60 до 600	$\pm(15+0,2 \cdot (C_{ВХ}-60))$		
СО1.0-XX СО1.0-0	Оксид углерода	мг/м ³	от 0 до 20 включ.	± 4	45	15
			св. 20 до 100	$\pm(4+0,2 \cdot (C_{ВХ}-20))$		
СО2.0-XX СО2.0-0		мг/м ³	от 0 до 100 включ.	± 20	45	
			св. 100 до 500	$\pm(20+0,2 \cdot (C_{ВХ}-100))$		
СВ1.0-XX	Сероводород	мг/м ³	от 0 до 6 включ.	$\pm 1,2$	60	30
			св. 6 до 30	$\pm(1,2+0,2 \cdot (C_{ВХ}-6))$		
СВ2.0-XX		мг/м ³	от 0 до 20 включ.	± 4	60	
			св. 20 до 100	$\pm(4+0,2 \cdot (C_{ВХ}-20))$		
ВД1.0-XX	Водород	объемная доля, %	от 0 до 2	$\pm 0,2$	130	30
ВД2.0-XX	Водород	объемная доля, %	от 0 до 2	$\pm 0,2$	130	30
ХЛ1.0-XX	Хлор	мг/м ³	от 0 до 1 включ.	$\pm 0,2$	45	30
			св. 1 до 5	$\pm(0,2+0,2 \cdot (C_{ВХ}-1))$		
ХЛ2.0-XX	Хлор	мг/м ³	от 0 до 10 включ.	± 2	45	
				св. 10 до 50		
ОА2.0-XX	Диоксид азота	мг/м ³	от 0 до 5 включ.	± 1	60	30
			св. 5 до 30	$\pm(1+0,2 \cdot (C_{ВХ}-5))$		
ОА3.0-XX			от 0 до 10 включ.	± 2		
			св. 10 до 50	$\pm(2+0,2 \cdot (C_{ВХ}-10))$		
КС1.0-XX	Кислород	объемная доля, %	от 0 до 25	$\pm 0,9$	20	30

Наименование ИП	Определяемый компонент	Единица измерений	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (Δ_d) в диапазоне измерений	Время установления показаний $T_{0,9}$, с	Время прогрева, мин
СД1.0-XX	Диоксид серы	мг/м ³	от 0 до 6 включ.	$\pm 1,2$	60	30
			св. 6 до 30	$\pm(1,2+0,2 \cdot (C_{ВХ}-6))$		
СК1.0-XX	Синильная кислота	мг/м ³	от 0 до 3 включ.	$\pm 0,6$	45	60
			св.3 до 15	$\pm(0,6+0,25 \cdot (C_{ВХ}-3))$		
СК2.0-XX		мг/м ³	от 0 до 5 включ.	± 1	45	60
			св.5 до 40	$\pm(1+0,25 \cdot (C_{ВХ}-5))$		
ХЛВ1.0-XX	Хлористый водород	мг/м ³	от 0 до 5 включ.	± 1	90	30
			св. 5 до 30	$\pm(1+0,2 \cdot (C_{ВХ}-5))$		
ГР1.0-XX	Горючие газы и пары по: -метану -пропану -бензолу -водороду -гексану -аммиаку -ацетилену -бутану		от 0 до 50	± 5	15	5
ГР1.0-Т-XX						
ГР2.0-XX		% НКПР				
ИКДУ1.0-XX	Диоксид углерода	объемная доля, %	от 0 до 5	$\pm(0,05+0,07 \cdot C_{ВХ})$	35	30

Примечание: $C_{ВХ}$ - значение измеряемого компонента, указанное в паспорте на ГСО.

Таблица 3

Наименование ИП	Определяемый компонент	Единица измерений	Пороги	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (Δ_d)	Время установления показаний $T_{0,9}$, с	Время прогрева, мин
АМП1.0-XX	Аммиак	мг/м ³	20/60	$\pm 0,25 \cdot C_{ВХ}$	90	60
АМП2.0-XX		мг/м ³	500	$\pm 0,25 \cdot C_{ВХ}$		
ФРП1.0	Хладоны по: CHClF ₂ (R22) CF ₃ CH ₃ (R143a) CF ₂ HCHF ₂ (R134) CH ₃ CHF ₂ (R152a) CHF ₃ (R23) CF ₂ H ₂ (R32) C ₃ F ₇ H (227ea)	мг/м ³	3000	± 750	60	45

Примечание: $C_{ВХ}$ - значение измеряемого компонента, указанное в паспорте на ГСО.

Таблица 4

Наименование ИП	Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры от номинального значения +22 °С на каждые 10°С	Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности от номинального значения 60 % отн. на каждые 10% отн.
АМ1.0-XX	0,15Δ в диапазоне температур от 0 до +45 °С 0,3Δ в диапазоне температур от -40°С до 0 °С	0,3Δ
АМ2.0-XX		
АМ3.0-XX		
СО1.0-XX		
СО1.0-0		
СО2.0-XX		
СО2.0-0		
СВ1.0-XX		
СВ2.0-XX		
ВД1.0-XX		
ВД2.0-XX		
ХЛ1.0-XX		
ХЛ2.0-XX		
ОА2.0-XX		
ОА3.0-XX		
КС1.0-XX		
СД1.0-XX		
СК1.0-XX		
СК2.0-XX		
ХЛВ1.0-XX		
ГР1.0-XX ГР2.0-XX	0,1Δ в диапазоне температур от -40 °С до +45 °С	0,2Δ
ГР1.0-Т-XX ГР2.0-Т-XX		
ФРП1.0-XX АМП1.0-XX АМП2.0-XX	0,3Δ в диапазоне температур от -30 °С до +45 °С	0,3Δ
ИКДУ1.0-XX	0,7Δ в диапазоне температур от -20 °С до 0 °С 0,1Δ в диапазоне температур от 0 °С до +45°С	0,2 Δ

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,5
Напряжение постоянного тока, В от 12 до 24
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более 200×100×100
Масса, кг, не более 0,7

Условия эксплуатации приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование ИП	Диапазон рабочих температур, С°	Рабочий диапазон относительной влажности, %
AM1.0-XX	от -40 до +45	От 30 до 98 (без конденсации)
AM2.0-XX	от -40 до +45	
AM3.0-XX	от -40 до +45	
CO1.0-XX	от -30 до +45	
CO2.0-XX	от -30 до +45	
CO1.0-0	от -15 до +45	
CO2.0-0	от -15 до +45	
CB1.0-XX	от -40 до +45	
CB2.0-XX	от -40 до +45	
ВД1.0-XX	от -30 до +45	
ВД2.0-XX	от -30 до +45	
ХЛ1.0-XX	от -40 до +45	
ХЛ2.0-XX	от -40 до +45	
ОА2.0-XX	от -40 до +45	
ОА3.0-XX	от -40 до +45	
КС1.0-XX	от 0 до +45	
СД1.0-XX	от -40 до +45	
СК1.0-XX	от -40 до +45	
СК2.0-XX	от -40 до +45	
ХЛВ1.0-XX	от -40 до +45	
ИКДУ1.0-XX	от -20 до +45	
ГР1.0-XX	от -40 до +45	от 0 до 99
ГР2.0-XX	от -40 до + 45	
ГР1.0-Т-XX	от -50 до +50 - датчик, от -40 до +45 - блок измерительный	
ГР2.0-Т-XX	от -50 до +50 - датчик, от -40 до +45 - блок измерительный	
ФРП1.0-XX	от -30 до +45	
АМП1.0-XX	от -30 до +45	от 30 до 95
АМП2.0-XX	от -30 до +45	от 30 до 95

Обозначения, наименования и исполнения ИП взрывозащищенного исполнения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Маркировка взрывозащиты
AM1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM3.0-МК	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb
AM3.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС T4 Gb

Наименование	Маркировка взрывозащиты
АМ3.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СО2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СВ2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛ2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ВД2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА3.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА3.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ОА3.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
КС1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
КС1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
КС1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СД1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СД1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СД1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК2.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК2.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
СК2.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛВ1.0-МК	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛВ1.0-ЭМС	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ХЛВ1.0-ВУ	1Ex ib IIB/IIС Т4 Gb
ГР1.0-МК	1Ex d ib IIB+H ₂ Т4 Gb

Наименование	Маркировка взрывозащиты
ГР1.0-ЭМС	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb
ГР1.0-ВУ	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb
ГР2.0-МК	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb
ГР2.0-ЭМС	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb
ГР2.0-ВУ	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb
ГР1.0-Т	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
ГР1.0-Т-ЭМС	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
ГР1.0-Т-ВУ	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
ГР2.0-Т	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
ГР2.0-Т-ЭМС	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
ГР2.0-Т-ВУ	1Ex d ib IIB+H ₂ T4 Gb - выносной сенсор, 1Ex ib IIC T4 Gb - корпус измерительного преобразователя
АМП1.0-МК	2Ex nA IIA T1 Gc X
АМП2.0-МК	2Ex nA IIA T1 Gc X

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность ИП приведена в таблице 7.

Таблица 7

Наименование изделия	Количество
Преобразователь измерительный	по заказу, шт.
Комплект крепежа для преобразователя измерительного	1 компл. на ИП (по заказу)
Насадка градуировочная	по заказу
Документация	
Паспорт на преобразователь измерительный	1 экз. на ИП
Методика поверки МП 205-04-2016	1 на поставку
Руководство по эксплуатации на ИП	по заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям измерительным концентрации газов в воздухе

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»

ГОСТ 8.578-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах»

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2012 г. № 425

Технические условия ТУ 4215-028-47275141-14

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «ИНКРАМ»
(ООО НПФ «ИНКРАМ»)

ИНН 7717136914

Адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1, эт. 3, помещ. VII ком. 4,4А

Тел/факс (495) 346-9249/346-9252

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологической службы»

(ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495)437-55-77/437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств
измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013