

Регистрационный № 85852-22

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефти приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Луговое»

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефти приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Луговое» (далее – СИКН) предназначена для автоматизированных измерений массы и показателей качества нефти.

Описание средства измерений

Принцип действия СИКН основан на использовании прямого метода динамических измерений массы брутто нефти с применением преобразователей массового расхода. Выходные электрические сигналы с преобразователей массового расхода поступают на соответствующие входы измерительно-вычислительного контроллера, который преобразует их и вычисляет массу нефти по реализованному в нем алгоритму.

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного производства. Монтаж и наладка СИКН осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией на СИКН и эксплуатационными документами на ее компоненты.

В состав СИКН входят технологический комплекс, система сбора, обработки информации и управления. В состав технологического комплекса входят блок фильтров, блок измерительных линий, блок измерений показателей качества нефти, стационарная поверочная установка, узел подключения передвижной поверочной установки, эталонная поверочная установка на базе мерника эталонного 1-го разряда, пробозаборное устройство щелевого типа.

В составе СИКН применены следующие средства измерений утвержденных типов:

– счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модели CMF300, тип зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег.) № 45115-16;

– влагомеры нефти поточные УДВН-1пм, рег. № 14557-15;

– преобразователи плотности и расхода CDM, рег. № 63515-16;

– преобразователи плотности и вязкости FVM, рег. № 62129-15;

– датчики температуры Rosemount 644, рег. № 63889-16;

– преобразователи давления измерительные 3051 TG, рег. № 14061-15;

– преобразователи давления измерительные 3051 CD, рег. № 14061-15;

– расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400, рег. № 57762-14;

– контроллеры измерительно-вычислительные OMNI 6000 (далее – ИВК), рег. № 15066- 09;

– контроллер измерительно-вычислительный OMNI 3000 (далее – ИВК 2), рег. № 15066- 09;

- термометры и манометры для местной индикации и контроля температуры и давления.
- Вспомогательные устройства и технические средства:
 - автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) оператора;
 - фильтры с быстросъемными крышками;
 - пробоотборники автоматические;
 - пробоотборник ручной;
 - фильтры для очистки нефти от механических примесей;
 - запорная и регулирующая арматура с устройствами контроля протечек.

Заводской номер СИКН 601 указан на фирменной табличке методом лазерной маркировки или аппликацией и в эксплуатационной документации типографским способом. Формат нанесения заводского номера – числовой. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКН.

Пломбирование СИКН не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) СИКН (ИВК, ИВК 2, АРМ оператора) обеспечивает реализацию функций СИКН. Метрологические характеристики СИКН нормированы с учетом влияния ПО.

Наименования ПО и идентификационные данные указаны в таблице 1.

Уровень защиты ПО СИКН «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

Т а б л и ц а 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	ИВК (основной и резервный)	ИВК 2	АРМ оператора (основной и резервный)
Идентификационное наименование ПО	–	–	ОЗНА-Flow
Номер версии (идентификационный номер) ПО	24.75.10	24.75.04	v.3.3
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	6AB3	9111	8E093555

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики СИКН, включая показатели точности и физико-химические свойства измеряемой среды, приведены в таблицах 2, 3. Показатели надежности приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений расхода, т/ч	от 25 до 100
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто нефти, %	±0,25
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нетто нефти, %	±0,35

Т а б л и ц а 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Измеряемая среда	нефть по ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от +20 до +40
Диапазон давления измеряемой среды, МПа	от 0,4 до 6,3
Плотность нефти, кг/м ³ - при минимальной в течение года температуре - при максимальной в течение года температуре	900 850
Кинематическая вязкость при температуре +20 °С, мм ² /с (сСт), не более	50
Массовая доля воды в нефти, %, не более	0,5
Массовая доля механических примесей в нефти, %, не более	0,05
Массовая концентрация хлористых солей в нефти, мг/дм ³ , не более	900
Давление насыщенных паров, кПа (мм рт.ст.), не более	66,7 (500)
Массовая доля серы, %, не более	3,3
Содержание парафина, %, не более	6
Массовая доля сероводорода, ppm, не более	20
Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, ppm, не более	40
Содержание свободного газа	не допускается
Режим работы СИКН	непрерывный
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	380±38 (трехфазное) 220±22 (однофазное) 50±1
Климатические условия эксплуатации СИКН: - температура воздуха внутри помещения СИКН, °С - температура воздуха внутри помещения, где размещена система сбора, обработки информации и управления, °С - относительная влажность окружающего воздуха, %, не более - атмосферное давление, кПа, не более	от +5 до +25 от +15 до +21 95 101,3

Т а б л и ц а 4 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится в нижней части титульного листа инструкции по эксплуатации СИКН типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность СИКН приведена в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Комплектность СИКН

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Система измерений количества и показателей качества нефти приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Луговое»	–	1
Инструкция по эксплуатации	–	1

Сведения о методиках (методах) измерений

представлены в документе МН 1353-2024 «ГСИ. Масса нефти. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефти прямо-сдаточного пункта (ПСП) «Луговое», свидетельство об аттестации № RA.RU.310652-047/01-2024.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (перечень, пункт 6.1.1)

Приказ Росстандарта от 26.09.2022 № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»

(ООО «РИТЭК»)

Юридический адрес: 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинская, д. 120А

Адрес: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Ленинградская, 16

E-mail: inna.batsunova@lukoil.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг»

(ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»)

ИНН 0278096217

Адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 205а, этаж 1, офис 19

Телефон/ факс: (347) 292-79-10/ (347) 292-79-15

E-mail: ozna-eng@ozna.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 19

Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7 «а»

Телефон: +7(843) 272-70-62

Факс: +7(843)272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592

В части вносимых изменений

Акционерное общество «Нефтеавтоматика»

(АО «Нефтеавтоматика»)

ИНН 0278005403

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 2а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311366