

Регистрационный № 9446-84

Лист № 1
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы маятниковые для определения твердости лакокрасочных покрытий
2124 ТМЛ

Назначение средства измерений

Приборы маятниковые для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ (далее приборы) предназначены для определения твердости лакокрасочных покрытий в соответствии с ГОСТ 5223-89.

Описание средства измерений

Принцип действия прибора основан на определении времени затухания колебания маятника в зависимости от твердости лакокрасочного покрытия, нанесенного на стеклянную пластинку.

Прибор состоит из основания, маятника, механизма подъема, рукоятки, панели управления, шкалы. Основание предназначено для размещения на нем составных частей прибора. Механизм подъема служит для подъема испытуемой пластинки с покрытием до встречи с опорами маятника. Рукоятка служит для взвода маятника из исходного вертикального положения в рабочее наклонное положение.

Шкала служит для установки маятника в исходное вертикальное положение на «Нуль», фиксации маятника в рабочем наклонном положении, пуска маятника и отсчета числа колебаний маятника.

На панели управления размещены на ней кнопки управления, сигнальные лампочки лампочки и счетчик.



Рис.1

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерения количества колебаний маятника	от 0 до 999.
Пределы допускаемой погрешности измерителя маятника	количества колебаний ± 1 колебание.
Масса маятника, г	
типа А (по Кенигу)	$200,0 \pm 0,2$
типа Б (по Персозу)	$500,0 \pm 0,1$
Время уменьшения амплитуды колебания маятника на контрольной стеклянной пластине при измерении углов отклонения, с	
тип А от 6° до 3°	250 ± 10
тип В от 12° до 6°	не менее 420
Питание от сети переменного тока В, Гц	$220^{+10\%}_{-15\%} 50 \pm 1$
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Габаритные размеры	295
ширина	330
высота	720
Масса прибора не более, кг	13
Вероятность безотказной работы прибора не менее	0,92 за 2000 ч
Полный средний срок службы, лет	10

Знак утверждения типа

наносится на фирменную табличку фотохимическим способом и титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- прибор 2124 ТМЛ-1 шт.,
- маятник Кенига-1 шт.,
- маятник Персоза -1шт.,
- пластина контрольная – 1 шт.,
- футляр-1 шт.,
- паспорт - 1экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках измерений указаны в паспорте.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 5233-89 «Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору»

ТУ 25-0612.038-86 «Прибор маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ. Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод испытательных приборов»
(ООО «ЗИП»)

Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 11

Тел./факс: +7 (812) 612-30-03

E-mail: info@ziptest.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУ «Ивановский ЦСМ», регистрационный номер аттестата аккредитации № 30072-11

153000, г. Иваново, ул. Почтовая д.31/42

Тел.: (4932) 32-84-85, (4932) 32-71-48

Факс: (4932) 32-84-85

E-mail: post@csm.ivanovo.ru