

Регистрационный № 97797-26

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики уровня VI-BT

Назначение средства измерений

Датчики уровня VI-BT (далее – датчики) предназначены для непрерывных измерений уровня жидкости и уровня границы раздела двух сред в резервуарах и технологических аппаратах, выносных колонках, с последующей передачей измеренных значений в виде выходного цифрового сигнала по протоколу HART, а также преобразований измеренных значений уровня в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на законе Архимеда, согласно которому на боек датчика, погруженный в жидкость, действует выталкивающая сила. В зависимости от уровня жидкости изменяется степень погружения буйка в жидкость, что приводит к изменению результирующей силы, состоящей из силы тяжести и выталкивающей силы, которую рычаг передачи преобразует в момент и передает на торсионную трубку.

Для модификаций VI-BT-TR-X-X-X-X-X-X момент от торсионной трубки при помощи тяги рычажной передачи преобразуется в силу, которая передается на тензорезистивный чувствительный датчик и преобразуется в электрический сигнал.

Для модификаций VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-X момент преобразуется в поворотное движение, которое передается на магнитную систему и затем на магниточувствительный датчик Холла и преобразуется в электрический сигнал.

Электрический сигнал, обрабатываемый в электронном блоке датчика, с помощью микропроцессора преобразуется в аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока и цифровой сигнал по протоколу HART.

Датчики состоят из двух функциональных блоков:

- чувствительный элемент (далее – ЧЭ):
 - тензорезистивный чувствительный элемент для модификаций VI-BT-TR-X-X-X-X-X-X;
 - магниточувствительный датчик Холла для модификаций VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-X;
 - электронный блок (далее – ЭБ), выполняющий функцию аналого-цифровых преобразований электрического сигнала от ЧЭ в измеренное значение уровня.

Напряжение, пропорциональное выталкивающей силе, с ЧЭ подается на вход электронного усилителя, расположенного в ЭБ, и преобразуется в измеренное значение уровня, которое отображается на жидкокристаллическом дисплее (далее – ЖК-дисплей) датчика, передается в виде выходного цифрового сигнала по протоколу HART, а также преобразовывается в токовый выходной сигнал силы постоянного тока (4-20 мА).

№	Признак
5	Отверстие под кабельный ввод: N – 1/2” NPT (по умолчанию); M – M20×1,5.
6	Одобрения и сертификаты (при наличии нескольких одобрений и сертификатов индексы указываются через «слэш»): Ex – искробезопасная электрическая цепь «ia» согласно ГОСТ 31610.0-2019; Exd – взрывонепроницаемая оболочка согласно ГОСТ 31610.0-2019; Exdia – взрывонепроницаемая оболочка в комбинации с искробезопасной электрической цепью согласно ГОСТ 31610.0-2019; N – общепромышленное исполнение; NC – исполнение из материалов для работы в средах, содержащих сероводород, соответствующих рекомендациям NACE: MR0103, MR0175, ISO 15156-1:2020, ГОСТ Р 53678-2009, ГОСТ Р 53679-2009; SF – исполнение для использования в системах ПАЗ согласно ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018.
7	Опции (при наличии нескольких опций индексы указываются через «слэш»): P – окраска корпуса ЭБ по согласованию с Заказчиком; CD – нестандартное исполнение; BC – исполнение с камерой равномерной выносной; LM – левосторонняя установка ЭБ (по умолчанию – правосторонняя установка ЭБ); SC – обогрев с помощью паровой рубашки; ENC – исполнение с термочехлом в комбинации с электрическим обогревом; N – типовое исполнение.

Серийный номер наносится на металлические маркировочные таблички, расположенные на корпусе ЭБ и межфланцевом корпусе, методом фотохимического травления или лазерной гравировки в виде цифрового кода следующего формата: год производства (две цифры)/условный код исполнения электроники (одна цифра), далее порядковый номер выпущенного датчика (пять цифр).

Общий вид датчиков с указанием мест нанесения знака утверждения типа и серийного номера представлен на рисунке 1. Нанесение знака поверки на датчики не предусмотрено. Пломбирование мест настройки (регулировки) датчиков не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид датчиков с указанием мест нанесения знака утверждения типа и серийного номера

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) датчиков представлено встроенным и сервисным ПО.

Встроенное ПО разделено на метрологически значимую и незначимую части и используется для обработки и отображения измерительной информации, преобразований измеренных значений в выходные сигналы, настройки и самодиагностики.

Метрологические характеристики датчиков нормированы с учетом влияния метрологически значимой части встроенного ПО.

Защита встроенного ПО от несанкционированного доступа осуществляется с помощью системы паролей. Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные встроенного ПО датчиков приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО): – модификации VI-BT-TR-X-X-X-X-X-X – модификации VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-X	9.X.X 7.X
Цифровой идентификатор ПО	-
Примечание – Номер версии встроенного ПО состоит из двух частей: – номер версии метрологически значимой части ПО («9.» или «7.»); – номер версии метрологически незначимой части ПО («X.X» или «X»), где «X» может принимать целые значения в диапазоне от 0 до 99.	

Сервисное ПО, устанавливаемое на персональный компьютер, является метрологически незначимым и предназначено для конфигурирования и диагностики датчиков.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений/преобразований уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред ¹⁾), мм	от 0 до 10000 ²⁾
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред), %	$\pm 0,25; \pm 0,5; \pm 1,0$ ³⁾
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред) от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур при отклонении от нормальных условий измерений, на каждые 10 °С, %	$\pm 0,2$
Диапазон преобразований уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред) в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной к диапазону преобразований погрешности преобразований уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред) в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, %	$\pm (\gamma + 0,05)$ ⁴⁾
Вариация выходного аналогового сигнала силы постоянного тока, %, не более	0,1
Нормальные условия измерений: – температура окружающей среды, °С	от +15 до +25
¹⁾ При разности плотностей двух измеряемых сред не менее 150 кг/м ³ . ²⁾ Датчики могут изготавливаться с любым диапазоном, лежащим внутри приведенного в таблице максимального диапазона, при этом минимальный диапазон датчиков (минимально допустимая алгебраическая разность между значениями верхнего и нижнего пределов) не менее 400 мм. Фактический диапазон указывается в паспорте датчика. ³⁾ Фактические пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред) указываются в паспорте датчика. ⁴⁾ γ – пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности измерений уровня жидкости (уровня границы раздела двух сред).	

Таблица 4 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон возможных значений настроенной массы буйка $M_{настр}$ ¹⁾ , г	от $0,1 \cdot M_{макс}$ до $M_{макс}$ ²⁾
Порог чувствительности, % от настроенного значения массы буйка $M_{настр}$	0,05
Напряжение питания постоянного тока, В: – для модификаций: – VI-BT-X-X-X-X-X-Exd-X, VI-BT-X-X-X-X-X-N-X – для модификаций: – VI-BT-TR-X-X-X-X-X-Ex-X, VI-BT-TR-X-X-X-X-Exdia-X – для модификаций: – VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-Ex-X, VI-BT-MAG-X-X-X-X-Exdia-X	от 12 до 36 от 12 до 30 от 12 до 28
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,2

Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики	Значение
Выходные сигналы: – аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА – цифровой	от 4 до 20 HART
Габаритные размеры корпуса датчика (диаметр×высота), мм, не более: – для модификаций VI-BT-TR-X-X-X-X-X-X – для модификаций VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-X	551×327 551×340
Масса, кг, (без буйка) не более	20
Масса буйка, кг, не более	4,5
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С: – без термочехла – с термочехлом с электрическим обогревом – относительная влажность при температуре +35 °С, % – атмосферное давление, кПа	от -40 до +80 ³⁾ от -60 до +80 ³⁾ до 95 от 84,0 до 106,7
Давление измеряемой среды, МПа, не более	42
Плотность измеряемой среды, кг/м ³	от 300 до 2000
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP66
Маркировка взрывозащиты	0Ex ia IIC T6...T4 Ga X 1Ex db IIC T6...T4 Gb X 1Ex db ia IIC T6...T4 Gb X
¹⁾ Фактическое значение $M_{настр}$ указывается в паспорте датчика. ²⁾ $M_{макс}$ – значение предельно настраиваемой массы буйка, указывается в паспорте датчика. ³⁾ При температурах ниже минус 30 °С и выше +50 °С контрастность индикации ЖК-дисплея снижается, при этом для считывания результатов измерений используется аналоговый или цифровой выходы. Индикация ЖК-дисплея восстанавливается при возвращении температуры в диапазон от минус 30 °С до +50 °С.	

Таблица 5 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средняя наработка на отказ, ч	100000
Средний срок службы, лет	20

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную табличку датчика любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Датчик уровня	VI-BT	1 шт.
Камера уровнемерная выносная	-	1 шт. ¹⁾
Паспорт	-	1 экз.
Руководство по эксплуатации	РЭ-VI-BT-2024-1.1.5	1 экз. ²⁾
	РЭ-VI-BT-2024-1.1.6	1 экз. ³⁾
¹⁾ Поставляется для модификаций с индексом «BC».		
²⁾ На партию. Для модификаций VI-BT-TR-X-X-X-X-X-X.		
³⁾ На партию. Для модификации VI-BT-MAG-X-X-X-X-X-X.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документов:

- РЭ-VI-BT-2024-1.1.5 «Датчики уровня VI-BT-TR. Руководство по эксплуатации»;
- РЭ-VI-BT-2024-1.1.6 «Датчики уровня VI-BT-MAG. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3459 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов»;

ТУ 26.51.52-002-98948803-2024 «Датчики уровня VI-BT. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС»
(ООО «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС»)

Адрес юридического лица: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп.1,
эт. 1, пом. II, ком. 6Д
ИНН 7729564914

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС»
(ООО «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС»)

Адрес юридического лица: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.38, корп.1,
эт. 1, пом. II, ком. 6Д
Адрес места осуществления деятельности: 423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. КАМАЗА, д. 37/2
ИНН 7729564914

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО»

(ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17

Адрес места осуществления деятельности: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, помещение № 1 (комнаты № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), помещение № 2 (комната 15)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314019

