

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14277 от 2 августа 2021 г.

Срок действия до 2 августа 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Расходомеры-счетчики электромагнитные ВИРС-М

Производитель:

ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», г. Минск, Республика Беларусь

Документ на поверку:

МРБ МП.2619-2016 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры-счетчики электромагнитные ВИРС-М. Методика поверки» в редакции с изменением № 5

Интервал времени между государственными поверками:

48 месяцев при применении в качестве расходомеров-счетчиков

60 месяцев при применении в качестве приборов учета воды индивидуальных с диаметром условного прохода до 20 мм

24 месяца при применении в качестве счетчиков учета воды промышленных с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм

48 месяцев при применении в качестве счетчиков учета воды промышленных с диаметром условного прохода свыше 150 мм

24 месяца для расходомеров-счетчиков электромагнитных ВИРС-М, применяемых в составе теплосчетчиков

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.07.2021 № 79

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 06.08.2024 действует в редакции с изменением № 3, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.08.2024 № 86).

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

С.А.Сидоркин