ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

№ 17387 от 14 февраля 2024 г.

Срок действия до 14 февраля 2029 г.

Наименование и обозначение типа средства измерений:
Счетчики газа ультразвуковые «КАТА»

Производитель:
ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», Республика Беларусь

Местонахождение производственной площадки (производственных площадок): –

Методика поверки:
МРБ МП.3822-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа ультразвуковые «КАТА». Методика поверки» в редакции с изменением № 1

Интервал времени между государственными поверками: **120 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14.02.2024 № 12.
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 02.06.2026 действует в редакции с изменением № 1, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 02.06.2026 № 64).

Первый заместитель Председателя _____ А.А.Бурак
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.