

ОКП 42 1151



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**  
**ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, ТПП-1к-П-01, ТПП-2к-П-01,**  
**ТПР-1к-П, ТПР-2к-П, ТПР-1к-П-01, ТПР-2к-П-01**  
Руководство по эксплуатации  
2.821.135 РЭ

СОГЛАСОВАНО:

Раздел 3 «Поверка»

Зам. директора по качеству

ФГУП «УНИИМ»

  
В.В. Казанцев

« 10 » 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

Раздел 3 «Поверка»

Руководитель ГЦИ СИ

Директор ФГУ «Челябинский ЦСМ»

  
А.И. Михайлов

2010 г.



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с работой термопреобразователей и содержит необходимый объём сведений, достаточных для их правильной эксплуатации. Использование термопреобразователей должно производиться только после ознакомления со всеми разделами руководства по эксплуатации.

## **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **1.1 Назначение**

Преобразователи термоэлектрические с одним чувствительным элементом *ТПП-1к-П, ТПП-1к-П-01, ТПР-1к-П, ТПР-1к-П-01*, с двумя чувствительными элементами *ТПП-2к-П, ТПП-2к-П-01, ТПР-2к-П, ТПР-2к-П-01* (в дальнейшем – ТП), предназначены для измерения температуры газообразных окислительных и нейтральных сред, воздуха, инертных газов, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры. ТП имеют полость для установки проверочного преобразователя термоэлектрического (в дальнейшем ТП-П) типа *ТПП-П, ТНН-П* ТУ 4211-036-00226253-2009 предназначенного для периодического контроля значений температуры измеряемых ТП на месте их установки, или другого типа при этом максимальный диаметр проверочного преобразователя не более 3 мм. Габаритные размеры и исполнения указаны в приложении А.

### **1.2 Устройство и работа**

1.2.1 Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочим и свободными концами.

Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности температур в соотношении установленном ГОСТ Р 8.585.

1.2.2 Термопреобразователи состоят из одного, двух чувствительных элементов, установленных эксцентрично относительно оси арматуры в длиннономерный капилляр, внутреннего защитный керамический чехол, наружной защитной арматуры из материала ХН45Ю и головки для внешнего подключения. В полость возможна установка проверочного термопреобразователя для периодического контроля температуры на рабочем месте.

В головке термопреобразователя находится клеммная колодка, предназначенная для подключения свободных концов ЧЭ и компенсационных проводов. Положительные платинородиевые электроды присоединяются к контактам со знаком «+». Клеммная колодка имеет дополнительное отверстие  $\varnothing 8$  мм для установки в полость проверочного термопреобразователя  $\varnothing 3$  мм.

### **1.3 Маркировка**

1.3.1 На табличке, прикреплённой к корпусу ТП, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа ТП;
- дата выпуска (год, месяц);
- условное обозначение НСХ;
- класс по ГОСТ6616 или допускаемое отклонение
- рабочий диапазон измерений;

– порядковый номер ТП по системе нумерации изготовителя.

1.3.2 Маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх».

#### **1.4 Упаковка**

1.4.1 Термопреобразователи и прилагаемая к ним техническая и товаро-сопроводительная документация поставляются в транспортной таре в соответствии с чертежами предприятия – изготовителя.

1.4.2 Упаковку термопреобразователей производят в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 %.

### **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

#### **2.1 Подготовка к работе и использование**

2.1.1 Проверьте сохранность тары и пломбы на ней, снимите пломбу, распакуйте термопреобразователь и проверьте комплектность.

2.1.2 Проведите внешний осмотр. Проверьте соответствие габаритных размеров и маркировки полярности. Проверьте соответствие паспортной таблички основным техническим данным в руководстве по эксплуатации.

2.1.3 Выдержите термопреобразователь после извлечения из упаковки при температуре  $(25 \pm 10)$  °С и относительной влажности от 30 % до 80 % в течение 1-2 часов. С головки термопреобразователя снимите крышку, предварительно проверив и сняв пломбу.

2.1.4 Проверьте целостность токоведущей части омметром. При наличии обрыва проверить фиксацию выводов ЧЭ на клеммной колодке.

2.1.5 Подсоедините удлинительные провода с соблюдением полярности к контактам в головке термопреобразователя.

2.1.6 Проверьте наличие цепи после подключения к контактам колодки удлинительных проводов.

2.1.7 Проверьте электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью арматуры мегаомметром при испытательном напряжении 100 В.

2.1.8 Установите крышку, используя винты и шайбы, хранившиеся в головке термопреобразователя.

2.1.9 Установите термопреобразователь в соответствующее гнездо и подключите к вторичному прибору. Если термопреобразователь устанавливается на работающей печи, то он должен устанавливаться в гнездо медленно, а в рабочее пространство печи со скоростью не более 60 мм/мин.

2.1.10 При контроле показаний температуры с помощью проверочного термопреобразователя:

– с головки термопреобразователя ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, ТПП-1к-П-01, ТПП-2к-П-01, ТПР-1к-П, ТПР-2к-П, ТПР-1к-П-01, ТПР-2к-П-01 снимите крышку;

- проверочный термопреобразователь установите в полость термопреобразователя ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, ТПП-1к-П-01, ТПП-2к-П-01, ТПР-1к-П, ТПР-2к-П, ТПР-1к-П-01, ТПР-2к-П-01, подключите к вторичному прибору, дождитесь установившихся показаний и произведите их отсчет.

## 2.2 Эксплуатационные ограничения

Монтаж термопреобразователей на объекте должен выполняться в соответствии со следующими требованиями.

2.2.1 Термопреобразователь не должен подвергаться термоудару (резкому нагреванию и охлаждению).

2.2.2 После установки термопреобразователя для предотвращения перегрева головки произвести герметизацию зазора между термопреобразователем и футеровкой печи огнеупорной материалом.

2.2.3 Для увеличения срока службы демонтаж исправного термопреобразователя рекомендуется производить только для проведения проверки/калибровки.

2.2.4 Температура головки термопреобразователя не должна превышать 85 °С.

2.2.5 В местах установки термопреобразователей не должно быть притоков холодного воздуха или прорыва наружу нагретых газов. Глубина погружения термопреобразователей должна быть максимальной (или в соответствии с требованиями местных инструкций), благодаря чему увеличивается ее тепловоспринимающая поверхность. Располагать их следует в местах, где наибольшая скорость потока среды, в результате чего будет увеличиваться коэффициент теплопередачи.

2.2.6 При измерении температур более 400 °С термопреобразователи рекомендуется устанавливать вертикально. При горизонтальном размещении для предотвращения деформации необходимо устанавливать дополнительную опору.

2.2.7 При горизонтальном и наклонном монтаже штуцер для ввода проводов в головку термопреобразователя, как правило, должен быть направлен вниз.

2.2.8 Рабочий конец термопары необходимо располагать в середине измеряемого потока. Конец погружаемой части термопары должен выступать за ось потока на 5 - 10 мм.

2.2.9 При присоединении к термопреобразователям компенсационных проводов необходимо строго соблюдать полярность. Свободные концы термопреобразователей должны иметь постоянную температуру.

2.2.10 Соединительные линии от термопреобразователей должны быть защищены от механических повреждений, электрических помех, влияния высокой температуры и влажности окружающей среды.

2.2.11 Соединительные линии должны иметь минимальное сопротивление, которое для всех соединительных и компенсационных проводов вместе с термопарой не должно превышать паспортное значение внешней цепи, подключаемой к прибору.

2.2.12 Особое внимание следует обратить на снижение переходных сопротивлений в клеммных зажимах и переключателях. На соединительных линиях запрещается применять однополюсные переключатели, так как возможный электрический контакт между отдельными термопарами приводит к искажению показаний прибора.

### 3 ПОВЕРКА

3.1 Настоящий раздел устанавливает методику поверки погружаемых термоэлектрических преобразователей типов ТХА-1к-П, ТХА-2к-П ТНН-1к-П, ТНН-2к-П (далее-ТП). Первичная поверка до ввода в эксплуатацию ТП и ТП-П производится в соответствии с ГОСТ 8.338 «ГСИ Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки», а периодическая – по методике настоящего раздела.

Требования к организации, порядку проведения и формы представления результатов поверки по ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». Интервал между поверками 1 год.

3.2 Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, условия поверки, подготовка и проведение поверки, обработка и оформление результатов поверки по ГОСТ 8.338.

3.3 Допускается определение термоэлектродвижущей силы ТП при периодической поверке проводить на объекте. Проверку проводить по методике 3.4 на одном или нескольких температурных уровнях, в зависимости от режима работы объекта, на котором установлен поверяемый ТП.

#### 3.4 Определение термоэлектродвижущей силы ТП при заданных значениях температуры.

##### 3.4.1 Средства поверки.

3.4.1.1 При проведении поверки используют следующие средства измерений:

- преобразователи термоэлектрические кабельные эталонные 3-го разряда КЭТНН с расширенной неопределенностью, при доверительной вероятности 0,95, указанной в таблице 2.

Таблица 2.

Температура, °С	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Расширенная неопределенность КЭТНН	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,15	1,20	1,30	1,35	1,50

- двух- или многоканальные микропроцессорные измерители температуры с пределами допускаемой основной относительной погрешности не более  $\pm 0,005$  %, с возможностью автоматической записи результатов измерений, например, система поверки термопреобразователей автоматизированная АСПТ.

3.4.1.2. При поверке применяют следующие вспомогательные средства:

- удлиняющие термоэлектродные провода, в паре имеющие в заданном диапазоне температуры номинальную статическую характеристику основной термодпары. Величина ТЭДС при температуре рабочего и свободного концов удлинительных проводов, соответственно равной 100 °С и 0 °С, не должна отклоняться от НСХ более чем на  $\pm 0,2 \Delta$  доп.,

где  $\Delta$  доп. - предел допускаемых отклонений значений ТЭДС ТП от значений НСХ по ГОСТ 8.585-2001.

Отклонение от НСХ не превышает  $\pm 0,3$  °С.

Отклонение от НСХ не превышает  $\pm 0,3$  °С.

3.4.1.3 Все применяемые средства измерений должны быть поверены.

3.4.1.4 Допускается применять другие средства измерений, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики.

### 3.4.2 Условия поверки

3.4.2.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

температура, относительная влажность и барометрическое давление воздуха в помещении должны соответствовать нормам, установленным для них в НД по эксплуатации измерительного прибора.

**Примечание** - Для рекомендуемой системы поверки термопреобразователей АСПТ условия эксплуатации следующие:

-температура	от 0°С до 50 °С;
-относительная влажность воздуха	менее 80 %.
-атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа

### 3.4.3 Подготовка ТП к поверке:

- с головки термопреобразователя снимите крышку;
- КЭТНН установите в полость поверяемого термопреобразователя таким образом, чтобы рабочий торец КЭТНН гарантировано упирался в дно защитного чехла поверяемого термопреобразователя.
- Для ТПП-1к-П и ТПП-2к-П подключите удлиняющий провод, соответствующий поверяемому термопреобразователю, к ЧЭ поверяемого термопреобразователя и к измерительному прибору.
- подключите КЭТНН к измерительному прибору.

### 3.4.4 Проведение поверки

3.4.4.1 В зависимости от режима работы объекта, на котором установлен термопреобразователь поверку производят на одном или нескольких температурных уровнях  $t_{пов}$ .

3.4.4.2 Температуру объекта контролируют с помощью КЭТНН.

При проведении измерений температурный ход не должен превышать 3 °С/мин.

3.4.4.3 Цикл контрольных измерений допускается производить с использованием режима автоматической записи показаний КЭТНН и ЧЭ поверяемого ТП.

Интервалы времени между двумя последовательными записями показаний каждого ТП во всем контрольном цикле не должны превышать 3 секунд. Запись показаний ведется до получения не менее 30 отсчетов показаний КЭТНН и ЧЭ поверяемого ТП.

### 3.4.5 Обработка результатов измерений

3.4.5.1 По результатам измерений, выполненных в соответствии с 3.4.4.3 вычисляют разницу показаний ЧЭ ТП и показаний КЭТНН для каждого отсчета по формуле (1)

$$\Delta_{изм}^i = t_{пов}^i - t_{иэ}^i \quad (1)$$

Затем вычисляют среднее арифметическое значение.

$$\Delta_{изм} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta_{изм}^i}{n} \quad (2)$$

где  $n$  - число отсчетов в цикле измерений.

Результат вычисления  $\Delta_{изм}$  заносят в протокол поверки.

3.4.5.2 Вычисляют среднее арифметическое значение показаний КЭТНН

$$t_{иэ} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{иэ}^i}{n} \quad (3)$$

Результат вычисления  $t_{иэ}$  заносят в протокол поверки.

3.4.5.3 Определяют поправку  $\Delta_{эт}$ . Для этого используют приведенные в свидетельстве на поверку КЭТНН функцию отклонения от НСХ или таблицу поправок (см. приложение В).

Среднее значение показаний КЭТНН  $t_{иэ}$  подставляют в функцию отклонения и вычисляют поправку  $\Delta_{эт}$ . В случае использования таблицы поправок из свидетельства о поверке КЭТНН поправку вычисляют линейной интерполяцией между двумя ближайшими значениями температур.

Результат вычислений  $\Delta_{эт}$  заносится в протокол поверки.

3.4.5.4 Вычисляют отклонение показаний ЧЭ поверяемого ТП от НСХ:

$$\Delta_{пов} = \Delta_{изм} - \Delta_{эт} \quad (4)$$

Результат вычислений  $\Delta_{пов}$  заносится в протокол поверки.

3.4.5.5 Для ЧЭ поверяемого ТП определяют  $\Delta_{доп}$  по ГОСТ 6616.

Результат вычислений  $\Delta_{доп}$  заносится в протокол поверки.

3.4.5.6 Проверяют выполнение условия:

$$2U(\Delta_{пов}) \leq \Delta_{доп} \quad (5)$$

Примечание. Расчет  $U(\Delta_{пов})$  в справочном приложении Г.

3.4.5.7 Проверяют выполнение условия пригодности ТП для дальнейшего применения:

при выполнении условия (5)  $\Delta_{пов} \leq \Delta_{доп}$

при невыполнении условия (5)  $\Delta_{изм} - \Delta_{эт} + U(\Delta_{пов}) \leq +\Delta_{доп}$

$$\Delta_{изм} - \Delta_{эт} - U(\Delta_{пов}) \leq -\Delta_{доп} \quad (6)$$

3.4.5.8 ТП, ЧЭ которых не удовлетворяют требованию 3.4.5.6, должны быть переведены в более низкий класс точности или забракованы. 3.4.5.9 Результат поверки признается положительным при выполнении требований пункта 3.4.5.7 и следующего условия:

$$S_{изм} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta'_{изм} - \Delta_{изм})}{n-1}} \leq 0,3 \quad (7)$$

СКО единичных измерений разницы температур должна быть не более 0,3 °С.

### 3.4.6 Оформление результатов поверки

3.4.6.1 Положительные результаты поверки оформляют нанесением поверительного клейма в паспорте ТП, или оформляется свидетельство о поверке.

В паспорте или свидетельстве производится запись: ТП соответствует классу допуска 2 в интервалах температур, включающих значения одной или нескольких температур в которых определялось отклонение показаний ЧЭ ТП от НСХ ( $t_{пов} \pm 50$ ) °С.

ТП, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики или НД на них, к дальнейшему применению не допускают. Выдается извещение о непригодности к дальнейшему применению с указанием причин.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Периодичность планово-предупредительных осмотров термопреобразователей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

4.2 Проверки при планово-предупредительных осмотрах в эксплуатации проводят в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Наименование операции проверки	Методы проверки
1. Состояние внешнего вида	1. Проверяется визуально
2. Осмотр выводных концов	2. Проверяется визуально
3. Электрическое сопротивление изоляции между термоэлектродами и металлической частью защитной арматуры	4. Проверяется мегаомметром с номинальным напряжением 100 В. Должно быть не менее 100 МОм при температуре $(25 \pm 10)$ °С и относительной влажности до 80 %

## **5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователя во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

6.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах - условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование термопреобразователей в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.3 Требования к хранению в складских помещениях – по ГОСТ Р 52931.

6.4 Не допускается хранение термопреобразователей без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

6.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования термопреобразователи, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность их перемещения.

Приложение А  
(справочное)

Т а б л и ц а А.1 - Габаритные размеры, масса и исполнения

Условное обозначение исполнения	Лм, мм	Масса, кг, не более
ТПП-1к-П ТПП-2к-П ТПР-1к-П ТПР-2к-П	500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	1,1...4,0
ТПП-1к-П-01 ТПП-2к-П-01 ТПР-1к-П-01 ТПР-2к-П-01	600, 650, 710, 800, 1000, 1250, 1600	1,4...2,7




Рисунок А.1 – ТПП-1к-П, ТПП-2к-П, ТПР-1к-П, ТПР-2к-П




Рисунок А.2 – ТПП-1к-П-01, ТПП-2к-П-01, ТПР-1к-П-01, ТПР-2к-П-01



**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(справочное)

**Образец свидетельства о поверке КЭТНН.**  
**Лист №2 Метрологические характеристики.**

**Метрологические характеристики**

1. Диапазон температур от 200 °С до +1100 °С

2. Расчет действительной температуры:  $t_{ДЕЙСТ} = t_{ИЗМ}^{НСХ} + \Delta_{ЭТ}(t_{ИЗМ}^{НСХ})$

где  $t_{ИЗМ}^{НСХ}$  - показания измерительного прибора в градусах Цельсия или температура определенная по стандартной функции

$$t_{ИЗМ}^{НСХ} = f(E_{ИЗМ}) \text{ по ГОСТ Р 8.585}$$

$\Delta_{ЭТ}(t_{ИЗМ}^{НСХ})$  - поправка к показаниям эталонной термомпары

$$\Delta_{ЭТ}(t_{ИЗМ}^{НСХ})$$

3. Расчет поправок

$$\Delta_{ЭТ}(t_{ИЗМ}^{НСХ}) = \sum_{i=0}^2 A_i \times (t_{ИЗМ}^{НСХ}) \quad A_0 = 3,79122$$

$$A_1 = -0,01426$$

$$A_2 = 6,57E-06$$

Температура, °С	$\Delta_{ЭТ}$ , °С	Температура, °С	$\Delta_{ЭТ}$ , °С
200	1,2	750	-3,0
250	0,6	750	-3,2
300	0,1	800	-3,4
350	-0,4	850	-3,6
400	-0,9	900	-3,7
450	-1,3	950	-3,8
500	-1,7	1000	-3,9
550	-2,1	1050	-3,9
600	-2,4	1100	-3,9
650	-2,7		

4. Расширенная неопределенность КЭТНН при доверительной вероятности 0,95.

°С	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
U	0,85	0,9	0,96	1,0	1,05	1,15	1,2	1,3	1,35	1,5

5. Разряд - третий.

Главный метролог \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Поверитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

**Пример оценки расширенной неопределенности измерения при поверке ТПП-1к-П по эталонной ТП типа КЭТНН, при проведении поверки по месту использования поверяемой ТП в диапазоне температур от 200 °С до 1100 °С**

Бюджет неопределенности поверки рассчитывается в соответствии с РМГ 43-2001 «Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».

Г.1 Поверка термопар модификации ТПП-1к-П, осуществляется путем нахождения разницы между показаниями эталонной термопары типа КЭТНН, устанавливаемой в дополнительный канал чехла рабочей термопары, и показаниями чувствительного элемента. Поверка проводится без демонтажа рабочей термопары, на месте её установки.

### Г.2 Средства измерений, используемые при поверке

#### Г.2.1 Эталонная кабельная термопара 3-го разряда КЭТНН

Расширенная неопределенность поверки КЭТНН, включая нестабильность за время использования,  $U_{КЭТНН}$  от  $\pm 0,85$  °С при 200° С до  $\pm 1,5$  °С при 1100 °С (см. таблицу 2 методики).

#### Г.2.2 Измерительный прибор АСПТ

Предел допускаемой основной погрешности ( $\Delta_{пр}$ ), не более  $\pm 0,005$  %.

Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной (23 °С + 5 °С) в диапазоне от 0 °С до плюс 50 °С, не превышает 0,1 предела допускаемой основной погрешности. Разрешающая способность прибора  $a_{шкалы} = 0,1$  °С

#### Г.2.3 Удлинительный провод

Отклонение от НСХ при перепаде температуры по длине адаптера от 60 °С (максимально допустимая температура на разъеме КЭТНН) до 0 °С  $\Delta_{провода} = \pm 0,18$  °С.

### Г.3 Результаты измерений

Проводят не менее 30 измерений. Максимально допустимый дрейф показаний любой из термопар за время измерений 3 °С. Средняя квадратичная погрешность единичных измерений разницы температур  $S_{ИЗМ}$  должна быть не более 0,3.

### Г.4 Бюджет неопределенности.

Расширенная неопределенность вычисления поправки  $\Delta_{ЭТ}$  к КЭТНН берется из свидетельства о поверке КЭТНН. Бюджет неопределенности измерения разницы показаний поверяемой и эталонной термопар приведен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 - Бюджет неопределенности измерения разности показаний поверяемой и эталонной термопар

Источник неопределенности, тип, распределение, метод расчета	Оценка стандартной неопределенности	Коэффициент влияния	Вклад в суммарную стандартную неопределенность
Случайные эффекты при измерении, тип А, нормальное распределение, $u_{СКО}$	0,05	1	0,05
Нестабильность температуры в печи, тип В, равномерное распределение, $u_{дрейф} = \Delta_{СТ}/\sqrt{3}$ $\Delta_{СТ} = 0,05$	0,03	1	0,03
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной в диапазоне от 0 °С до плюс 50°, тип В, равномерное распределение, $u_{ОКР} = 0,1 \Delta_{ПР} / \sqrt{3}$	0,0003	$\sqrt{2}$	0,0004
Предел допускаемой основной погрешности прибора, тип В, нормальное распределение, $u_{прибора} = \Delta_{ПР} / \sqrt{3}$	0,003	$\sqrt{2}$	0,004
Разрешающая способность измерительного прибора, тип В, равномерное распределение, $u_{шкалы} = a_{шкалы} / 2\sqrt{3}$	0,03	$\sqrt{2}$	0,04
Удлинительный провод, тип В, равномерное распределение, $u_{провода} = \Delta_{провода} / \sqrt{3}$	0,1	1	0,1

**Г.4 Суммарная стандартная неопределенность измерения разницы показаний поверяемой и эталонной термопар**

$$u_c(\Delta_{изм}) = \sqrt{u_{СКО}^2 + c_{ПР} \cdot u_{прибора}^2 + c_{ПР} \cdot u_{шкалы}^2 + c_{ПР} \cdot u_{ОКР}^2 + c_{ПР} \cdot u_{дрейф}^2 + u_{провода}^2}$$

**Г.5. Суммарная стандартная неопределенность поверки ГП.**

$$u_c(\Delta_{пов}) = \sqrt{u_c^2(\Delta_{изм}) + (U_{КЭТНН}/2)^2}$$

**Г.6. Расширенная неопределенность поверки.**

$$U(\Delta_{пов}) = k \cdot u_c(\Delta_{пов})$$

$k = 2$ , что соответствует доверительной вероятности 95%.

**Г.7. Расширенная неопределенность измерения при поверке ТПП-1к-П по эталонной ТП типа КЭТНН, при проведении поверки по месту использования поверяемой ТП в диапазоне температур от 200 °С до 1100 °С**

<b>Температура, °С</b>	<b>Расширенная неопределенность поверки рабочего ТП, °С</b>
200	0,88
300	0,93
400	0,98
500	1,03
600	1,08
700	1,18
800	1,22
900	1,32
1000	1,37
1100	1,52

### **Контактная информация**

---

**Адрес:** 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36

**Телефон:** (+7 351) 725-75-00 (многоканальный)

**Факс:** (+7 351) 725-89-59

**E-mail:** [prod.sales@mail.tpchel.ru](mailto:prod.sales@mail.tpchel.ru)

**Internet-адрес:** <http://www.tpchel.ru>

**Сервисная служба:** (+7 351) 725-75-00, добавочный 1662

**Отдел продаж:** (+7 351) 725-75-00, добавочный 7401,7402,7405

**Отдел по работе с дилерами:** (+7 351) 725-75-00, добавочный 7408

**Отдел маркетинга:** (+7 351) 725-75-00, добавочный 7400

**Отдел закупок:** (+7 351) 725-75-00, добавочный 7403

**Техническая поддержка:**

- термометрия: (+7 351) 725-76-90
- вторичные приборы контроля и регулирования,  
функциональная аппаратура: (+7 351) 725-76-38

**Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»**

---

ЧТП