



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

С.А. Денисенко

подпись

расшифровка подписи



«23» 03 2026 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Трансформаторы напряжения емкостные TYD220

Методика поверки

РТ-МП-515-201/1.1-2026

г. Москва
2026 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки (далее – методика) применяется с момента утверждения настоящей методики для поверки трансформаторов напряжения емкостных ТУД220 (далее - трансформаторы).

1.2 При определении метрологических характеристик трансформаторов в рамках проводимой поверки обеспечивается передача единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 07.08.2023 № 1554, подтверждающей прослеживаемость к государственному первичному специальному эталону ГЭТ 175-2023.

1.3 Определение метрологических характеристик трансформаторов осуществляется методом сличения при помощи компаратора.

1.4 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблицах 1 и 2 настоящей методики поверки.

Таблица 1 – Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений

Класс точности	Первичное напряжение, % от номинального значения	Пределы допускаемой погрешности			Диапазон мощности нагрузки, % от номинального значения
		напряжения	угловой		
		%	мин	срад	
0,2	80	±0,2	±10	±0,3	25 ¹⁾ -100
	100	±0,2	±10	±0,3	25 ¹⁾ -100
	120	±0,2	±10	±0,3	25 ¹⁾ -100
0,5	80	±0,5	±20	±0,6	25 ¹⁾ -100
	100	±0,5	±20	±0,6	25 ¹⁾ -100
	120	±0,5	±20	±0,6	25 ¹⁾ -100

Примечание

нижний предел диапазона мощности нагрузки указывается в эксплуатационной документации или на табличке технических данных трансформаторов

Таблица 2 - Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для защиты

Класс точности	Первичное напряжение, % от номинального значения	Пределы допускаемой погрешности			Диапазон мощности нагрузки, % от номинального значения
		напряжения	угловой		
		%	мин	срад	
3P	2	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100
	5	±3,0	±120	±3,5	25 ¹⁾ -100
	80	±3,0	±120	±3,5	25 ¹⁾ -100
	100	±3,0	±120	±3,5	25 ¹⁾ -100
	120	±3,0	±120	±3,5	25 ¹⁾ -100
	150	±3,0	±120	±3,5	25 ¹⁾ -100
6P	2	±12,0	±480	±14,0	25 ¹⁾ -100
	5	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100
	80	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100
	100	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100
	120	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100
	150	±6,0	±240	±7,0	25 ¹⁾ -100

Примечание

¹⁾ нижний предел диапазона мощности нагрузки указывается в эксплуатационной документации или на табличке технических данных трансформаторов.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 Выполняемые при поверке операции указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень операций, выполняемых при поверке

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
Контроль условий поверки	да	да	3
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	9

В случае отрицательного результата поверки хотя бы по одному пункту поверку прекращают, а средство измерений считается непригодным к применению. Поверка не производится до устранения выявленных замечаний.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды: от +5 °С до +35 °С;
- атмосферное давление – от 84 до 106 кПа;
- относительная влажность воздуха – от 30 % до 80 %;
- колебания напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений – не более ± 5 %;
- коэффициент гармоник кривой переменного напряжения и источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений – не более ± 5 %.

3.2 Перед проведением поверки трансформаторы выдерживают на месте поверки не менее трех часов.

3.3 Средства поверки готовят к работе согласно указаниям, приведенным в эксплуатационной документации на них.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые трансформаторы и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица в количестве 2 человек, являющиеся специалистами организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, непосредственно осуществляющие поверку средств данного вида измерений, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие удостоверение на право работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и группу по электробезопасности не ниже III.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

При поверке трансформаторов должны использоваться основные и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 4. Эталоны единиц величин должны быть аттестованы, средства измерений, используемые при поверке должны быть утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке.

Таблица 4 - Перечень основных и вспомогательных средств поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 3 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 5 °С до плюс 35 °С с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности не более $\pm 0,7$ °С; Средства измерений влажности воздуха в диапазоне от 30 % до 80 % с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений не более $\pm 2,5$ %; Средства измерений давления в диапазоне от 84 до 106 кПа с пределами допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 1,5$ %; Средства измерений напряжения, частоты и формы кривой напряжения источника питания	Измеритель-регистратор комбинированный Librotech SX 100-P, рег.№ 80508-20; Регистратор показателей качества электрической энергии Парма РК3.01, рег.№25731-05
п. 9 Определение метрологических характеристик средства измерений	Эталон единицы коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты, соответствующий требованиям к рабочим эталонам 2 разряда по приказу Росстандарта от 07.08.2023 № 1554 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений коэффициентов масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от $0,1/\sqrt{3}$ до $750/\sqrt{3}$ и средств измерений электрической емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ» в диапазоне от $4,4/\sqrt{3}$ до $330/\sqrt{3}$ кВ;	Трансформатор напряжения измерительный эталонный 4820spez, рег.№ 25586-03. Трансформатор напряжения измерительный эталонный NVRD 40, рег.№ 32397-06.

Продолжение таблицы 4

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
	Прибор сравнения с диапазоном измерений погрешности напряжения от -20% до $+20\%$ и угловой погрешности от -600 до $+600$ мин; Нагрузочное устройство с номинальным значением напряжения переменного тока $100/\sqrt{3}$ В и $100/3$ В, значений полной мощности нагрузки 10, 15 и 100 В·А с $\cos\varphi=0,8$, погрешностью $\pm 4\%$; Источник напряжения до 191 000 В	Прибор сравнения КНТ-05, рег.№ 37854-08; Прибор электроизмерительный многофункциональный «Энергомонитор-61850», рег.№ 73445-18; Магазин нагрузок МР3025, рег.№ 22808-07 Источник высокого напряжения ИВН-500; Лабораторный автотрансформатор однофазный

Примечание

Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице 4.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки соблюдают требования ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности», требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на средства поверки и поверяемые трансформаторы, а также выполняют комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, установленных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.2 Перед проведением операций поверки средства измерений, подлежащие заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно быть произведено ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

6.3 Все отключения и включения высокого напряжения должны проводиться соответствующим персоналом высоковольтного зала или электроэнергетического объекта.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого трансформатора требованиям:

- выводы первичной и вторичной обмоток должны быть исправными и иметь маркировку, соответствующую ГОСТ Р МЭК 61689-5-2019 «Трансформаторы измерительные. Часть 5. Дополнительные требования к емкостным трансформаторам напряжения»;

- заземляющий зажим должен иметь соответствующее обозначение;

- отдельные части трансформатора должны быть прочно закреплены;

- наружные поверхности трансформатора не должны иметь дефектов изоляции, загрязнений;

- должно быть предусмотрено место для пломбирования;

- должны быть табличка с маркировкой по ГОСТ Р МЭК 61689-5-2019 «Трансформаторы измерительные. Часть 5. Дополнительные требования к емкостным трансформаторам напряжения».

7.2 При несоответствии п.7.1 трансформаторы бракуются и поверка прекращается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Перед проведением поверки выполняются следующие подготовительные работы:

– изучается паспорт и руководство по эксплуатации на поверяемый трансформатор и на применяемые средства поверки;

– подготавливаются к работе средства поверки в соответствии с их руководствами по эксплуатации;

– поверяемый трансформатор и средства поверки выдерживаются в условиях окружающей среды, указанных в разделе 3, не менее 3 ч, если они находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в разделе 3;

– выполняются организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности, указанные в разделе 6;

– измеряются и заносятся в протокол поверки условия поверки, а также данные о вспомогательном оборудовании, поверяемом трансформаторе и эталоне.

8.2 Проверку правильности обозначений выводов и групп соединений обмоток поверяемого трансформатора проводят методом постоянного тока.


Примечание

Если в приборе сравнения есть устройство сигнализации неправильного включения, то проверку правильности обозначений выводов и групп соединений обмоток поверяемого трансформатора проводят одновременно с проверкой правильности подключения эталонного компонента и поверяемого трансформатора к данному прибору при собранной схеме поверки непосредственно перед операцией определения погрешностей.

Трансформаторы с отрицательными результатами по данному пункту к дальнейшей поверке не допускают.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Погрешности напряжения и угловые погрешности трансформаторов определяются по схеме в соответствии с рисунком 1. Эталонный трансформатор подключают к прибору сравнения проводниками сопротивлением не более 0,06 Ом.



G – источник высокого напряжения; TV₃ – эталонный трансформатор; R₁ – нагрузочное устройство эталонного трансформатора; TV_x – проверяемый трансформатор; R₂ – нагрузочное устройство проверяемого трансформатора; PV_Δ – прибор сравнения

Рисунок 1 – Схема определения погрешностей напряжения и угловых погрешностей трансформаторов

9.2 Проводят проверку правильности подключения прибора сравнения в соответствии с эксплуатационной документацией. Если схема уравнивается, то это свидетельствует о правильности подключения и, соответственно, о правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток проверяемого трансформатора. Если срабатывает сигнализация неправильного включения, то нужно поменять местами провода на выводах вторичной обмотки проверяемого трансформатора.

При обнаружении неправильного обозначения выводов и групп соединений обмоток проверяемого трансформатора дальнейшую проверку не проводят.

9.3 Определение метрологических характеристик обмоток трансформаторов классов точности 0,2 и 0,5 (погрешность напряжения и угловая погрешность) проводится при значениях испытательных режимов, указанных в таблице 5, при частоте 50 Гц при увеличении и при уменьшении напряжения. Разность значений погрешностей трансформаторов классов точности 0,2 не должна превышать 0,1 предела допускаемых погрешностей проверяемого трансформатора.

Таблица 5 – Перечень испытательных режимов для обмоток трансформаторов класса точности 0,2 и 0,5

Номер режима	Напряжение переменного тока	Нагрузка
1	$0,8 \cdot U_{\text{НОМ}}$	$0,25 \cdot S_{\text{НОМ}}^{1)}$ и $S_{\text{НОМ}}$
2	$U_{\text{НОМ}}$	$0,25 \cdot S_{\text{НОМ}}^{1)}$ и $S_{\text{НОМ}}$
3	$1,2 \cdot U_{\text{НОМ}}$	$0,25 \cdot S_{\text{НОМ}}^{1)}$ и $S_{\text{НОМ}}$

Примечание

¹⁾ нижний предел диапазона мощности нагрузки указывается в эксплуатационной документации или на табличке технических данных трансформаторов.

9.4 Определение метрологических характеристик обмоток трансформаторов классов точности 3Р и 6Р (погрешность напряжения и угловая погрешность) проводится при значениях испытательных режимов, указанных в таблице 6, при частоте 50 Гц.

Таблица 6 – Перечень испытательных режимов для обмоток трансформаторов класса точности 3Р и 6Р

Номер режима	Напряжение переменного тока	Нагрузка
1	$0,02 \cdot U_{\text{ном}}^{1)}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$
2	$0,05 \cdot U_{\text{ном}}^{1)}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$
3	$0,8 \cdot U_{\text{ном}}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$
4	$U_{\text{ном}}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$
5	$1,2 \cdot U_{\text{ном}}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$
6	$1,5 \cdot U_{\text{ном}}^{1)}$	$0,25 \cdot S_{\text{ном}}^{2)}$ и $S_{\text{ном}}$

Примечание:

1) проводится только первичная поверка

2) нижний предел диапазона мощности нагрузки указывается в эксплуатационной документации или на табличке технических данных трансформаторов.

9.5 Эталонный трансформатор нагружается на нагрузочное устройство R_1 , на котором устанавливается паспортное значение мощности нагрузки.

9.6 На нагрузочном устройстве поверяемого трансформатора R_2 устанавливается значение мощности, равное $0,25 \cdot S_{\text{ном}}$.

9.7 Включается источник высокого напряжения и устанавливаются на его выходе поочередно значения напряжений в соответствии с таблицами 5 или 6. Контролируются значения напряжений, частоты, формы кривой.

9.8 Проводятся измерения погрешностей поверяемого трансформатора в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор сравнения.

9.9 На нагрузочном устройстве поверяемого трансформатора R_2 устанавливается значение мощности, равное $S_{\text{ном}}$ и повторяются операции по п.п.9.7-9.8 настоящей методики поверки.

9.10 Средство измерений подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если полученные по результатам поверки погрешности не превышают указанных в таблицах 1 и 2.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Результаты поверки трансформаторов передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

10.2 По заявлению владельца трансформатора или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и (или) внесением в паспорт трансформатора записи о проведенной поверке. Оформление результатов поверки в паспорте средств измерений, по результатам поверки которых подтверждено их соответствие метрологическим требованиям, включает запись о проведенной поверке в виде «поверка выполнена». Указанная запись заверяется подписью поверителя с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки.

10.3 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки

средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и (или) внесением в паспорт трансформатора соответствующей записи.

10.4 Протокол поверки трансформатора оформляется в произвольной форме.

Начальник центра 201
ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»

Ю.А. Шатохина

Начальник лаборатории 201_1.1
ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»

А.А. Куцобин