

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала



А.С. Тайбинский

«03» июня 2026 г.

Государственная система обеспечения единства измерений  
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
НЕФТИ СИКН № 587

Методика поверки

МП 1813-14-2026

Заместитель директора филиала  
по науке

А.И. Горчев

Тел.: (843) 272-11-24

Начальник научно-  
исследовательского отдела

Р.Р. Нурмухаметов

Тел.: (843) 299-72-00

г. Казань  
2026 г.

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| РАЗРАБОТАНА | ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Груздев Р.Н.                                    |
| СОГЛАСОВАНА | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»                |

## 1. Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на систему измерений количества и показателей качества нефти СИКН № 587 (далее – СИКН) с заводским № 345/2008, предназначенную для измерений массы и показателей качества нефти и устанавливает объем, порядок и методику проведения первичной и периодической поверок СИКН на месте ее эксплуатации.

Поверка СИКН осуществляется методом косвенных измерений в соответствии с требованиями Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости (далее – ГПСр), утвержденной приказом Росстандарта от 19.05.2026 № 936 «Об утверждении Государственного первичного специального эталона единиц массы и объема нефтепродуктов в потоке, массового и объемного расходов нефтепродуктов, массового расхода криогенной жидкости и Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости», и Государственной поверочной схемы для средств измерений объема жидкости и вместимости (далее – ГПСо), утвержденной приказом Росстандарта от 19.05.2026 № 937 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объема жидкости и вместимости», при этом обеспечивается прослеживаемость к Государственному первичному специальному эталону единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости (ГЭТ 63-2025) и Государственному первичному эталону единицы объема жидкости в диапазоне от  $1,0 \cdot 10^{-9} \text{ м}^3$  до  $1,0 \text{ м}^3$  (ГЭТ 216-2018) соответственно.

Если очередной срок поверки средства измерений (СИ) (измерительного компонента) из состава СИКН наступает до очередного срока поверки СИКН, или появилась необходимость проведения периодической или внеочередной поверки СИ (измерительного компонента), или проведена замена СИ (измерительного компонента) на СИ (измерительный компонент) утвержденного типа из перечня СИ (измерительных компонентов) в описании типа СИКН, то проверяют наличие сведений о положительных результатах поверки этого СИ (измерительного компонента) или проводят его поверку, при этом внеочередную поверку СИКН не проводят, протокол поверки СИКН не переоформляют. После проведения поверки замененного СИ (измерительного компонента) предоставляют сведения о положительных результатах поверки этого СИ (измерительного компонента).

В результате поверки СИКН должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические требования

| Диапазон измерений массового расхода измеряемой среды (нефти), т/ч | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы измеряемой среды (нефти) при применении СИКН в качестве рабочего СИ, % |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| От 10 до 40                                                        | ±0,25 (масса брутто)                                                                                                                 | ±0,35 (масса нетто) |

Фактический диапазон измерений расхода нефти определяется при проведении поверки СИКН, фактический диапазон измерений расхода нефти не может превышать диапазон измерений расхода нефти, указанный в таблице 1.

При пользовании настоящей методикой поверки следует в установленном порядке проверить действие ссылочных документов. Если документ заменен или частично изменен, то следует руководствоваться положениями заменяющего или частично заменяющего документа. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 2. Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки СИКН выполняют операции, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень операций поверки

| Наименование операции                                                                                                                    | Проведение операции при |                       | Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | первичной поверке       | периодической поверке |                                                                                                |
| Внешний осмотр средства измерений                                                                                                        | Да                      | Да                    | 6                                                                                              |
| Подготовка к поверке и опробование средства измерений                                                                                    | Да                      | Да                    | 7                                                                                              |
| Проверка программного обеспечения средства измерений                                                                                     | Да                      | Да                    | 8                                                                                              |
| Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям | Да                      | Да                    | 9                                                                                              |
| Оформление результатов поверки                                                                                                           | Да                      | Да                    | 10                                                                                             |

2.2 Если при проведении какой-либо операции поверки СИКН получен отрицательный результат, дальнейшую поверку не проводят до устранения выявленных несоответствий.

## 3. Требования к условиям проведения поверки

3.1 Поверку СИКН проводят на месте эксплуатации в диапазоне измерений расхода нефти, указанном в описании типа СИКН, или в фактически обеспечиваемым при поверке диапазоне измерений расхода нефти с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

3.2 Измеряемая среда – нефть по ГОСТ Р 51858 «Нефть. Общие технические условия».

3.3 Характеристики СИКН и параметры измеряемой среды при проведении поверки СИКН должны соответствовать параметрам, приведенным в описании типа СИКН.

3.4 Соответствие параметров измеряемой среды значениям, указанным в описании типа СИКН, проверяют по данным о параметрах нефти, представленных владельцем СИКН.

3.5 При соблюдении условий п. 3.1, п. 3.2 и п. 3.3 считают, что факторы, которые могут оказать влияние на точность результатов измерений при поверке СИКН, отсутствуют.

3.6 Температуру окружающего воздуха измеряют с помощью термогигрометра ИВА-6 или аналогичного СИ, позволяющего измерять температуру окружающего воздуха.

## 4. Метрологические и технические требования к средствам поверки

4.1 При проведении поверки применяют основные средства поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень средств поверки

| Операции поверки, требующие применение средств поверки                                                                                                                | Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Перечень рекомендуемых средств поверки                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| П. 3 Контроль условий поверки                                                                                                                                         | СИ температуры окружающего воздуха с диапазоном измерений температуры окружающего воздуха, обеспечивающим измерения в диапазоне температуры от 5 °С до 30 °С и пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,4$ °С.                                                                                                                                                                                                                                                               | Термогигрометр ИВА-6, регистрационный № 82393-21 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ФИФОЕИ). |
| П. 9 Определение метрологических характеристик средства измерений                                                                                                     | Рабочий эталон 1-го или 2-го разряда в соответствии с ГПСр, утвержденной приказом Росстандарта от 19.05.2026 № 936 (часть 2), или ГПСо, утвержденной приказом Росстандарта от 19.05.2026 № 937 (часть 3), с верхним пределом диапазона измерений объемного расхода измеряемой среды не менее 50 м³/ч и пределами допускаемой относительной погрешности измерений объема и объемного расхода $\pm 0,050$ % (рабочий эталон 1-го разряда) или $\pm 0,10$ % (рабочий эталон 2-го разряда). | Установка трубопоршневая «Сапфир М» (далее – ПУ), регистрационный № 23520-07 в ФИФОЕИ.                                                  |
| <i>Примечание – Допускается использовать при поверке другие СИ утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |

## 5. Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

5.1 При проведении поверки соблюдают требования, определяемые:

- в области охраны труда – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- в области промышленной безопасности – Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с изменениями на 31.01.2023), Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»), а также другие действующие документы;

- в области пожарной безопасности – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- в области соблюдения правильной и безопасной эксплуатации электроустановок – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации

электроустановок)), приказ Минэнерго Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- в области охраны окружающей среды – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.2 К СИ (измерительным компонентам), средствам поверки и используемому при поверке вспомогательному оборудованию обеспечивают свободный доступ. При необходимости предусматривают лестницы и площадки, соответствующие требованиям безопасности.

5.3 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость применяемых средств поверки, снятие показаний средств поверки.

5.4 Управление СИ (измерительными компонентами), средствами поверки и вспомогательным оборудованием выполняют лица, прошедшие обучение и проверку знаний требований безопасности и допущенные к выполнению поверки.

5.5 К проведению поверки допускают лиц, изучивших инструкцию по эксплуатации СИКН, эксплуатационную документацию на средства поверки и настоящую методику поверки и прошедших инструктаж по технике безопасности.

5.6 При появлении течи нефти, загазованности и других ситуаций, нарушающих нормальный ход поверочных работ, поверку прекращают.

## **6. Внешний осмотр средства измерений**

6.1 При внешнем осмотре проверяют внешний вид, состав и маркировку СИКН.

6.2 Проверяют соответствие СИКН ее описанию типа и составу, приведенному в ее описании типа.

6.3 При проверке внешнего вида должно быть установлено соответствие СИКН следующим требованиям:

- на компонентах СИКН отсутствуют видимые механические повреждения и дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки;

- надписи и обозначения на компонентах СИКН четкие и соответствуют их эксплуатационной документации;

- отсутствуют нарушения герметичности кабельных вводов.

6.4 Результаты внешнего осмотра СИКН считаются положительными, если выполняются вышеперечисленные условия. Если данные условия не выполняются, устраняют причины невыполнения, после чего повторно проводят проверку внешнего вида, маркировки и состава СИКН.

6.5 СИКН, не прошедшая внешний осмотр, к дальнейшей поверке не допускается до устранения выявленных несоответствий.

## **7. Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

7.1 При подготовке к поверке проводят работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации СИКН.

7.2 Проверяют наличие сведений о действующих положительных результатах поверки применяемых при проведении поверки СИКН средств поверки, включенных в ФИФОЕИ, и (или) знаков поверки, нанесенных на средства поверки, и (или) свидетельств о поверке и (или) записей о проведенной поверке в паспортах (формулярах) средств поверки, заверенных подписью поверителя и знаком поверки с указанием даты поверки.

7.3 Проводят контроль условий поверки СИКН в соответствии с разделом 3 настоящей методики поверки.

7.4 Проверяют правильность монтажа и соединений преобразователей расхода и СИ, применяемых при опробовании СИКН, в соответствии с технологической схемой СИКН.

7.5 Подготавливают ПУ и СИ, применяемые при опробовании СИКН, к работе согласно их эксплуатационной документации.

7.6 Устраняют возможность протечек нефти на участке между преобразователями расхода и ПУ.

7.7 Проверяют отсутствие свободного газа в измерительных линиях с преобразователями расхода, а также в верхних точках трубопроводов, соединяющих преобразователи расхода и ПУ. Для этого устанавливают расход нефти через измерительные линии и ПУ в пределах рабочего диапазона измерений расхода преобразователей расхода и открывают краны, расположенные в верхних точках трубопроводов и ПУ. Проводят несколько раз пуск поршня ПУ до полного прекращения выделения пузырьков газа из нефти, вытекающей из этих кранов, и затем закрывают их.

7.8 Проверяют герметичность задвижек, через которые возможны утечки нефти, влияющие на результаты измерений при поверке. При невозможности устранения утечек такие задвижки заглушают (проверяют наличие заглушек). Проверяют герметичность технологической схемы, состоящей из преобразователей расхода, ПУ, задвижек и трубопроводов. Для этого устанавливают в технологической схеме СИКН давление нефти, равное рабочему. Результаты проверки герметичности СИКН считают положительными, если в течение 5 минут отсутствуют появления капель или утечек нефти через сальники, фланцевые, резьбовые или сварные соединения.

7.9 Вводят в память измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) необходимые данные в соответствии с переменными величинами, указанными в протоколах поверки СИ из состава СИКН, или проверяют ранее введенные данные.

7.10 Проверяют действие и взаимодействие компонентов СИКН в соответствии с инструкцией по эксплуатации СИКН, возможность получения отчетов следующим образом:

- проверяется наличие электропитания компонентов СИКН;
- проверяется наличие связи между первичными преобразователями, вторичной аппаратурой и ИВК, ИВК и автоматизированными рабочими местами (АРМ) оператора СИКН путем визуального контроля меняющихся значений измеряемых величин на дисплее компьютера АРМ оператора СИКН;
- проверяется работоспособность запорно-регулирующей арматуры путем ее открытия и закрытия;
- используя печатающее устройство, с ИВК и АРМ оператора СИКН распечатываются пробные отчеты (протоколы поверки и другие отчеты).

7.11 При опробовании СИКН проводят одно измерение для любого преобразователя расхода из состава СИКН при любом значении расхода в пределах рабочего диапазона измерений расхода СИКН. При этом запускают поршень ПУ, и при прохождении поршнем первого детектора ПУ наблюдают за началом отсчета импульсов, генерируемых преобразователем расхода, а при прохождении второго детектора – за окончанием отсчета импульсов. При этом также наблюдают за индикацией на дисплее ИВК и (или) компьютера АРМ оператора СИКН текущих значений расхода, плотности, температуры и давления нефти.

7.12 Результат опробования СИКН считают положительным, если СИ (измерительные компоненты) СИКН функционируют и взаимодействуют в штатном режиме.

## **8. Проверка программного обеспечения средства измерений**

8.1 Метрологически значимая часть программного обеспечения (ПО) ИВК представлена набором программных модулей, выполняющих определенные вычислительные функции и имеющих идентификационные данные.

8.2 Проверку соответствия идентификационных данных (признаков) ПО ИВК сведениям, приведенным в описании типа СИКН, проводят согласно руководству по эксплуатации ИВК.

8.3 Результат проверки соответствия идентификационных данных (признаков) ПО ИВК (идентификационное наименование ПО, номер версии (идентификационный номер) ПО, цифровой идентификатор ПО, алгоритм вычисления цифрового идентификатора) считается положительным, если полученные идентификационные данные (признаки) ПО ИВК соответствуют идентификационным данным (признакам), указанным в описании типа СИКН.

8.4 Проверку соответствия идентификационных данных (признаков) ПО АРМ оператора СИКН проводят согласно руководству АРМ оператора.

8.5 Результат проверки соответствия идентификационных данных (признаков) ПО АРМ оператора СИКН (идентификационное наименование ПО, номер версии (идентификационный номер) ПО, цифровой идентификатор ПО, алгоритм вычисления цифрового идентификатора) считается положительным, если полученные идентификационные данные (признаки) ПО АРМ оператора СИКН соответствуют идентификационным данным (признакам), указанным в описании типа СИКН.

8.6 В случае, если идентификационные данные ПО ИВК и АРМ оператора СИКН не соответствуют идентификационным данным, указанным в описании типа на СИКН, поверку СИКН прекращают. Выясняют и устраняют причины, вызвавшие несоответствие. После чего повторно проверяют идентификационные данные ПО ИВК и АРМ оператора СИКН.

## **9. Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

9.1 Проверяют наличие сведений о действующих положительных результатах поверки СИ (измерительных компонентов), фактически установленных на СИКН (из числа СИ, приведенных в таблице 1 описания типа СИКН, а также показывающих СИ температуры и давления утвержденного типа), в ФИФОЕИ, наличие действующих знаков поверки, нанесенных на СИ (измерительные компоненты), если предусмотрено нанесение знаков поверки, наличие действующих свидетельств о поверке, если предусмотрено оформление свидетельств о поверке на бумажном носителе, и (или) записей в паспортах (формулярах), заверенных подписью поверителя и знаком поверки, если предусмотрено нанесение знаков поверки.

9.2 Перечень СИ (измерительных компонентов) из состава СИКН приведен в таблице 1 описания типа СИКН.

9.3 Результаты проверки считают положительными, если СИ (измерительные компоненты) имеют запись в ФИФОЕИ о действующих положительных результатах поверки, действующие свидетельства о поверке, если предусмотрено оформление свидетельств о поверке этих СИ на бумажном носителе, и (или) записи в паспортах (формулярах), действующие знаки поверки, нанесенные на СИ (измерительные компоненты), если предусмотрено нанесение знаков поверки.

9.4 При реализации прямого метода динамических измерений массы нефти для каждого счетчика-расходомера массового Micro Motion, модели CMF 200 с преобразователем серии 2700 (далее – СРМ) в составе СИКН проводят три измерения при текущем значении массового расхода нефти ( $Q_{тек}$ , т/ч) на момент поверки СИКН и определяют относительное отклонение  $\delta_i$ , %, массы нефти, измеренной СРМ, от массы нефти, измеренной ПУ и преобразователем плотности, по формуле

$$\delta_i = \frac{M_{СРМ_i} - M_{ПУ_i}}{M_{ПУ_i}} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где  $M_{СРМ_i}$  – масса нефти, измеренная СРМ при  $i$ -м измерении при текущем значении массового расхода нефти, кг (т);  
 $M_{ПУ_i}$  – масса нефти, измеренная ПУ и преобразователем плотности при  $i$ -м измерении при текущем значении массового расхода нефти, кг (т).

Значение относительного отклонения  $\delta_i$ , %, при проведении каждого измерения не должно превышать 0,25 % по абсолютной величине для рабочего и резервного СРМ. Если данное условие не выполняется, устраняют причины невыполнения, после чего повторно проводят измерения для определения относительного отклонения  $\delta_i$ , %.

Допускается не проводить измерения для определения метрологических характеристик СИКН при условии, что контроль метрологических характеристик СРМ был проведен не ранее 30 дней до даты начала поверки СИКН, и при проведении контроля метрологических характеристик СРМ относительное отклонение  $\delta_i$ , %, определенное по формуле (1), не превышает значения 0,25 % по абсолютной величине для рабочего и резервного СРМ.

Относительную погрешность  $\delta m_{п.н.}$ , %, измерений массы нетто нефти с применением СИКН определяют по следующей формуле

$$\delta m_{п.н.} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_m^2 + \frac{\Delta W_{М.В}^2 + \Delta W_{М.П}^2 + \Delta W_{Х.С}^2}{\left(1 - \frac{W_{М.В} + W_{М.П} + W_{Х.С}}{100}\right)^2}}, \quad (2)$$

- где  $\delta_m$  – пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто нефти с применением СРМ, %;
- $\Delta W_{М.В}$  – пределы абсолютной погрешности измерений массовой доли воды в нефти, %;
- $\Delta W_{М.П}$  – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли механических примесей в нефти, %;
- $\Delta W_{Х.С}$  – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли хлористых солей в нефти, %;
- $W_{М.В}$  – массовая доля воды в нефти, %;
- $W_{М.П}$  – массовая доля механических примесей в нефти, %;
- $W_{Х.С}$  – массовая доля хлористых солей в нефти, %.

9.5 Результаты определения относительной погрешности измерений массы нетто нефти с применением СИКН являются положительными, если полученное значение относительной погрешности измерений массы нетто нефти  $\delta m_{п.н.}$ , %, не превышает 0,35 % по абсолютной величине.

9.6 При получении положительных результатов по п. 9.1 и п. 9.4 настоящей методики поверки, а именно:

- СИ (измерительные компоненты), входящие в состав СИКН, имеют действующие свидетельства о поверке и (или) запись в ФИФОЕИ о положительных результатах поверки, а также действующие знаки поверки;

- значение относительной погрешности измерений массы брутто нефти с применением СИКН не превышает установленные пределы  $\pm 0,25$  %;

- значение относительной погрешности измерений массы нетто нефти с применением СИКН не превышает установленные пределы  $\pm 0,35$  %, СИКН считают соответствующей метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, и обеспечивающей измерения массы брутто нефти с погрешностью, не превышающей установленные пределы  $\pm 0,25$  %, и массы нетто нефти с погрешностью, не превышающей установленные пределы  $\pm 0,35$  %, а результат поверки СИКН считают положительным.

## 10. Оформление результатов поверки

10.1 Результаты поверки СИКН оформляют протоколом в соответствии с Приложением А. Допускается оформлять протокол поверки СИКН в измененном виде. Сведения о результатах поверки передаются в ФИФОЕИ лицом, проводившим поверку СИКН.

10.2 При положительных результатах поверки СИКН признается пригодной к применению.

10.3 Результаты поверки СИКН оформляют в соответствии с действующим порядком проведения поверки СИ на территории Российской Федерации.

10.4 При оформлении свидетельства о поверке СИКН на бумажном носителе на оборотной стороне свидетельства о поверке указывают:

- диапазон измерений массового расхода нефти;
- пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто нефти  $\pm 0,25\%$ ;
- пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нетто нефти  $\pm 0,35\%$ ;
- номер протокола поверки СИКН.

10.5 В протоколе поверки СИКН приводят перечень СИ (измерительных компонентов), входящих в состав СИКН, в соответствии с описанием типа СИКН, с указанием их заводских и регистрационных номеров.

10.6 Знак поверки наносят на свидетельство о поверке СИКН.

10.7 В случае периодической или внеочередной поверки СИ (измерительного компонента) или замены СИ (измерительного компонента) из состава СИКН на аналогичное, приложенное свидетельство о поверке СИ (измерительного компонента) заменяют на новое свидетельство о поверке СИ (измерительного компонента).

10.8 При отрицательных результатах поверки СИКН к эксплуатации не допускают, выдают извещение о непригодности в соответствии с действующим порядком проведения поверки СИ на территории Российской Федерации.

10.9 Установка пломб непосредственно на СИКН не предусмотрена. Нанесение знака поверки непосредственно на СИКН не предусмотрено.

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**  
**Форма протокола поверки СИКН**

**ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № \_\_\_\_\_**

Наименование средства измерений: \_\_\_\_\_  
Регистрационный №: \_\_\_\_\_  
Заводской №: \_\_\_\_\_  
Изготовитель: \_\_\_\_\_  
Наименование и адрес заказчика: \_\_\_\_\_  
Методика поверки: \_\_\_\_\_  
Место проведения поверки: \_\_\_\_\_  
Поверка выполнена с применением: \_\_\_\_\_  
Условия проведения поверки: \_\_\_\_\_  
Температура окружающего воздуха  
в помещениях СИКН: \_\_\_\_\_

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ**

Измеряемая среда: \_\_\_\_\_  
Количество измерительных линий, шт.: \_\_\_\_\_  
Диапазон измерений расхода измеряемой среды, т/ч: \_\_\_\_\_  
1 Внешний осмотр средства измерений (п. 6): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)  
2 Подготовка к поверке средства измерений (п. 7.1 - 7.6): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)  
3 Проверка герметичности средства измерений (п. 7.7): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)  
4 Опробование средства измерений (п. 7.10): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)  
5 Проверка программного обеспечения средства измерений (п. 8): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)  
6 Определение метрологических характеристик средства измерений (п. 9): \_\_\_\_\_  
(соответствует/не соответствует)

Таблица – Перечень СИ (измерительных компонентов)

| Наименование | Заводской номер* | Регистрационный номер | Наличие сведений о поверке в ФИФОЕИ (Да/Нет) |
|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|              |                  |                       |                                              |

\* Допускается замена СИ на аналогичное СИ утвержденного типа из перечня СИ в описании СИКН без переоформления настоящего протокола поверки СИКН и с предоставлением сведений о положительных результатах поверки замененного СИ.

СИ (измерительные компоненты) из состава СИКН \_\_\_\_\_  
(имеют/не имеют)

сведения о положительных результатах поверки в ФИФОЕИ и действующие знаки поверки (п. 9.1).

Относительная погрешность измерений массы брутто нефти с применением СИКН: \_\_\_\_\_

Относительная погрешность измерений массы нетто нефти с применением СИКН: \_\_\_\_\_

Значение относительной погрешности измерений массы брутто нефти  
и значение относительной погрешности измерений массы нетто нефти  
с применением СИКН (п. 9.6): \_\_\_\_\_  
(соответствуют/не соответствуют)

Подпись лица, проводившего поверку \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Дата проведения поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.