



СОГЛАСОВАНО
Директор ВНИИМС

А.И.Асташенков

"октябрь" 2000г.

Преобразователь
термоэлектрический
модели ТСJ-325

Внесены в Государственный
реестр средств измерений.

Регистрационный N 20400-00
Взамен N

Выпускаются по технической документации фирмы "Frank W/Murphy Mfr", США

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи термоэлектрические модели ТСJ-325 (далее-преобразователи) предназначены для измерений температуры в промышленных условиях. По классификации ГОСТ 12997-84 преобразователи относятся к электрическим средствам измерений третьего порядка и предназначены для использования в системах контроля и регулирования температуры в промышленных установках нефтегазовой промышленности при температурах до 1200°C .

Преобразователи установлены на Оренбургском ЗАО "Стимул".

ОПИСАНИЕ

Преобразователи термоэлектрические обеспечивают преобразование измеряемой температуры в изменение т.э.д.с.

Конструктивное исполнение преобразователей разборное.

Преобразователи состоят из взаимозаменяемой измерительной вставки на основе термопарного кабеля с термоэлектродами, защитной арматуры и контактной головки.

Крепление преобразователей на объекте предусмотрено с помощью подвижного штуцера или фланца.

Приборы имеют три модификации отличающие между собой разным конструктивным исполнением и имеющие одинаковые метрологические характеристики.

Тип	Зав.Н	Длина погружающейся части, мм	Длина, мм	Масса, кг
TCJ-325	3014	200	250	0,05
	3015	200	250	0,05
	3016	200	250	0,05
TCJ-325	3017	150	200	0,0455
	3018	150	200	0,0455
TCJ-325	3019	250	310	0,0542
	3020	250	310	0,0542

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измеряемых температур, °C	-210...+1200
Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2)	К(ХА) ₂
Класс	
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2), °C	±2,5; ±0,0075 t
Сопротивление электрической изоляции при 20°C, не менее МОм	100
Диаметр погружающейся части, мм	6
Диаметр проводника, мм	1,2
Материал погружающейся части, мм	нерж.сталь
Длина, мм	1740
Масса, кг	0,875

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит преобразователи в количестве семи штук и руководство по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Проверка преобразователя по ГОСТ 8.338-82."ГСИ. Термопреобразователи технических термоэлектрических термометров. Методы и средства поверки".

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2-82) "Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия".

ГОСТ Р 50431-92 (МЭК 584-1-77) "Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи термоэлектрические модели ТСJ-325 фирмы "Frank W/Murphy Mfr", США соответствуют требованиям ГОСТ Р 50342-92 (МЭК 584-2-82), ГОСТ Р 50431-92(МЭК 584-1-77) и требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Изготовитель: фирма "Frank W/Murphy Mfr", США.

Заявитель: Московское представительство фирмы "Halliburton International Inc", США, 125445 г.Москва, Смольная ул., д-24, Коммерческий центр "Меридиан".

Начальник отдела ВНИИИМС

В.Н.Яншин