



«СОГЛАСОВАНО»

Зам. Генерального директора
РОСТЕСТ-МОСКВА»

А.С.Евдокимов

10 2000г..

Устройство для контроля диаграмм тахографов, исполнение 002.	Внесено в государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 20638-00
--	---

Выпускается по технической документации фирмы «VDO Kienzle GmbH», Германия.

Назначение и область применения.

Устройство для контроля диаграмм тахографов, исполнение 002 (далее - устройство) предназначено для определения погрешностей записи на стандартном круглом диске параметров, измеренных с помощью тахографа при его поверке. Устройство так же может применяться для расшифровки диаграмм тахографов в эксплуатации.

Описание.

Устройство конструктивно выполнено в виде настольного прибора, содержащего: измерительную линейку, держатель диаграммного диска, микроскоп и лупу. При работе на устройстве на держатель диаграммного диска устанавливается исследуемый диск, на него накладывается измерительная линейка и проводится расшифровка записей с использованием лупы или микроскопа.

Основные технические характеристики.

Допускаемые отклонения нанесения контрольных линий на измерительной линейке, мм	±0,05
Диапазон рабочей температуры, °С	0...40
Кратность увеличения микроскопа	x 4
Кратность увеличения лупы	x 2
Масса устройства, кг, не более	3,5
Габаритные размеры, мм, не более	340x135x225

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации штемпелеванием.

Комплектность.

1	Измерительная линейка	1 шт.
2	Держатель диаграммного диска	1 шт.
3	Микроскоп	1 шт.
4	Лупа	1 шт.
5	Комплект технической документации	1 шт.

Поверка.

Поверка осуществляется по методике раздела 5 «Устройство для контроля диаграмм тахографов, исполнение 002. Руководство по эксплуатации», согласованной с «РОСТЕСТ-МОСКВА».

Основным средством поверки устройства является микроскоп инструментальный ИМЦ 150х50, Б.

Межповерочный интервал 1 год.

Нормативные и технические документы.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Заключение.

Устройства для контроля диаграмм тахографов, исполнение 002. №19991 и №19992 соответствуют технической документации фирмы-изготовителя.

Изготовитель: фирма «VDO Kienzle GmbH», D78052, VS-Villingen, Germany.

Директор
ФДО «Автомобильные компоненты» ООО В.Б. Киржнер

Начальник лаборатории
«РОСТЕСТ-МОСКВА»



В.К.Перекрест