

СОГЛАСОВАНО



М.П.

Манометры DURAGAUGE® типа 1279 Зав. номера 01 - 020	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>21324-01</u> Взамен N-----
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы ASHROFT, США

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры DURAGAUGE® типа 1279, предназначены для измерения избыточного постоянного давления не кристаллизующихся при рабочих температурах газов.

ОПИСАНИЕ

Манометры DURAGAUGE® типа 1279 выпускаются в прочном с фенольным покрытием, с диаметром циферблата 4 1/2" в защищенном от атмосферного влияния корпусе.

Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины, перемещение свободного конца которой преобразуется передаточным механизмом в угловое перемещение показывающей стрелки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Диапазон измерений 0- 4 Бар (0 - 400 кПа)
- ◆ Класс точности 1,5
- ◆ Предел допускаемой относительной погрешности не превышает ± 1,5%
- ◆ Манометры эксплуатируются в нормальных климатических условиях:
 - температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°C;
 - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
 - относительная влажность от 30 до 80 % при температуре 25°C
- ◆ Диапазон температур измеряемой среды от 10 до 30°C
- ◆ Масса манометра, не более 1,1 кг
- ◆ Диаметр манометра 120 мм

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус прибора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект манометров входят:
манометр 1 шт.
паспорт 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка манометров производится по МИ 2124-90 "Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки."

Основные средства поверки:

манометр эталонный грузопошневой класса точности 0,05.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы ASHROFT, США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Манометры DURAGAUGE® типа 1279 соответствуют требованиям технической документации фирмы ASHROFT.

Изготовитель:	фирма ASHROFT, США
Заявитель:	Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ"
Адрес:	603600, г. Н.Новгород, ГСП-1152 ул. Керченская, д. 15
Телефон:	44-14-63
Факс:	(831-2) 44-17-87

генеральный директор МУП "ВОДОКАНАЛ"  Н.В. Голубев