



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ГЦИ СИ ГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

В.С. Александров

«24» апреля 2001г.

| | |
|---------------------|--|
| Весы товарные HV-WP | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>21520-01</u> Взамен № |
|---------------------|--|

Выпускаются по технической документации фирмы "A&D Company, Limited",
Япония.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы товарные HV-WP предназначены для взвешивания товаров на складах и в
торгующих организациях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов HV-WP моделей HV-15KV-WP, HV-60KV-WP, HV-200KV-WP
основан на измерении электрического сигнала, пропорционального усилию, создаваемому
взвешиваемым объектом.

Весы состоят из силоизмерительного тензометрического преобразователя,
электронного блока и платформы.

После включения питания весы необходимо прогреть в течение 30 минут.

Калибровка весов осуществляется с помощью образцовых гирь IV разряда по
ГОСТ 7328-82 в соответствии с Руководством пользователя.

Основные технические характеристики весов приведены в таблице

Основные технические характеристики весов товарных НВ-ВР.

[illegible]

Условия эксплуатации: диапазон температур окружающей среды от минус 10 °С до плюс 40 °С, относительная влажность не более 85%.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации и на весы в виде голографической наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Весы товарные HV-WP
2. Руководство пользователя.
3. «Весы товарные HV-WP и HW-WP фирмы "A&D Company, Limited", Япония. Методика поверки».

ПОВЕРКА

Поверка весов HV-WP осуществляется в соответствии с методикой поверки «Весы товарные HV-WP и HW-WP фирмы "A&D Company, Limited", Япония. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 20.04.2001 г.

Средства поверки – меры массы по ГОСТ 7328-82.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. МР МОЗМ №76 «Неавтоматические взвешивающие приборы»
2. ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».
3. Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы товарные HV-WP соответствуют требованиям МР МОЗМ №76, ГОСТ 29329-92 и технической документации фирмы-изготовителя.

Изготовитель «A&D Company, Limited», Япония

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, , Tokyo 170-0013, Japan

Поставщик: ООО «Эй энд Ди», Россия, 193318, г. Санкт-Петербург,

пр. Солидарности, 6

Руководитель сектора испытаний

ГЦИ СИ ГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

О.В.Тудоровская

Руководитель группы эталонов массы

ГЦИ СИ ГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

А.П.Щелкин

Директор ООО «Эй энд Ди»

Г.Д.Сардаров

