


Подлежит публикации  
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО



Директор  
Деп. генерального директора  
Санкт-Петербург

А.И.Рагулин

2001 г.

Метры деревянные брусковые МД	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>21562-01</u> Взамен № _____
-------------------------------	---

Выпускаются по ТУ 53 8432-001-80996120-01.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Метры деревянные брусковые МД предназначены для измерения длины материалов и тканей при совершении торговых операций и в быту.

### ОПИСАНИЕ

Метр изготовлен из деревянного бруска прямоугольного сечения и имеет металлические наконечники на концах.

На метре нанесена шкала с ценой деления 5 мм с выделением сантиметровых, пятисантиметровых и дециметровых отметок.

Метр МД имеет следующие модификации:

- МД 35 - двухсторонний со скошенными металлическими наконечниками;
- МД 35-1 - двухсторонний со скошенными металлическими наконечниками и одним отверстием на широкой плоскости метра;
- МД 35-2 - односторонний с прямоугольными наконечниками и двумя отверстиями на широкой плоскости метра.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения, мм	0...1000
Цена деления, мм	5
Допускаемое отклонение действительной длины шкалы от любого штриха до обоих концов метра (исключая крайние сантиметровые отметки), мм	$\pm 1,5$

Допускаемое отклонение действительной длины отдельных сантиметровых и полусантиметровых делений шкалы, мм	$\pm 0,5$
Геометрические размеры, мм	
длина	$1000 \pm 1,5$
ширина	$35 \pm 1$
высота	$8 \pm 1$
Масса, кг, не более	0,25

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевой стороне метра.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит метр деревянный брусковый МД одной из модификаций.

### ПОВЕРКА

Поверка метров деревянных брусковых МД проводится в соответствии с инструкцией 86-55 "По поверке металлических и деревянных брусковых метров".

Основное оборудование, необходимое для проведения поверки:

1. Набор щупов.
2. Штангенциркуль ШЦII ГОСТ 166.
3. Лупа измерительная ЛИЗ-10<sup>х</sup>.
4. Метр-компаратор 3-го разряда.

Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТУ 53 8432-001-80996120-01 "Метры деревянные брусковые МД. Технические условия".

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метры деревянные брусковые МД соответствуют требованиям ТУ 53 8432-001-80996120-01.

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Питиримов Б.З.

Адрес : 193231, Санкт - Петербург, пр. Большевиков, 9-2-112.

Индивидуальный предприниматель



Б.З. Питиримов