



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ВНИИОФИ

Н.П. Муравская

» июнь 2001 г.

Спектроколориметры Color Eye 2180UV	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>21642-01</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы GretagMacbeth, США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спектроколориметры Color Eye 2180UV, в дальнейшем по тексту - спектроколориметр, предназначены для цветowych измерений и цветового анализа отражающих материалов как в лабораториях, так и в производственных условиях.

В сочетании с компьютерным оборудованием и программным обеспечением по контролю и расчету цветowych характеристик, спектроколориметр является цветоизмерительной системой, широко используемой в колористических и исследовательских лабораториях в лакокрасочной, пищевой, текстильной, бумажной, химической и др. областях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы спектроколориметра основан на двухлучевой оптической схеме с интегрирующей сферой в сочетании с ксеноновой лампой-вспышкой.

Ксеноновый импульсный источник света соответствует источнику освещения типа D₆₅, поддерживая постоянство его спектральных характеристик в течение всего долгого срока службы, не требуя времени на разогрев.

Линейка из кремниевых фотодиодов после голографической решетки перекрывает спектральный диапазон длин волн от 360 до 750 нм с шагом $\Delta\lambda=10$ нм.

Спектроколориметр отличается высокой автоматизацией измерений.

Прибор выполняет до ста «автокалибровок» с заданным интервалом времени, исключая ошибки оператора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений : координат цвета	X=2,5 – 109,0 Y=1,4 – 98,0 Z= 1,7 – 118,1
координат цветности	x = 0,004 – 0,734 y= 0,005 – 0,834
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерения координат цвета	$\Delta X=\Delta Y=\Delta Z= 0,4-1,0$
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерения координат цветности	$\Delta x=\Delta y= 0,003 – 0,01$
Время измерения, с	1
Время непрерывной работы, ч не менее	8
Габаритные размеры, мм, не более	360 x175x235
Масса, кг, не более	7
Питание от сети переменного тока: - напряжение, В	220 ± 22
- частота, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А , не более	30
Рабочие условия использования : - температура окружающей среды, °С	15 – 32
- относительная влажность, %	0 - 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки прибора приведен в таблице

Таблица

Наименование	Кол-во, шт.
Спекроколориметр Color-Eye 2180UV	1
Белый калибровочный образец	1
Силовой кабель	1
Интерфейсный кабель	1
Руководство по эксплуатации	1
CD с программой OPTI VIEW	1

ПОВЕРКА

Поверка прибора осуществляется в соответствии с методикой поверки, утвержденной в июне 2001 г. ВНИИОФИ (Приложение к Руководству по эксплуатации).

Для поверки используют набор мер Рабочего эталона единиц координат цвета и цветности ВЭТ 81-1-91 (в соответствии с поверочной схемой ГОСТ 8.205-90).

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.205-90 «Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спектроколориметры Color Eye 2180UV соответствуют требованиям ГОСТ 8.205-90 и технической документации фирмы-изготовителя.

Изготовитель: фирма GretagMacbeth (США), 617 Little Britain Road, New Windsor, NY 12553

Заявитель: ООО «Торговый Дом «РОТАНГ-Т», 105043, Москва ул.4-ая Парковая, д.9/21, тел. 367-52-63, факс 165-20-09.


Ведущ.научн.сотрудник ВНИИОФИ



Т.Н.Ежова

Генеральный директор

ООО «Торговый Дом «РОТАНГ-Т»



А.И.Баранов