

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ «ВНИИОФИ»,
зам. директора ФГУП «ВНИИОФИ»

Н.П. Муравская

2008 г.



Дозиметры лазерные ЛД-4	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 21754-01 Взамен №
----------------------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4485-003-18329249-01.

Назначение и область применения

Дозиметры лазерные ЛД-4 (далее "дозиметры") предназначены для измерения облученности и энергетической экспозиции от лазерного излучения в заданной точке пространства с целью определения степени опасности излучения для организма человека.

Дозиметры предназначены для использования на предприятиях и в организациях, разрабатывающих, выпускающих и использующих лазеры.

Описание

Принцип действия дозиметров основан на преобразовании лазерного излучения в электрический сигнал и запоминании наибольшего за время измерения значения:

- облученности от непрерывного лазерного излучения;
- энергетической экспозиции от импульсного лазерного излучения.

При измерении параметров лазерного излучения электрический сигнал с фотоприемных устройств поступает на усилитель и блок запоминания уровня фона. С выхода усилителя электрический сигнал поступает на блок памяти, в котором осуществляется запоминание наибольшего значения входного напряжения при измерении облученности от непрерывного излучения, или наибольшей амплитуды импульса входного напряжения при измерении энергетической экспозиции от импульсного излучения. С выхода блока памяти постоянное напряжение поступает на блок цифровой индикации, в состав которого входит цифровое 4-х разрядное табло на основе жидкокристаллических индикаторов.

В дозиметрах предусмотрена схема полуавтоматической компенсации уровня фонового излучения, в которую входят блок запоминания уровня фона и источник компенсационного напряжения. Схема включается в отсутствие лазерного излучения и компенсирует на входе усилителя напряжение, соответствующее уровню фонового излучения.

Дозиметры выполнены в виде малогабаритного переносного электронного блока, внутри которого расположены:

- электронная плата обработки сигнала;
- фотоприемное устройство ФПУ-1 - для работы в спектральном диапазоне 0,49-1,15 мкм;
- фотоприемное устройство ФПУ-2 - для работы в спектральном диапазоне 2,0-11,0 мкм;
- элементы управления и цифровой индикации;

- блок питания, в котором размещаются элементы электропитания "Корунд" или "Крона".

Основные технические характеристики

1 Спектральные диапазоны дозиметра, мкм	0,49-1,15; 2,0-11,0
2 Рабочие длины волн лазерного излучения, на которых дозиметр дает прямые показания значений измеряемых параметров, мкм	0,53; 0,63; 0,69; 0,89; 1,06; 10,6 мкм
3 Диапазоны измерений облученности от непрерывного лазерного излучения, Вт/см ² :	
- на длине волны 0,63 мкм.....	10^{-6} - $2\cdot10^{-4}$
- на длине волны 10,6 мкм.....	10^{-4} - $2\cdot10^{-2}$
4 Диапазон измерений энергетической экспозиции от импульсного лазерного излучения на длинах волн 0,53; 0,63; 0,69; 0,89; 1,06 мкм, Дж/см ²	10^{-8} - $2\cdot10^{-6}$
5 Диапазон длительностей импульсов лазерного излучения, с	10^{-8} - $5\cdot10^{-3}$
6 Максимальная частота повторения импульсов, Гц,	15
7 В режиме измерения облученности на длине волны 0,63 мкм пределы допускаемых:	
- систематической составляющей основной относительной погрешности (СИС ООП) дозиметра, %.....	± 12 ;
- среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной относительной погрешности (СКО ООП) дозиметра, %.....	2;
- основной относительной погрешности (ООП) дозиметра, %	± 14
8 В режиме измерения энергетической экспозиции на длине волны 0,63 мкм пределы допускаемых:	
- СИС ООП, %.....	± 14 ;
- СКО ООП, %	2;
- ООП, %.....	± 16
9 В режиме измерения энергетической экспозиции на длинах волн 0,53; 0,69; 0,89; 1,06 мкм пределы допускаемых:	
- СИС ООП, %.....	± 18 ;
- СКО ООП, %	2;
- ООП, %.....	± 20
10 В режиме измерения облученности на длине волны 10,6 мкм пределы допускаемых:	
- СИС ООП, %.....	± 8 ;
- СКО ООП, %	3;
- ООП, %.....	± 10
11 Предельные значения облученности, при которой дозиметр не выходит из строя, Вт/см ² :	
- на длине волны 0,63 мкм	1;
- на длине волны 10,6 мкм	3
12 Угол поля зрения, град:	
- в спектральном диапазоне 0,49-1,15 мкм	± 15 ;
- в спектральном диапазоне 2,0-11,0 мкм	± 3
13 Площадь входного зрачка фотоприемных устройств, см ² :	
- в спектральном диапазоне 0,49-1,15 мкм	0,2;
- в спектральном диапазоне 2,0-11,0 мкм	1,12
14 Напряжения питания при работе от встроенных батарей, В	9 ± 2 ; 26 ± 2
15 Предельное время установления рабочего режима, мин	0,6
16 Время непрерывной работы, ч	4
17 Габаритные размеры, мм	145x60x90
18 Масса, кг	0,35

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха, °С.....	от 10 до 35
Влажность при температуре 25°C , %, не более.....	80
Атмосферное давление, кПа.....	от 86 до 106

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку футляра укладочного и на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации.

Комплектность

Комплект поставки дозиметра ЛД-4 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и условное обозначение	Количество, экз	Примечание
1 Дозиметр лазерный ЛД-4	1	
2 Фотоштатив	1	
3 Футляр укладочный	1	
4 Руководство по эксплуатации	1	
5 Паспорт	1	
6 Свидетельство о поверке	1	

Проверка

Проверка дозиметра производится в соответствии с Рекомендациями по метрологии Р 50.2.025-2002 «ГСОЕИ. Дозиметры лазерные. Методика поверки»

Средства поверки и используемое оборудование

1 Лазер гелий-неоновый ЛГ-126; №989.

2 Лазер газовый ЛГН-103, №321.

3 Ваттметр пироэлектрический цифровой ПВЦ-2, №53.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 10\%$.

4 Лазерный дозиметр ЛД-4Э.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 10\%$.

5 Измеритель средней мощности и энергии лазерного излучения ИМО-2Н (2 шт).

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 5\%$.

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы

- 1 ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения.
- 2 ГОСТ 24469-80. Средства измерений параметров лазерного излучения.
- 3 Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров СНИП № 5804-91.
- 4 Технические условия ТУ 4485-003-18329249-01.
- 5 Рекомендации по метрологии Р 50.2.025-2002 «ГСОЕИ. Дозиметры лазерные. Методика поверки».

Заключение

Тип «Дозиметры лазерные ЛД-4» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно поверочной схеме.

Изготовитель: ООО «ПКФ Цифровые приборы» 129281, Москва, ул. Енисейская, 24, 150. Тел./факс (495) 225-55-01.

Генеральный директор
ООО «ПКФ Цифровые приборы»



Ю.В. Куриленко