



Руководитель ГЦСИ-директор

Тюменского ЦСМ

В.В. Вагин

2001 г.

Гири образцовые III разряда (КГО-III-25)	Внесены в Государственный реестр Регистрационный № 21821-01 Взамен №
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы "Smith Meter, Inc" (США).  
Номера фирмы с №1 по № 42

### Назначение и область применения

Гири образцовые III разряда КГО-III-25 (в дальнейшем гири) предназначены для поверки весовой системы MMR<sub>x</sub> производства METTLER TOLEDO (Швейцария).

Область применения – для поверки весовой системы MMR<sub>x</sub> на узле учета нефти № 913 Урайского УМН.

### Описание

Гири имеют форму прямоугольного параллелепипеда, изготовлены из чугуна с металлическим покрытием толщиной 0,030 мм., плотность материала гирь  $6,40 \cdot 10^3$  кг/м<sup>3</sup>.

### Основные технические характеристики:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - номинальное значение массы, кг                                      | 25;                          |
| - конструкция (форма)   | прямоугольный параллелепипед |
| - основные размеры, мм:   |                              |
| ширина  | 140;                         |
| длина   | 197;                         |
| высота  | 180;                         |
| - допускаемые отклонения от номинального значения массы<br>. гирь, мг | ± 600;                       |

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа не наносится.

## Комплектность

Комплектность согласно документации фирмы:

Гири КГО-111-25, шт.	42
эксплуатационная документация, комплект.	1

## Поверка

Поверка гирь проводится по методическим указаниям. Государственная система обеспечения единства измерений. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки МИ 1747-87.

Применяемые эталоны: Весы образцовые II разряда с НПВ до 50 кг по ГОСТ 24104-88, гири образцовые II разряда по ГОСТ 7328-82.

Межповерочный интервал один год.

## Нормативные и технические документы


ГОСТ 7328-82 "Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия", Техническая документация фирмы.

## Заключение

Гири образцовые III разряда (КГО-III-25) соответствуют требованиям ГОСТ 7328-82 и технической документации фирмы.

Изготовитель: фирма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцария

Руководитель  
организации-заявителя  
ОАО "Сибнефтепровод"  
г. Тюмень, ул. Республики-139  
тел.(факс) 32-20-18



Ю.В.Богатенков