


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



Меры массы IV разряда	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23184-02</u>
-----------------------	--

Выпущены по технической документации фирмы Vibrac Corporation, США, под номерами: 0925, 07CL, 0928, 091J.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Меры массы IV разряда фирмы Vibrac Corporation предназначены для поверки и калибровки измерителя крутящего момента силы Torqo модель 1502-30, применяемого ООО «НИТЕК ПЛАСТ» г. Дмитров.

ОПИСАНИЕ

Меры массы выполнены в виде цилиндров из стали с подгоночными полостями, которые закрыты алюминиевыми пробками в соответствии с требованиями ГОСТ 7328-82 «Меры массы общего назначения. Технические условия». На верхней плоскости меры имеют стальной крючок для подвески при поверке измерителя крутящего момента силы Torqo.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса меры, кг (lb):

номер:

- 0925	0,8505	(1,875)
- 07CL	1,701	(3,75)
- 0928	2,5515	(5,625)
- 091J	3,402	(7,50)

Допускаемое отклонение от номинального значения массы мер, мг:

номер:

- 0925	±85
- 07CL	±170
- 0928	±250
- 091J	±340

Габаритные размеры мер массы, мм	Ø×H
номер:	
- 0925	50,6×54,0
- 07CL	82,7×41,2
- 0928	82,3×61,6
- 091J	92,2×65,6

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа нанести на обложку паспорта путем наклеивания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 Меры массы IV разряда:

номер:	масса, кг	(lb)
- 0925	0,8505	(1,875)
- 07CL	1,701	(3,75)
- 0928	2,5515	(5,625)
- 091J	3,402	(7,50)

2 Паспорт на набор мер.

ПОВЕРКА

Поверка проводится по МИ 1747-87 «ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки».

Основное оборудование, необходимое для поверки: образцовые весы или компаратор 3-го разряда и набор образцовых гирь 3-го разряда.

Межповерочный интервал 1 год

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7328-82 «Меры массы общего назначения. Технические условия».

МИ 1747-87 «ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки».

Техническая документация изготовителя на измеритель крутящего момента Torqo модель 1502-30 номер 9800-45 фирмы Vibrac Corporation, США

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Меры массы IV разряда соответствует ГОСТ 7328-82 и технической документации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Vibrac Corporation, США.

PO Box 840

16 Columbia Drive

Amherst, NM 03031

Phone: (603) 882-6777

Fax: (603) 886-3857

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Нитек Пласт»

141800, г. Дмитров, МО, ул. Профессиональная, ДЗФС

тел. 993-73-21, 209-73-67, 209-73-93

**Заместитель генерального директора
ООО «НИТЕК ПЛАСТ»**



В.Г. Елиферов