

Подлежит публикации  
в открытой печати


СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора

ФГУ "Тест-С-Петербург"

А.И. Рагулин

2002 г.



Тарификаторы концентратора доступа Триком КД	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23538-02</u> Взамен _____
---	--

Выпускаются по техническим условиям ИСЕБ.460529.005ТУ.

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тарификаторы концентратора доступа Триком КД (далее – тарификаторы) предназначены для централизованной тарификации телефонных соединений посредством формирования длительности тарифных интервалов сигналами переполосовки и сигналами на частоте 16 кГц.

Область применения - телефонная связь.

#### ОПИСАНИЕ

Тарификатор представляет собой функциональную систему концентратора доступа Триком КД, не имеющий выделенных блоков, плат или самостоятельных программ, а использующую возможности и функции аппаратуры и программного обеспечения концентратора доступа Триком КД.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон формирования длительности тарифных интервалов:

для сигналов переполосовки

от 1 до 60 с,

для сигналов на частоте 16 кГц

от 0,5 до 60 с.;

Пределы допускаемой относительной погрешности  
формирования длительности тарифных интервалов  
времени  $\pm 0,5\%$

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C	5 ÷ 40
- относительная влажность воздуха, %	45 ÷ 80
- атмосферное давление, кПа	84,0 ÷ 106,7

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Тарификатор (в составе концентратора доступа Триком КД);
- Руководство по эксплуатации ИСЕБ.465235.004 РЭ;
- Методика поверки.

### ПОВЕРКА

Проверка проводится в соответствии с методикой поверки “Тарификатор концентратора доступа Триком КД. Методика поверки”, утвержденной ГЦИ СИ Тест–С.-Петербург в июле 2002 г.

Основные средства поверки:

- частотомер электронно-счетный Ч3-63.
- устройства связи УС1 и УС2, 0,1 мкс... $10^4$  с, ПГ  $\pm 5 \times 10^{-7}$ .

Межпроверочный интервал – 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 “Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия”;

ИСЕБ.460529.005ТУ “Концентратор доступа Триком КД. Технические условия”.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тарификатор концентратора доступа Триком КД соответствует требованиям ГОСТ 22261-94 и технических условий ИСЕБ.460529.005ТУ.

Изготовитель - АОЗТ Триком", г. Пермь. Адрес: 614068, Россия,  
г. Пермь, ул. Ленина, 86.  
телефон (3422) 33 20 64  
факс (3422) 91 09 33

Генеральный директор  
АОЗТ "Триком"



Е.Я. Григориади