

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Измерители плотности бесконтактные ИПБ-1К	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23816-08</u> Взамен № <u>23816-02</u>
--	---

Выпускаются по ГОСТ 20180-91 и техническим условиям КЗРС.843000.001 ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители плотности бесконтактные ИПБ-1К (далее - плотномеры) предназначены для непрерывного бесконтактного контроля в стационарных условиях плотности жидких сред и пульп в трубопроводах и различных технологических установках.

Области применения плотномера:

черная и цветная металлургия, химическая, горнодобывающая и горно-обогатительная, нефтегазовая и пищевая промышленности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия плотномера основан на зависимости плотности потока гаммаизлучения, проходящего через контролируемую среду, от плотности измеряемой среды (жидких сред или пульп).

Поток гамма-излучения регистрируется блоком детектирования, установленным на трубопроводе. В блоке детектирования поток гамма-излучения преобразуется в последовательность статистически распределенных импульсов со средней частотой следования, зависящей от плотности измеряемой среды.

Конструктивно плотномер состоит из двух основных частей: блока детектирования (БД-1) и блока обработки информации (БОИ-3). Блок детектирования с излучателями натрий-22 крепится непосредственно на трубопроводе. Блок БОИ-3 с дисплеем устанавливается на рабочем месте оператора. Результаты измерения выводятся на экран дисплея. Предусмотрен вывод информации на самописец.

В зависимости от используемых блока детектирования и излучателя плотномер имеет шесть различных модификаций (вариантов комплекта поставки).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерения плотности жидких сред и пульп в трубопроводах диаметром от 0,1 до 0,3 м в различных технологических установках, кг/м³
..... 600,0 - 2200,0.
2. Предел основной абсолютной погрешности, кг/м³:
для трубопроводов диаметром от 0,1 до 0,2 м:
-модификации 1,6 и 8 ±6,0;
- модификации 2,7 и 9 ±10,0;
для трубопроводов диаметром более 0,2 м и диапазона измерения плотности более 1700 кг/м³:
- модификации 1,6 и 8 ±12,0;
- модификации 2,7 и 9 ±20,0.
3. Плотномер имеет дополнительный информационный электрический токовый выходной сигнал, изменяющийся в соответствии с изменением плотности контролируемого материала, мА 4,0-20,0.
4. Время установления рабочего режима плотномера после его включения, мин, не более..... 30,0.
5. Длина кабеля, соединяющего блок детектирования с блоком обработки информации, м, не более 500.
6. Питание плотномера осуществляется от сети переменного тока:
частотой, Гц..... 50 ± 1;
напряжением, В 220⁺²²₋₃₃.
7. Потребляемая мощность, ВА, не более 10,0.
8. Габаритные размеры блоков плотномера, мм, не более:
Блок детектирования БД-1-01 КЗРС.329000.000 – 01 372×140×140,
длина кабельного ввода 70.
Блок детектирования БД-1-03 КЗРС.329000.000–03 544×140×140;
длина кабельного ввода 70.
Экран КЗРС.460628.001 150×146×123.
Экран КЗРС460628.002 90×146×123.
- Устройство крепления БД-1-01; БД-1-03:
КЗРС.407460.012-01-200 420x260x300,
КЗРС.407460.012-01-300 420x360x400,
КЗРС.407460.012-01-400 420x460x500,
КЗРС.407460.012-03-200 590x260x300,
КЗРС.407460.012-03-300 590x360x400,
КЗРС.407460.012-03-400 590x260x500.
- Блок детектирования БД-6-1 КЗРС.329000.006-01:
диаметр 68,
длина 325.
- Блок детектирования БД-6-1Д КЗРС.329000.006-21:
диаметр 68,
длина 495.
- Устройство крепления БД-6-1; БД-6-1Д:
КЗРС.407460.061-01-200 370x260x300,
КЗРС.407460.061-01-300 370x360x400,
КЗРС.407460.061-01-400 370x460x500,
КЗРС.407460.061-03-200 545x260x300,
КЗРС.407460.061-03-300 545x360x400,
КЗРС.407460.061-03-400 545x460x500.

Блок детектирования БД-7-1 КЗРС.329000.007-01:

диаметр	64;
	вводного устройства 95,
	длина кабельного ввода 60,

длина 350.

Блок детектирования БД-7-1Д КЗРС.329000.007-21:

диаметр	64;
	вводного устройства 95,
	длина кабельного ввода 60;

длина 530.

Устройство крепления БД-7-1; БД-7-1Д:

КЗРС.407460.062-01-200	370x260x300,
КЗРС.407460.062-01-300	370x360x400,
КЗРС.407460.062-01-400	370x460x500,
КЗРС.407460.062-03-200	545x260x300,
КЗРС.407460.062-03-300	545x360x400,
КЗРС.407460.062-03-400	545x460x500.

Блок обработки информации БОИ-3 КЗРС.843809.005 130x60x174.

Кассета СН-2 КЗРС.180000.003 с радионуклидным источником ОСГИ натрий –22 (по ТУ 7018-001-08627537-06):

диаметр.....	140,
длина.....	78.

Блок питания БП-1 – КЗРС.460423.009 160x85x80.

9. Масса входящих в состав плотномера блоков, кг, не более:

Блок детектирования БД-1 КЗРС.329000.000 – 01 7.

Блок детектирования БД-1 КЗРС.329000.000 – 03 9,2.

Экран КЗРС.460628.001..... 14,5.

Экран КЗРС460628.002..... 6,9.

Устройство крепления БД-1:

КЗРС.407460.012-01-200	10,2;
КЗРС.407460.012-01-300	14,1;
КЗРС.407460.012-01-400	15,3;
КЗРС.407460.012-03-200	12,1;
КЗРС.407460.012-03-300	14,2;
КЗРС.407460.012-03-400	18,3.

Блок детектирования БД-6-1 КЗРС.329000.006-01..... 2,6.

Блок детектирования БД-6-1Д КЗРС.329000.006-21: 4,3.

Устройство крепления БД-6:

КЗРС.407460.061-01-200	7,3;
КЗРС.407460.061-01-300	9,2;
КЗРС.407460.061-01-400	10,5;
КЗРС.407460.061-03-200	8,9;
КЗРС.407460.061-03-300	10,2;
КЗРС.407460.061-03-400	13,2.

Блок детектирования БД-7-1 КЗРС.329000.007-01..... 4,3.

Блок детектирования БД-7-1Д КЗРС.329000.007-21..... 6,1.

Устройство крепления БД-7:

КЗРС.407460.062-01-200	7,3;
КЗРС.407460.062-01-300	9,2;
КЗРС.407460.062-01-400	10,5;

крепления БД-7-01Д	-200, 300, 400*						
Блок БОИ-3	843809.005	1	1	1	1	1	1
Блок питания ИПБ-1	460423.009	1	1	1	1	1	1
кассета СН-2	180000.003**						
кассета СН-1	180000.002**	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации на ИПБ-1К	843000.003РЭ		1	1	1	1	1
Паспорт на ИПБ-1К	843000.003ПС	1	1	1	1	1	1

ПОВЕРКА

Проверка измерителя плотности бесконтактного проводится в соответствии с методикой, разработанной предприятием изготовителем и изложенной в разделе Руководства по эксплуатации и утвержденной ФГУ «Ростест-Москва» в 2008 г.

При поверке необходимо применять:

- дозиметр типа ДРГЗ-01;
- весы с пределом взвешивания 6000 г по ГОСТ 21104;
- измерительная линейка 0 - 1000 мм с ц.д.0,5;
- стенд для поверки и испытаний измерителя плотности бесконтактного ИПБ-1К КЗРС.137000.002;
- набор алюминиевых пластин 300x300 мм и толщиной 10 и 30 мм;
- набор ареометров общего назначения АОН-2 с диапазоном измерений по ГОСТ 18481 с ц.д. 1 кг/м³.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 20180-91 «Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Общие технические условия»

КЗРС.843000.001 ТУ «Измеритель плотности бесконтактный ИПБ-1К. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип измерителей плотности бесконтактных ИПБ-1К утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ЗАО «НТЦ ЭКОФИЗПРИБОР»

Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10

Генеральный директор
ЗАО «НТЦ ЭКОФИЗПРИБОР»

И. Ю.Бутиков.

