


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ



УТВЕРЖДАЮ:
И.И. СИ – директор
ФГУП СНИИМ

В.Я. Черепанов

« 24 » 01 2003 г.

Гиря 2000 кг М₁	Внесены в государственный реестр средств измерения Регистрационный № <u>Р4692-03</u> Взамен № _____
-----------------------------------	---

Изготовлены по технической документации ООО «Научно-производственная компания «АВС» г. Новокузнецк. и ГОСТ 7328-2001. Заводские номера №№ 1-20

Назначение и область применения

Гири предназначены для поверки весоизмерительных и дозирующих устройств.

Описание

Гиря имеет форму параллелепипеда и изготовлена из чугуна. По торцам гири имеет одинаковые подгоночные полости. Подгоночные полости закрыты крышками посредством четырех винтов. Два винта с каждой стороны имеют закрепительные штифты выполненные из алюминия для пломбирования. Для подъема гири имеется утопленная в тело грузовая петля. Для предотвращения перемещений гири во время транспортировки или штабелирования в теле гири имеются посадочные гнезда.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

таблица 1.

№ п/п	Наименование характеристик	Значение
1	Номинальное значение массы гири, кг	2000
2	Класс точности по ГОСТ 7328-2001	М ₁
3	Пределы допускаемых отклонений, г - при выпуске из производства и после ремонта - находящиеся в применении	+200 +/- 200
4	Материал гири	чугун
5	Форма гири	параллелепипед
6	Материал крышки	сталь
7	Габаритные размеры	2300*450*300
8	Температура эксплуатации	-30°C до +50°C

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации АВС.02.10-РЭ типографским способом

Комплектность

№ п/п	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1		Гиря 2000 кг М ₁	1	
2	АВС 02.03-ПС	Паспорт	1	

Поверка

Гири поверяются в соответствии с МИ 1747 «Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки»

Перечень основного поверочного оборудования:

1. Компаратор массы ОЭК-500-2000
2. Грузы разборные эталонные III разряда массой 500 кг (4 шт)

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Нормативные документы

ГОСТ 7328-2001 «ГИРИ. Общие технические условия»

Заключение

Гиря 2000 кг М₁ соответствует требованиям ГОСТ 7328-2001 и технической документации ООО «Научно-производственная компания «АВС».

Изготовитель – ООО «Научно-производственная компания «АВС» г. Новокузнецк
Косыгина 29-36
E-mail: npkavs@nvkz.net

Директор

ООО «Научно-производственная компания «АВС»



А. В. Шакин